



## BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII – SZPITAL MIEJSKI

im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Wyzwolenia 18

Centrala ul. Wyzwolenia 18 tel. 33 498 40 01 Sekretariat tel. 33 816 43 70 fax. 33 816 44 01

Centrala ul. Wyspiańskiego 21 tel. 33 827 25 00 Sekretariat 33 827 25 01 fax. 33 8272505

Centrala ul. Emilii Plater 17 tel. 33 819 87 60

DZP.271.37.2023-2

Bielsko-Biała, dnia 12.10.2023 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie pogwarancyjnej usługi serwisowej dla aparatury radioterapeutycznej producenta Varian Medical Systems wraz z urządzeniami towarzyszącymi zainstalowanej w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (znak sprawy: DZP.271.37.2023).**

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do SWZ o treści:

### 1. SWZ, Rozdz. IV pkt 2, załącznik nr 1 pkt 3

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że uzna za spełnienie warunku posiadania stosownego uprawnienia potrzebnego do wykonywania obsługi serwisowej aparatury do radioterapii wraz z jej wyposażeniem, jeżeli wykonawca posiadać będzie autoryzację do wykonania usług serwisowych w zakresie zgodnym z zakresem Zamówienia, udzieloną przez producenta wyrobu medycznego lub autoryzowanego dystrybutora/importera producenta.

**Odpowiedz: Zamawiający potwierdza, że uzna za spełnienie warunku posiadania stosownego uprawnienia potrzebnego do wykonywania obsługi serwisowej aparatury do radioterapii wraz z jej wyposażeniem, jeżeli wykonawca posiadać będzie autoryzację do wykonania usług serwisowych w zakresie zgodnym z zakresem Zamówienia, udzieloną przez producenta wyrobu medycznego lub autoryzowanego dystrybutora/importera producenta.**

### 2. SWZ, Rozdz. IV pkt 7, §16 ust. 8 lit. c, §18 ust. 1 załącznika nr 3 do SWZ

Zamawiający proszony jest o wyjaśnienie jaka data zostanie uznana za „początkową datę obowiązywania umowy”, od której liczy się 12 miesięczny okres realizacji zamówienia, o czym mowa w rozdz. IV pkt 7 oraz jak ustalony zostanie dzień podpisania umowy, o którym mowa w §18 ust. 1 załącznika nr 3 do SWZ („Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy od dnia jej podpisania”), w szczególności Zamawiający proszony jest również o wskazanie „początkowej daty obowiązywania umowy” oraz „dnia podpisania umowy” w przypadku, gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie w formie elektronicznej.

Dodatkowo Zamawiający proszony jest wziąć pod uwagę, że w Zestawieniu okresów rozliczeniowych przyjął, że pierwszy okres rozliczenie rozpoczyna się 1 listopada 2023 r., a w załączniku nr 1 do Projektu umowy wskazał, że Sprzęt jest w umowie serwisowej od 1 listopada 2023 r.

Mając powyższe na uwadze niezbędne wydaje się co najmniej jednoznaczne określenie w treści dokumentów zamówienia terminu wejścia umowy w życie, okresu rozpoczęcia jej wykonywania i okresu jej obowiązywania.

**Odpowiedz: Początkową datą obowiązywania umowy jest data jej zawarcia, czyli data wpisana w nagłówku. Zamawiający przewiduje podpisanie umowy przez wszystkie strony w tym samym dniu. Od tej daty będzie liczony okres 12 miesięcy obowiązywania umowy.**

**Przewidywanym okresem obowiązywania umowy jest okres od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2024 r., natomiast w przypadku okoliczności formalnych lub proceduralnych**



KRS 0000412996 NIP 9372662340 REGON 242865296 BDO 000043647  
ING Bank Śląski O/Bielsko-Biała Nr konta 68105010701000000106298375  
www.onkologia.bielsko.pl email: szpital@onkologia.bielsko.pl



uniemożliwiających podpisanie umowy do dnia 1 listopada 2023 r. umowa będzie obowiązywała przez okres 12 miesięcy od daty faktycznego podpisania umowy.

### 3. Załącznik nr 3 do SWZ

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, iż zakres czynności konserwacyjnych obejmujący zgodnie z projektem umowy przeglądy techniczne obejmuje także wykonanie wynikających z dokumentacji technicznej producenta produktów czynności konserwacyjnych.

**Odpowiedz: Tak.**

### 4. Załącznik nr 3 do SWZ§8 ust. 1

Zamawiający proszony jest o zmianę słowa „Dostawa” na słowo „Zapewnienie”. Prosimy o analogiczną zmianę w załączniku nr 2 poz. G w tabeli (zamiana określenia „dostawa części zamiennych” na określenie „zapewnienie części zamiennych”).

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy.**

Z dokumentów zamówienia i umowy jednoznacznie wynika, że przedmiotem umowy jest świadczenie usług, a nie dostawy. Sam fakt, że w ramach świadczenia usług polegających na naprawie i konserwacji sprzętu konieczne są dostawy części zamiennych nie sprawia, że przedmiotem umowy są dostawy.

### 5. Załącznik nr 3 do SWZ§8 ust. 4

Zamawiający proszony jest o wydłużenie czasu zwrotu części zamiennych na uzupełnienie stanu magazynu Zamawiającego do 25 dni roboczych.

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na przedmiotową zmianę i modyfikuje zapisy par. 8 ust. 4 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:**

**"4. Części zamienne na uzupełnienie stanu magazynu zwracane będą Zamawiającemu w terminie 25 dni roboczych od daty ich wykorzystania przez Wykonawcę, wskazanej w raporcie serwisowym, o którym mowa w §6 ust. 2 Umowy. Zwrot każdej Części zamiennej na uzupełnienie stanu magazynu potwierdzany będzie przez Zamawiającego i Wykonawcę stosownym pisemnym protokołem. Do protokołu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, stosuje się §6 ust. 3 oraz ust. 5 Umowy."**

### 6. Załącznik nr 3 do SWZ§14 ust. 4

Zamawiający po zdaniu drugim proszony jest o dodanie zdania trzeciego w brzmieniu: „Zobowiązanie Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym oraz zdaniu drugim obowiązuje wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający niezwłocznie pisemnie zawiadomił Wykonawcę o zgłoszonych roszczeniach i umożliwił Wykonawcy stosowną obronę przed tymi roszczeniami oraz w żadnym przypadku nie dotyczy roszczeń, które zostały uznane przez Zamawiającego w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej zgody Wykonawcy udzielonej pisemnie pod rygorem nieważności."

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy.**

### 7. Załącznik nr 3 do SWZ§15 ust. 2 lit. a)

Zamawiający proszony jest o modyfikację treści, tak aby po zmianie treść ta uwzględniała, że przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług a nie dostawa.

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy.**

Z dokumentów zamówienia i umowy jednoznacznie wynika, że przedmiotem umowy jest świadczenie usług, a nie dostawy. Sam fakt, że w ramach świadczenia usług polegających na naprawie i konserwacji sprzętu konieczne są dostawy części zamiennych nie sprawia, że przedmiotem umowy są dostawy.



**8. Załącznik nr 3 do SWZ§16 ust. 1**

Zamawiający proszony jest o zmianę treści „według właściwej stawki” na treść „według stawki ustalonej zgodnie z odrębnymi przepisami na ostatni dzień każdego okresu rozliczeniowego”.

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy.**

**Zapis „według właściwej stawki” uwzględnia konieczność ustalenia stawki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT, a nie ustalanej wolą strony umowy.**

**9. Załącznik nr 3 do SWZ §16 ust. 5**

Mając na uwadze zapisy art. 106 ustawy o VAT, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację ust. 5 na proponowaną:

Zapłata za realizację przedmiotu umowy następować będzie w złotych polskich, sukcesywnie za miesięczne okresy rozliczeniowe. Okresy rozliczeniowe oraz wysokość każdej raty netto wskazana jest w Harmonogramie Płatności stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy (Zestawienie Okresów rozliczeniowych i wysokości rat).

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy.**

**10. Załącznik nr 3 do SWZ§18 ust. 8**

Zamawiający proszony jest o wykreślenie ust. 8 albo uwzględnienie w jego treści, że nie dotyczy on odstąpienia na zasadach określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy.**

**11. Załącznik nr 2 do Projektu umowy, lit. B w zw. z poz. 1 wyjaśnienia**

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że oczekuje świadczenia usług konserwacyjnych w niedzielę, za wyjątkiem tych niedziel w których przypada inny niż niedziela dzień ustawowo wolny od pracy.

**Odpowiedz: Zamawiający potwierdza.**

**12. Załącznik nr 2 do Projektu umowy, lit. D w zw. z poz. 1 wyjaśnienia**

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że oczekuje, pracy serwisu wykonawcy od poniedziałku do niedzieli za wyjątkiem tych niedziel w których przypada inny niż niedziela dzień ustawowo wolny od pracy.

**Odpowiedz: Zamawiający potwierdza.**

Z-CA DYREKTORA  
ds. Techniczno-Administracyjnych  
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego  
im. Janka Pawła II w Bielsku-Białej

mgr inż. *Grzegorz Kubica*

