



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 22.09.2022 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 25/2022

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 7

1. Pytanie do zadania 19: Czy Zamawiający wydzieli z zadania 19 poz. 9,10,11 i utworzy odrębny pakiet dot. wkluc centralnych np. .19A. Umożliwi to Zamawiającemu uzyskanie większej liczby ofert, a tym samym uzyskanie korzystniejszej oferty.

Odp. Zamawiający nie wydzieli w/w zadań do osobnego pakietu.

2. Pytanie do zadania 19 poz. 9: Czy Zamawiający dopuści wklucia centralne ARROW wg opisu: zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera trzykanałowe 7F o długości 16,20 (do wyboru). W zestawie prowadnica nitinolowa odporna na załamania 0,032". Igła punkcyjna 18Ga/635cm, strzykawka Raulersona 5m z otworem w tłoku, umożliwiająca założenie cewnika bez rozłączania strzykawki i tym samym uniknięcie zatoru powietrznego system mocowania skrzydełka ruchomy, cewnik widoczny w promieniach RTG, dostępne rozmiary: 7Fr/16,18,18Ga/16cm oraz 7Fr/16,18,18Ga/20cm

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

3. Pytanie do zadania 19 poz.10: Czy Zamawiający dopuści do wklucia centralne ARROW wg opisu: zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera trzykanałowe 7F o długości 16,20,30 (do wyboru). Cewnik pokryty powłoką antybakteryjna na bazie chlorcheksydyny oraz sulfadiazyny srebra, jedyna powłoka antybakteryjna mająca międzynarodowe rekomendacje – CDC. W zestawie prowadnica nitinolowa odporna na załamania 0,032". Igła punkcyjna 18Ga/635cm, strzykawka Raulersona 5m z otworem w tłoku, umożliwiająca założenie cewnika bez rozłączania strzykawki i tym samym uniknięcie zatoru powietrznego system mocowania skrzydełka ruchomy, cewnik widoczny w promieniach RTG, dostępne rozmiary: 7Fr/16,18,18Ga/16cm, 7Fr/16,18,18Ga/20cm oraz 7Fr/16,18,18/30cm

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

4. Pytanie do zadania 19 poz. 11: Czy Zamawiający dopuści do wklucia centralne ARROW wg opisu: zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera czterokanałowe 8,5F o długości 16,20,30 (do wyboru). W zestawie prowadnica nitinolowa odporna na załamania 0,032". Igła punkcyjna 18Ga/635cm, strzykawka Raulersona 5m z otworem w tłoku, umożliwiająca założenie cewnika bez



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

rozłączania strzykawki i tym samym uniknięcie zatoru powietrznego system mocowania skrzydełka ruchomy, cewnik widoczny w promieniach RTG, dostępne rozmiary: 8,5Fr/16,14,18,18Ga/16cm, 8,5Fr/16,14,18,18Ga/20cm oraz 8,5Fr/16,14,18,18/30cm

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

KOMENDANT

Z upoważnienia Komendanta

ppłk mgr farm. Jacek SYPKO

BD 91/810 59 82