

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

WSSE.DEA OZPA 272.31.2023

Łódź, 29.09.2023r.

WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Do wszystkich Uczestników

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, którego przedmiotem jest **Dostawa aparatury laboratoryjnej do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w podziale na części:**

CZĘŚĆ 1: Łaźnia wodna z cyrkulacją -1szt.

CZĘŚĆ 2: Cyfrowa łaźnia sucha z wymiennymi blokami grzejnymi-1szt.

CZĘŚĆ 3: Łaźnia ultradźwiękowa-1szt.

CZĘŚĆ 4: Pionowa zamrażarka biomedyczna laboratoryjna poj.ok.500l-1szt.

CZĘŚĆ 5: Pionowa zamrażarka biomedyczna laboratoryjna poj.ok.370l-1szt.

CZĘŚĆ 6.Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna - 5szt.

CZĘŚĆ 7. Chłodziarka laboratoryjna-1szt.

Szanowni Państwo,

Zamawiający, działając na podst. art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień do wniosków o wyjaśnienie Treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), zgodnie z poniższym:

CZĘŚĆ 3: Łaźnia ultradźwiękowa-1szt.

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o częstotliwości ultradźwięków 35kHz?

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie o częstotliwości ultradźwięków 35kHz i dokonuje stosownej zmiany w Załączniku nr 2 dla Części 3 do SWZ.

CZĘŚĆ 4: Pionowa zamrażarka biomedyczna laboratoryjna poj. ok.500l-1szt.

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wysokości wewnętrznej 1645 mm przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymogów dotyczących wymiarów, w tym wymiarów zewnętrznych?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza podanych wymiarów wewnętrznych i podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści pojedyncze drzwi i pojedynczą komorę? W pozostałej części specyfikacji nie ma nic mowy o osobnych komorach. Czy te komory mają mieć niezależnie ustawianą temperaturę?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza pojedynczych drzwi i pojedynczej komory (zapis o podwójnych drzwiach i dwóch komorach występuje w punkcie 12), ze względu na specyfikę pracy i konieczność przechowywania próbek oraz testów do badań osobno. Komory nie muszą mieć niezależnie ustawianej temperatury.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

3. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na zamrażarkę o zakresie regulacji temp. – 9 do – 35C, wymiarach zewnętrznych s/g/w 700/830/2160 oraz wymiarach wewnętrznych s/g/w 533/650/1550?

Odp. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na zamrażarkę o zakresie regulacji temp. – 9 st. do – 35 st. C i dokonuje stosownej zmiany w Załączniku nr 2 dla Części 4 do SWZ. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na zamrażarkę o podanych w pytaniu wymiarach.

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o drzwiach jednoskrzydłowych, pełnych prawych nie dzielonych, możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi, z ergonomicznym uchwytem antybakteryjnym oraz zamkiem w wyposażeniu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o drzwiach jednoskrzydłowych, pełnych prawych nie dzielonych, możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi, z ergonomicznym uchwytem antybakteryjnym oraz zamkiem w wyposażeniu.

5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych (szerokość x głębokość x wysokość) 747 x 769 x 1684 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie o podanych w pytaniu wymiarach zewnętrznych.

6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach wewnętrznych (szerokość x głębokość x wysokość) 588 x 517 x 1388 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o podanych w pytaniu wymiarach wewnętrznych.

7. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o większym zakresie temperatury od -9 st.C do -30 st.C?

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie o większym zakresie temperatur od -9 st.C do -30 st.C i dokonuje stosownej zmiany w Załączniku nr 2 dla Części 4 do SWZ.

8. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zakresie temperatury -10 do -25 stC?

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie o podanym w pytaniu zakresie temperatur od -10 do -25stC.

9. Bardzo proszę o doprecyzowanie pojemności zamrażarki, czy Zamawiający miał na myśli pojemność brutto, czy netto? Jeśli netto, to czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 499 L brutto / 394 L netto?

Odp. Zamawiający precyzuje pojemność zamrażarki brutto. Zamawiający dopuszcza urządzenie o pojemności 499 L brutto / 394 L netto.

CZĘŚĆ 5: Pionowa zamrażarka biomedyczna laboratoryjna poj. ok.370l-1szt.

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach (SzxGXW) zewnętrznych 600×650×1790 (mm) i wewnętrznych 500×510×1550 (mm)?

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Odp. Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o wymiarach (SzxGxW) zewnętrznych 600×650×1790 (mm) i wewnętrznych 500×510×1550 (mm) i dokonuje stosownej zmiany Załącznika nr 2 dla części 5.

2. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zamrażarkę o poj. brutto 499 l / netto 394, zakresie regulacji temp. – 9 do – 30 st.C, wymiarach zewnętrznych s/g/w 747/769/1684 oraz wymiarach wewnętrznych s/g/w 588/523/1388

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zamrażarkę o wymiarach zewn. 747x769x1684mm, ze względu na zbyt duży rozmiar.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o drzwiach jednoskrzydłowych, pełnych prawych nie dzielonych, możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi, z ergonomicznym uchwytem antybakteryjnym oraz zamkiem w wyposażeniu?

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie o drzwiach jednoskrzydłowych, pełnych prawych nie dzielonych, z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi, z ergonomicznym uchwytem antybakteryjnym oraz zamkiem w wyposażeniu.

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych (szerokość x głębokość x wysokość) 747 x 769 x 1684 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o wymiarach zewnętrznych (szerokość x głębokość x wysokość) 747 x 769 x 1684 mm, ze względu na zbyt duży rozmiar.

5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach wewnętrznych (szerokość x głębokość x wysokość) 588 x 517 x 1388 mm?

Odp. Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach wewnętrznych (szerokość x głębokość x wysokość) 588 x 517 x 1388 mm, jeśli spełni ono wszystkie pozostałe kryteria specyfikacji.

6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych (szerokość x głębokość x wysokość) 597x 654x 1884 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach zewnętrznych (szerokość x głębokość x wysokość) 597x 654x 1884 mm, jeśli spełni ono wszystkie pozostałe kryteria specyfikacji.

7. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach wewnętrznych (szerokość x głębokość x wysokość) 403x402x1588 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o wymiarach wewnętrznych (szerokość x głębokość x wysokość) 403x402x1588 mm, ponieważ nie spełnia ono kryterium specyfikacji w zakresie pojemności.

8. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o większym zakresie temperatury od -9 st C do -30 st C?

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie o większym zakresie temperatury od -9 stC do -30 stC i dokonuje stosownej zmiany Załącznika nr 2 dla części 5 SWZ.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

9. Bardzo proszę o doprecyzowanie pojemności zamrażarki, czy Zamawiający miał na myśli pojemność brutto, czy netto? Jeśli netto, to czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 499 L brutto / 394 L netto?

Odp. Zamawiający miał na myśli pojemność brutto zamrażarki.

10. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zakresie temperatury -10 do -25st C?

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie o większym zakresie temperatury od -10 stC do -25 stC i dokonuje stosownej zmiany Załącznika nr 2 dla części 5 SWZ.

11. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych (szerokość x głębokość x wysokość) 600x700x1875 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach zewnętrznych (szerokość x głębokość x wysokość) 600x700x1875 mm

12. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach wewnętrznych (szerokość x głębokość x wysokość) 440 x 500 x 1600 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach wewnętrznych (szerokość x głębokość x wysokość) 440 x 500 x 1600 mm, jeśli spełni ono wszystkie pozostałe kryteria specyfikacji.

CZĘŚĆ 6. Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna - 5szt.

1. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na chłodziarko-zamrażarkę o wysokości 2030 mm oraz zakresie temperatury zamrażarki od -25°C do 0°C?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na chłodziarko-zamrażarkę o wysokości 2030 mm oraz zakresie temperatury zamrażarki od -25°C do 0°C.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych (szerokość x głębokość x wysokość) 601x618x2003 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o wymiarach zewnętrznych (szerokość x głębokość x wysokość) 601x618x2003 mm?.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zakresie temperatury w chłodziarce od +3 do +16st C a w zamrażarce -9 do -30stC?

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie o urządzenie o zakresie temperatury w chłodziarce od +3 do +16st C a w zamrażarce -9 do -30stC i dokonuje stosownej zmiany Załącznika nr 2 do SWZ dla Części 6.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w części mroźniczej w szuflady zamiast półki w ilości 3 szt.?

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażonego w części mroźniczej w szuflady i dokonuje stosownej zmiany w Załączniku nr 2 do SWZ dla Części 6.

4. Czy w części nr 6 Zamawiający dopuści urządzenie wyższe o 3 mm, tj. o wysokości 2003 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie o wysokości 2003 mm i dokonuje stosownej zmiany Załącznika nr 2 do SWZ dla Części 6.

5. Czy w części nr 6 Zamawiający pisząc o pojemności ma na myśli pojemność netto?

Odp. Zamawiający ma na myśli pojemność brutto, co uwzględnił w zmianie Załącznika nr 2 do SWZ dla Części 6.

6. Czy w części nr 6 Zamawiający dopuści regulację ustawień temperatury chłodziarki i zamrażarki co 1 °C, co jest parametrem lepszym (oznaczającym większą precyzję nastawy)?

Odp. Pkt. 7 Załącznika nr 2 do SWZ dla Części 6 określa regulację ustawień temperatury i zamrażarki co 1°C.

7. Czy w części nr 6 Zamawiający dopuści w części mroźniczej 3 szuflady?

Odp. Odpowiedź w pytaniu 3.

CZĘŚĆ 7. Chłodziarka laboratoryjna-1szt.

1. Czy Zamawiający dopuści wysokość 2040 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza wysokości 2040 mm i podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści półki druciane plastyfikowane?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza półek drucianych plastyfikowanych i podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści półki ze stali nierdzewnej, pełne, perforowane?

Odp. Zamawiający dopuszcza półki ze stali nierdzewnej pełne i perforowane dokonuje stosownej zmiany Załącznika nr 2 do SWZ dla części 7.

4. Czy w części nr 7 Zamawiający pisząc o pojemności ma na myśli pojemność brutto?

Odp. Zamawiający ma na myśli pojemność brutto, co uwzględnił w zmianie Załącznika nr 2 do SWZ dla Części 7.

5. Czy w części nr 7 Zamawiający dopuści otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika w suficie urządzenia?

Odp. Zamawiający dopuszcza otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika w suficie urządzenia i dokonuje stosownej zmiany Załącznika nr 2 do SWZ dla Części 7.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

6. Czy w części nr 7 Zamawiający dopuści zakres regulacji temperatury pracy od +2°C z możliwością ustawienia temperatury pracy 5°C?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza podanego zakresu regulacji temperatury i podtrzymuje zapisy SWZ.

7. Czy w części nr 7 Zamawiający dopuści zakres regulacji temperatury pracy do +10°C z możliwością ustawienia temperatury pracy 5°C?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza podanego zakresu regulacji temperatury i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytania do umowy:

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zamieszczenie we wzorze umowy zapisu dot. możliwości zmiany ceny łącznej brutto, spowodowanej uzasadnioną przez producenta zmianą klasyfikacji wyrobu i możliwością zaprzestania stosowania uprzywilejowanej stawki VAT.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis do umowy i podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu: „Dostawca ma prawo zmiany ceny w przypadku ponad 5-procentowego wzrostu kursu EUR/PLN, liczonego jako odchylenie procentowe bieżącego średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN do średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN z dnia złożenia oferty. Zmiana ceny, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga pod rygorem nieważności zawarcia pisemnego aneksu. Rozliczenie zmiany wysokości wynagrodzenia zostanie rozliczone poprzez wystawienie faktury korygującej.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis do umowy i podtrzymuje zapisy SWZ.

3. (§ 7 ust. 2) Prosimy o zmianę zwrotu „od daty zgłoszenia” na zapis w brzmieniu „od chwili uznania reklamacji”.

Uzasadnienie:

Realizacja reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 14 dni jest trudna do wykonania.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis do umowy i podtrzymuje zapisy SWZ.

4. (§7 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany reklamowanego towaru z 14 dni roboczych do 21 dni ?

Uzasadnienie:

Nie wszystkie oferowane produkty znajdują się na stałe na stanie w naszym magazynie, a w przypadku zgłoszenia reklamacji produkty te musimy wpieryw sprowadzić bezpośrednio od producenta do naszego magazynu. W związku z czym 14 dniowy termin realizacji jest niemożliwy do dotrzymania.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że nie wszystkie wady przedmiotu umowy wymagają wymiany przedmiotu umowy na nowy, a

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

w §7 ust.3 umowy znajduje się zapis umożliwiający wydłużenie terminu usunięcia wad, które z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy są niemożliwe do usunięcia w terminie 14 dni pod warunkiem, że Wykonawca udokumentuje spełnienie przesłanek w nich zawartych.

5. (§ 9 ust. 1 pkt. 1) Prosimy o wyjaśnienie i podanie podstaw prawnych zapisu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% niezrealizowanej części umowy NETTO w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odp. Zamawiający zwraca uwagę, iż zapis § 9 ust. 1 pkt. 1 należy doczytywać łącznie z zapisem § 10 ust. 4, który zawiera informację, iż w przypadku opóźnienia w realizacji całości przedmiotu umowy przekraczającego 7 dni Zamawiający odstąpi od umowy w całości a więc nie zrealizuje się hipoteza zawarta w treści uzasadnienia pytania. Zamawiający nie rozumie intencji pytania o podstawę prawną określania w umowie kar umownych lecz informuje, iż uczynił to na podstawie art. 483 Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kary umownej za odstąpienie ze względu na jej istotność w danym postępowaniu, co wynika z krótkiego terminu na realizację zamówienia. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 10 ust. 4 wzoru umowy i wprowadzenia instytucji częściowego odstąpienia od umowy, co wynika pośrednio z treści pytania, i podtrzymuje zapis że w przypadku opóźnienia w jej realizacji przekraczającego 7 dni odstąpi od umowy w całości.

Wobec powyższego Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis do umowy i podtrzymuje zapisy SWZ.

6. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie instrukcji używania wyrobów medycznych dla użytkowników profesjonalnych w języku angielskim?”

Uzasadnienie:

Obowiązująca Ustawa o wyrobach medycznych z 07.04.2022, Art. 12 oficjalnie to umożliwia.

Żądanie od dystrybutora/importera instrukcji w języku polskim dla w/w wyrobu nie ma uzasadnienia prawnego, ponadto nie każdy dystrybutor będzie mógł spełnić to wymaganie również z uwagi na przepisy IVDR Artykuł 16.”

Odp. Zamawiający potwierdza, że art. 12 ustawy o wyrobach medycznych z 07.04.2022 umożliwia nie żądania instrukcji w języku polskim, jednakże nie zakazuje żądania instrukcji w języku polskim. Zamawiający miał prawo żądania takiej instrukcji i z tego prawa skorzystał. Zamawiający nie wymaga, żeby instrukcja producenta była w języku polskim. Wykonawca może ją samodzielnie przetłumaczyć. Wobec powyższego Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

7. Zapisy projektu umowy podają, iż lokalizacja urządzeń jest przewidziana na 2 piętrze. Uprzejmie prosimy o podanie, których zadań to dotyczy konkretnie. Prosimy również o podanie szerokości schodów oraz szerokości i wysokości otworów drzwiowych pomieszczenia, w którym będą znajdować się urządzenia zlokalizowane na 2 piętrze, ze względu na ograniczone wymiary windy.

Odp. Dla każdej części w pkt. 1 Załącznika nr 2 do SWZ jest napisana lokalizacja urządzenia.

Zamawiający podaje wymiary:

Schody – szerokość 180 cm

Otwory drzwiowe do pomieszczeń, w których przewidziane jest ustawienie urządzeń chłodniczych:

- I piętro :

- drzwi wejściowe na korytarz - 90 cm x 214 cm

a) Zamrażarka 500 l - ma do pokonania 3 pary drzwi o szerokości 90 cm i wysokości powyżej 200 cm

b) Chłodziarko – zamrażarka Nr 1 – ma do pokonania 3 pary drzwi o szerokości 90 cm i wysokości powyżej 200 cm

c) Chłodziarko – zamrażarka Nr 2 – ma do pokonania 2 pary drzwi o szerokości 90 cm i wysokości powyżej 200 cm (to są podwójne drzwi z korytarza), a następnie, do pomieszczenia docelowego, są do pokonania 3 pary drzwi: - pierwsze o szerokości 90 cm i wysokości powyżej 200 cm, drugie – o szerokości 80 cm i wysokości powyżej 200 cm i trzecie o szerokości 80 cm i wysokości 200 cm

d) Chłodziarko – zamrażarka Nr 3 – ma do pokonania 2 pary drzwi o szerokości 90 cm i wysokości powyżej 200 cm (to są podwójne drzwi z korytarza), a następnie do pomieszczenia docelowego są do pokonania dwie pary drzwi:

- pierwsze - o szerokości 90 cm i wysokości powyżej 200 cm, drugie – o szerokości 80 cm i wysokości powyżej 200 cm

- II piętro

- drzwi wejściowe na korytarz – 90 cm x 214 cm

- drzwi do pomieszczenia – 90 cm x 214 cm

- III piętro

- drzwi wejściowe na korytarz – 90 cm x 212 cm

- drzwi do pomieszczeń – 90 cm x 212 cm

8. Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni i podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści SWZ:

1. Zastępuje Załącznik nr 2 do SWZ dla Części 3 Załącznikiem nr 2 do SWZ dla Części 3-ZMIANA
2. Zastępuje Załącznik nr 2 do SWZ dla Części 4 Załącznikiem nr 2 do SWZ dla Części 4-ZMIANA

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

3. Zastępuje Załącznik nr 2 do SWZ dla Części 5 Załącznikiem nr 2 do SWZ dla Części 5-ZMIANA
4. Zastępuje Załącznik nr 2 do SWZ dla Części 6 Załącznikiem nr 2 do SWZ dla Części 6-ZMIANA
5. Zastępuje Załącznik nr 2 do SWZ dla Części 7 Załącznikiem nr 2 do SWZ dla Części 7-ZMIANA

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do treści SWZ stanowią jej integralną część i z dniem 29.09.2023r stają się wiążące dla każdego Wykonawcy.

Załącznik:

1. Załącznik nr 2 do SWZ dla Części 3 -ZMIANA
2. Załącznik nr 2 do SWZ dla Części 4 -ZMIANA
3. Załącznik nr 2 do SWZ dla Części 5 -ZMIANA
4. Załącznik nr 2 do SWZ dla Części 6 -ZMIANA
5. Załącznik nr 2 do SWZ dla Części 7 -ZMIANA

W dniu 29.09.2023r zatwierdził:
Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
z up.
Waldemar Mańkowski
z-ca Dyrektora
ds. ekonomiczno-administracyjnych
WSSE w Łodzi