

DEZ/758/2023

Jelenia Góra 07.07.2023 r.

## DO WYKONAWCÓW

### ZAPYTANIE OFERTOWE NPU/00429/2023

**Dostawa środków do dezynfekcji dla potrzeb  
Centralnej Sterylizatorni  
Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej**

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

### ZESTAW NR 1

#### Pytanie Nr 1

Pozycja 1

Czy zamawiający dopuści płyn myjący Thermostept X-tra, który dzięki właściwościom kąpieli myjącej, która nie powoduje utleniania białka, mająca wartość pH>10, oraz dziesięciominutową fazę mycia w temperaturze 55 stopni, spełnia warunki ograniczania do minimum ryzyka w zakresie vCJK zgodnie z zaleceniami RKI dla redukcji vCJD> 2 log.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### Pytanie Nr 2

Pozycja 1

Czy zamawiający dopuści płyn myjący Thermostept X-tra, którego dozowanie zawiera się w przedziale od 3 do 10ml/L, a standardowe stężenie wynosi 5ml/L.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### Pytanie Nr 3

Pozycja 2

Czy zamawiający dopuści płyn Thermostept ED, zawierający 20g/100g aldehydu glutarowego oraz mający dodatkowo działanie na spory. Dozowanie 10ml/L

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### Pytanie Nr 4

Pozycja 2

Czy zamawiający dopuści płyn Gigasept AF Forte, który zawiera: 10,0g chlorku dimetylodioktylamonowego, 15,0g fenoksypropanole, 15,6g dioctanu kokopropylenu diamino biguanidyny, 9,5g N-dodecylopropano 1,3-diamina, którego spektrum działania: bakterie, drożdże 0,25% - 5minut, wirusy osłonkowe w tym HIV, HBV, HCV 1% - 5minut oraz dodatkowo działanie prątkobójcze, rota, polio, adeno.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.

Z up. Dyrektora WCSKJ