

Dreźnie, dnia 27 marca 2023 roku

**Do
Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie**

P2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę medycznych materiałów szewnych, nr sprawy: PCZSzp/ZP/ZO/130/7/2023

WYJAŚNIENIA

Pytanie nr 1

Pakiet 13

Czy w pakiecie 13 nie nastąpiła omyłka pisarska? Zamawiający podał, że oczekuje zaoferowania 100 op. klipsów (jedno opakowanie zawiera 20 magazynków po 6 klipsów- 120 szt. klipsów) Czy nie powinno być 10 op.? Podana ilość jest rażąco wysoka?

Odp. do pytania 1

Zamawiający wprowadza zmianę w zakresie jednostki miary wskazanej w pakiecie 13 i wymaga złożenia oferty na 100 magazynków po 6 klipsów.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 1, 2, 4, 10

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne pakowane w wewnętrzny papierowy nośnik zawierający etykietę ze wszystkimi informacjami umożliwiającymi identyfikację szwów, z bezpośrednim dostępem do igły, zapakowane następnie w opakowanie zewnętrzne (folia-folia)?

Odp. do pytania 2

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1, 2, 4, 10 możliwość złożenia oferty na nici chirurgiczne pakowane w wewnętrzny papierowy nośnik zawierający etykietę ze wszystkimi informacjami umożliwiającymi identyfikację szwów, z bezpośrednim dostępem do igły, zapakowane następnie w opakowanie zewnętrzne (folia-folia).

Pytanie nr 3

Pakiet nr 2, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm lub 26mm?

Odp. do pytania 3

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 2 poz. 1 na nici z igłą o długości 20mm.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 2x16mm?

Odp. do pytania 4

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 2 poz. 2 na nici z igłą o długości 2x16mm.

Pytanie nr 5

Pakiet nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odp. do pytania 5

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie nr 6

Pakiet nr 2, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 2x13mm?

Odp. do pytania 6

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 2 poz. 4, 5 na nici z igłą o długości 2x16mm.

Pytanie nr 7

Pakiet nr 4, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 3 x 50cm?

Odp. do pytania 7

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 4 poz. 7 na podwiązki 3x50cm.

Pytanie nr 8

Pakiet nr 4, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?

Odp. do pytania 8

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 4 poz. 29 na nici o długości 70cm.

Pytanie nr 9

Pakiet nr 4, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?

Odp. do pytania 9

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 4 poz. 31 na nici o długości 70cm.

Pytanie nr 10

Pakiet nr 4, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?

Odp. do pytania 10

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 4 poz. 31 na nici z igłą o długości 26mm.

Pytanie nr 11

Pakiet nr 4, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 17mm?

Odp. do pytania 11

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie nr 12

Pakiet nr 4, pozycja 37-38

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?

Odp. do pytania 12

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 4 poz. 37-38 na nici o długości 70cm.

Pytanie nr 13

Pakiet nr 4, pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?

Odp. do pytania 13

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie nr 14

Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm?

Odp. do pytania 14

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 5 poz. 1 na nici z igłą o długości 39mm.

Pytanie nr 15

Pakiet nr 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej?

Odp. do pytania 15

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 5 poz. 6 na nici z igłą 3/8 koła odwrotnie tnącą.

Pytanie nr 16

Pakiet nr 5, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm?

Odp. do pytania 16

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 5 poz. 10 na nici z igłą o długości 37mm.

Pytanie nr 17

Pakiet nr 10, pozycja 1,2,3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odp. do pytania 17

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 10 poz. 1, 2, 3 na nici o długości 75cm.

Pytanie nr 18

Pakiet nr 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 24mm?

Odp. do pytania 18

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie nr 19

Pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, sterylne, wykonane z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 42 dni, podtrzymywanie tkankowe ok. 50% po 7 dniach, 0% po 10-14 dniach?

Odp. do pytania 19

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie 10 nici chirurgicznych wchłanialne, syntetyczne, sterylne, wykonane z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 42 dni, podtrzymywanie tkankowe ok. 50% po 7 dniach, 0% po 10-14 dniach.

Pytanie nr 20

Pakiet 7, poz.1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwu syntetycznego wykonanego z poliestru p-dioksanonu, wchłanialnego, monofilamentowego z jednokierunkowymi zaczepami pozwalającymi na bezwęzłowe zamykanie ran i bezwęzłowe zespolenie tkanek, o czasie wchłaniania 120-180 dni. Szew z zakończeniem w kształcie pętli pełniącej rolę węzła początkowego na jednym końcu. Pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją.

Odp. do pytania 20

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 7 poz. 1 na nici syntetyczne wykonane z poliestru p-dioksanonu, wchłanialnego, monofilamentowego z jednokierunkowymi zaczepami pozwalającymi na bezwęzłowe zamykanie ran i bezwęzłowe zespolenie tkanek, o czasie wchłaniania 120-180 dni. Szew z zakończeniem w kształcie pętli pełniącej rolę węzła początkowego na jednym końcu. Pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją.

Pytanie 21

Pakiet 7, poz.2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwu syntetycznego wykonanego z poliestru p-dioksanonu, wchłanialnego, monofilamentowego z jednokierunkowymi zaczepami pozwalającymi na bezwęzłowe zamykanie ran i bezwęzłowe zespolenie tkanek, o czasie wchłaniania 120-180 dni. Szew z zakończeniem w kształcie pętli pełniącej rolę węzła początkowego na jednym końcu i okrągłą igłą na drugim końcu. Pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją.

Odp. do pytania 21

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 7 poz. 2 na nici syntetyczne wykonane z poliestru p-dioksanonu, wchłanialnego, monofilamentowego z jednokierunkowymi zaczepami pozwalającymi na bezwęzłowe zamykanie ran i bezwęzłowe zespolenie tkanek, o czasie wchłaniania 120-180 dni. Szew z zakończeniem w kształcie pętli pełniącej rolę węzła początkowego na jednym końcu i okrągłą igłą na drugim końcu. Pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Agnieszka Banaszek

Pismo zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania dnia 27.03.2023 r.