

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM**

**dot. postępowania na zadanie pn.:
„Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowego użytku dla SP ZOZ MSWiA w Opolu”**

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Zgodnie z art. 135 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku Zamawiający wyjaśnia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania przetargowego:

W związku z udziałem w w/w postępowaniu zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania do postępowania:

Dotyczy zapisów SWZ:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dotyczy Pakietu 13:

2. Poz. 1-13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawów zgodnych z poniższym:

- nawilżalność wodą od 33-40s,
- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania 6,33-7,4kN/m
- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro :
-w kierunku walcowania 2,07-2,48kNm
- w kierunku poprzecznym 1,0-1,42kN/m

Zgodnie z SWZ.

3. Poz. 1-5

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² zgodnie z normą PN 868 ?

Zgodnie z SWZ prążkowany.

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

Tak wymaga.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia zgodności z normą PN EN ISO 11607 cz. 2 dla rękawów papierowych, gdyż norma ta określa wymagania dotyczące rozwoju i walidacji procesu pakowania wyrobów medycznych. Jedynie cz. 1 w/w normy PN EN ISO 11607 określa wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych.

Zgodnie z SWZ.

4. Poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawa o wymiarach 200mmx200m z odpowiednim przeliczeniem?

Zgodnie z SWZ.

5. Poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rękawa o rozmiarze 75mmx 30mmx100mm

Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² zgodnie z normą PN 868 ?

Zgodnie z SWZ prążkowany.

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

Tak wymaga.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia zgodności z normą PN EN ISO 11607 cz. 2 dla rękawów

papierowych, gdyż norma ta określa wymagania dotyczące rozwoju i walidacji procesu pakowania wyrobów medycznych. Jedynie cz. 1 w/w normy PN EN ISO 11607 określa wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych.

Zgodnie z SWZ.

6. Poz. 8-13

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² zgodnie z normą PN 868 ?

Zgodnie z SWZ prążkowany.

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

Tak wymaga.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia zgodności z normą PN EN ISO 11607 cz. 2 dla rękawów papierowych, gdyż norma ta określa wymagania dotyczące rozwoju i walidacji procesu pakowania wyrobów medycznych. Jedynie cz. 1 w/w normy PN EN ISO 11607 określa wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych.

Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Pakietu 43:

7. Poz.1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie materiału opakowaniowego w kolorze zielonym lub niebieskim?

Zgodnie z SWZ.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie materiału opakowaniowego o gramaturze 50gr?

Zgodnie z SWZ.

8. Poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie trzy warstwowej włókniny o gramaturze 57g, miękkiej i wytrzymałej, możliwość stosowania S, EO, FORM, zielona, rozm. 120x120cm?

Zgodnie z SWZ.

DYREKTOR
SP ZOZ MSWiA w OPOLE
Jacek Bartosz