

Bielsko-Biała dn.18.03.2021 r.

DZP.271.1.2021 - B

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz odzieży ochronnej jednorazowego użytku przeznaczonych do przygotowania i podaży cytostatyków dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej - znak sprawy: DZP.271.1.2021

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ o treści :

Pakiet 1

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje igły filtracyjnej zz ostrzem ściętym pod kątem 45°, które zabezpiecza przed ekspozycją zawodową na zakłucie pracownika pobierającego lek.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści również.

Poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki jałowej jednorazowego użytku o pojemności 10ml, 3-częściowa typu Luer-Lock, skala pomiarowa co 0,2 ml, skala bez rozszerzenia sterylna. Strzykawka musi mieć stożek usytuowany centralnie, przezroczysty cylinder, pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka, podziałkę skali nominalną, nieścieralną, dobrze czytelną, wycechowaną w mililitrach, bezlateksowy gumowy tłok, cylinder strzykawki oznaczony logo producenta. Wykonana z polipropylenu. a'100 szt., z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczny i wyczuwalny),,sterylizacja tlenkiem etylenu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ,

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki jałowej jednorazowego użytku o pojemności 20ml, 3-częściowa typu Luer-Lock, skala pomiarowa co 1 ml, skala bez rozszerzenia sterylna. Strzykawka musi mieć stożek usytuowany centralnie, przezroczysty cylinder, pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka, podziałkę skali nominalną, nieścieralną, dobrze czytelną, wycechowaną w mililitrach, bezlateksowy gumowy tłok, cylinder strzykawki oznaczony logo producenta. Wykonana z polipropylenu. a'100 szt., z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczny i wyczuwalny),,sterylizacja tlenkiem etylenu

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ,

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki jałowej jednorazowego użytku o pojemności 3 ml, 3-częściowa typu Luer-Lock, skala pomiarowa co 0,1 ml, skala bez rozszerzenia sterylna. Strzykawka musi mieć stożek usytuowany centralnie, przezroczysty cylinder, pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka, podziałkę skali nominalną, nieścieralną, dobrze czytelną, wycechowaną w mililitrach, bezlateksowy gumowy tłok, cylinder strzykawki oznaczony logo producenta. Wykonana z polipropylenu. a'100 szt., z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczny i wyczuwalny),,sterylizacja tlenkiem etylenu

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ,

Poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki jałowej jednorazowego użytku o pojemności 5 ml, 3-częściowa typu Luer-Lock, skala pomiarowa co 0,2 ml, skala bez rozszerzenia sterylna. Strzykawka musi mieć stożek usytuowany centralnie, przezroczysty cylinder, pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka, podziałkę skali nominalną, nieścieralną, dobrze czytelną, wycechowaną w mililitrach, bezlateksowy gumowy tłok, cylinder strzykawki oznaczony logo producenta. Wykonana z polipropylenu. a'100 szt., z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczny i wyczuwalny),,sterylizacja tlenkiem etylenu

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ,

Poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki jałowej jednorazowego użytku o pojemności 50/60 ml, 3-częściowa typu Luer-Lock, skala pomiarowa co 1 ml sterylna. Strzykawka musi mieć stożek usytuowany centralnie, przezroczysty cylinder, pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka, podziałkę skali rozszerzoną co 1 ml do 60 ml , nieścieralną, dobrze czytelną, wycechowaną w mililitrach, bezlateksowy gumowy tłok, cylinder strzykawki oznaczony logo producenta. Wykonana z polipropylenu. a' 30 szt., z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczny i wyczuwalny), sterylizacja tlenkiem etylenu

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści również pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ Zamawiającego,

Poz.3-7

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje by strzykawki były kompatybilne z lekami cytostatycznymi – potwierdzone oświadczeniem producenta



ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści również.

Pakiet 3:

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych neoprenowych, bezpydrowych z wielowarstwową strukturą syntetycznych powłok wewnętrznych z surfaktantem, zewnętrzną powierzchnią gładką, chwytną, jasnobrązowych, AQL. 0,65, sterylizowanych radiacyjnie, anatomicznych, grubość: na palcu 0,19 mm, na dłoni 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, wytrzymałość po starzeniu min. 15 N, mankiet rolowany z wewnętrzną powierzchnią zapobiegającą zsuwaniu się. Odporne na przenikanie cytostatyków w tym Melphalan, Carmustine i Thiotepa z czasem ochrony powyżej 30 min. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, Typ A wg. EN ISO 374-1. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ,

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych syntetycznych neoprenowo – nitylowych, bezpydrowe o przedłużonym mankiecie przeznaczone do zabiegów wymagających precyzji. Trójwarstwowe z wewnętrzną warstwą 100% nitylową, wewnątrz dodatkowo silikonowane. Kształt w pełni anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, zapobiegającymi zsuwaniu się rękawicy w trakcie zabiegu. Powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana, wykonana w technologii SMT. Rękawice trwałe, niezrywające się podczas zakładania. Odporne na działanie cytostatyków m.in. Cisplatyny, Cyclophosphamide, Etoposide, Fluorouracil, Paclitaxel powyżej 240 minut zgodnie z normą ASTM D 6978-05 i substancji chemicznych. Produkowane bez zawartości tiuramów. Przeznaczone dla osób uczulonych na lateks. Długość min. 280 mm. Rozmiary 6,5 – 8,5.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ,

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpydrowych z wewnętrzną warstwą polimerową o powierzchni zewnętrznej chwytniej co najmniej mikroteksturowanej, grubości na palcu min. 0,21 mm, AQL max. 0,65, sterylizowanych radiacyjnie o poziomie protein < 10 ug/g rękawicy, z mankiem rolowanym o długości min. 280 mm, sile zrywania min. 15 N. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ,

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpydrowych z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 0,65; sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein ≤ 10 ug/g rękawicy (raport z badań jednostki niezależnej z nazwą rękawicy), mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony



KRS 0000412996 NIP 9372662340 REGON 242865296 BDO 000043647
ING Bank Śląski O/Bielsko-Biała Nr konta 68105010701000000106298375
www.onkologia.bielsko.pl email: szpital@onkologia.bielsko.pl



osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą EN 455, ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ,

Pakiet 4

Poz. 1

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy ochraniacze na buty mają charakteryzować się gramaturą max. 60 g/m² dla zapewnienia odpowiedniego komfortu pracy?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści również.

- Prosimy Zamawiającego do wyjaśnienie czy ochraniacze na buty mają być pakowane indywidualnie w szczelne opakowanie (1 para)?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści również.

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje ochraniaczy na obuwie ze szwami zabezpieczonymi taśmą?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści również.

Z poważaniem

KIEROWNIK APTEKI

J. Paździora
dr n. farm. Jolanta Paździora



KRS 0000412996 NIP 9372662340 REGON 242865296 BDO 000043647
ING Bank Śląski O/Bielsko-Biała Nr konta 68105010701000000106298375
www.onkologia.bielsko.pl email: szpital@onkologia.bielsko.pl

