



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 26.04.2023 r.

DZP – 15/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, zestawów operacyjnych oraz bielizny i obłożeń jednorazowych

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu Nr 14 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 15x20cm.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu Nr 14

Prosimy o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`5 sztuk lub a`10 sztuk (w zależności od rozmiaru i rodzaju) z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu Nr 17 poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia do kraniotomii o wymiarach 200x300cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu Nr 17 poz. 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie serwety do artroskopii o wymiarach 200x320cm składającej się z jednolitego kawałka włókniny zintegrowanej ze zbiornikiem do przechwytywania płynów wyposażonym w jeden zawór umożliwiający podłączenie do ssaka zamiast dwóch. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu Nr 17 poz. 2 i 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie serwet głównych wykonanych z tkaniny dwuwarstwowej (pp-pe) o gramaturze min. 59g/m² zamiast min. 60g/m². Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 – dot. Pakietu Nr 19 poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie serwet wykonanych z laminatu o gramaturze min. 43g/m² zamiast 43g/m². Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Wojewódz
Śląskie

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 – dot. Pakietu Nr 19 poz. 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie serwet wykonanych z laminatu o gramaturze min. 56g/m² zamiast 56g/m². Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 – dot. Pakietu Nr 19 poz. 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie serwety z przyklepnym wycięciem U 200x250cm wykonanej z tkaniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 59g/m². Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 – dot. Pakietu Nr 2 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 – dot. Pakietu Nr 2 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści tufery z nitką RTG, pakowane a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11 – dot. Pakietu Nr 2 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści tufery pakowane a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12 – dot. Pakietu Nr 2 poz. 25

Czy Zamawiający dopuści tufery z nitką RTG, pakowane a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13 – dot. Pakietu Nr 2 poz. 26

Czy Zamawiający dopuści tufery pakowane a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14 – dot. Pakietu Nr 2 poz. 29

Czy Zamawiający dopuści kompresy 17n?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 – dot. Pakietu Nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane 2 x 500szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 – dot. Pakietu Nr 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z wodoodpornej folii PU ze skrzydełkami wzmocniony od wewnątrz włókniną do zabezpieczania kaniul dożylnych, z dodatkową podkładką włókninową pod skrzydełka kaniuli oraz taśmą do opisu, z trójstopniowym systemem aplikacji, pokryty na całej powierzchni klejem akrylowym. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna, rozmiar 5,8 cm x 8 cm?

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 – dot. Pakietu Nr 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wycięciem w rozmiarze 6x7cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 – dot. Pakietu Nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osobno pakowane patyczki oraz kompresy z wyceną osobno za patyczki oraz osobno za kompresy? W przypadku negatywnych odpowiedzi prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19 – dot. Pakietu Nr 5 poz. 11 oraz pozycja pod 11

Czy Zamawiający dopuści opaskę typu Codofix w rozmiarze 2 o szerokości 1-2,5cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 – dot. Pakietu Nr 5 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści opaskę typu Codofix w rozmiarze 6 o szerokości 4-6,5cm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21 – dot. Pakietu Nr 5 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści opaskę typu Codofix w rozmiarze 8 o szerokości 5-9,5cm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22 – dot. Pakietu Nr 5 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści opaskę typu Codofix w rozmiarze 10 o szerokości 6,5-13,5cm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23 – dot. Pakietu Nr 5 poz. 15-17

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 – dot. Pakietu Nr 5 poz. 15-17

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1sztuka?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 – dot. Pakietu Nr 5 poz. 15-17

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe na nośniku z gazy bawełnianej 20 nitkowej?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 – dot. Pakietu Nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą bibułowo – foliową, zamiast włókninową foliowaną? Pozostałe parametry i skład zestawu zgodny z opisem.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 – dot. Pakietu Nr 16 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 150 x 240 cm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 28 – dot. Pakietu Nr 16 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety z wycięciem U 7 x 70 cm na krótszym boku, wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów, owinięta w serwetę na stół instrumentalny?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29 – dot. Pakietu Nr 16 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłony o wymiarach 35 x 120 cm z jedną taśmą lepną?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 – dot. Pakietu Nr 16 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłony o wymiarach 30 x 80 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31 – dot. Pakietu Nr 16 poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkładu chłonnego pięciowarstwowego chłonności 1177ml?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie nr 32 – dot. Pakietu Nr 16 poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkładu niesterylnego?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33 – dot. Pakietu Nr 16 poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety jałowej na strzykawkę o wymiarach 21 x 30 cm?



Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34 – dot. Pakietu Nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do kraniotomii o składzie:

1 x serweta dwuwarstwowa 230cm x 300cm o gramaturze 60g/m² wyposażona w otwór 24cm x 34cm wypełniony folią operacyjną, wysokochłonne wzmocnienie o wymiarze 72cm x 98cm i gramaturze 80g/m² w części krytycznej oraz trójkątną torbę do zbiórki płynów. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego 60g/m². Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O.

Dodatkowo w zestawie:

1 x taśma typu rzep 2cm x 25cm,

1 x taśma lepna 10cm x 50cm,

1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm, z

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO




**Województwo
Śląskie**

warstwą chłonną

1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm,

4 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 50cm x 50cm,

2 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm?



Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35 – dot. Pakietu Nr 16 poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony o wymiarach 30 x 60 cm, pakowanej a'1 szt, z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36 – dot. Pakietu Nr 16 poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wyższej gramaturze niż wymagana?

Odp.: Tak, jeśli pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie nr 37 – dot. Pakietu Nr 17 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii stawu kolanowego o składzie:

1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym i zaworem do podłączenia drenu

Dodatkowo w zestawie:

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm


3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 196 cm H₂O. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocniona chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Nieprzemakalność 188 cm H₂O.



WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38 – dot. Pakietu Nr 17 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu urologicznego typu TUR o składzie:
1 x serweta o wymiarach 175 cm x 240 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny o średnicy 6 cm oraz kroczyowym o średnicy 3 cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, oraz torebką do zbiórki płynów z filtrem i zaworem


Dodatkowo w zestawie:

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma typu rzep 2x22cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m², w strefie krytycznej wyposażona w dwa wzmocnienia wysokochłonne o gramaturze 80 g/m². Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 207 cm H₂O?



Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39 – dot. Pakietu Nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą do wkłucia z laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o gramaturze 60g/m² i wymiarach 75cm x 90cm z otworem przyklepnym 10cm x 15cm i przylepcami na rogach?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40 – dot. Pakietu Nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą 150cm x 100cm wykonana z laminatu o gramaturze 60g/m² do przykrycia pacjenta?

Odp.: Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych opisanych wymagań.

Pytanie nr 41 – dot. Pakietu Nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z imadłem metalowym z tolerancją rozmiaru +/- 1cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42 – dot. Pakietu Nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z kubkiem o poj. 60ml?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43 – dot. Pakietu Nr 19 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo-foliowy:

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2 warstwowa, z przylepcem

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO




**Województwo
Śląskie**

- 1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2 warstwowa
 - 1 x Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)
 - 5 x Kompres z włókniny 30G 4W 7,5cm x 7,5cm
 - 1 x Strzykawka 3-częściowa 5 ml Luer
 - 1 x Strzykawka 2-częściowa 2 ml Luer
 - 1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
 - 1 x Igła iniekcyjna (0,5 x 25)
 - 1 x Opatrunek foliowy z ramką, samoprzylepny 6cm x 7cm
 - 6 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
 - 5 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cmx7,5cm
 - 1 x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5cm x 13cm x 3,5cm, przezroczysty?
- Odp.:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44 – dot. Pakietu Nr 19 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30g/m²?



Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45 – dot. Pakietu Nr 19 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
 - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145 cm
 - 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
 - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190 cm
 - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm, włóknina o gramaturze 56g/m²
- Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

g/m², odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46 – dot. Pakietu Nr 19 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z narzędziem do usuwania staplerów 11cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47 – dot. Pakietu Nr 19 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie?

2 x Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe rozm. M

1 x Pęseta anatomiczna metalowa 14cm

1 x Nożyczki IRIS metalowe, proste 11,5cm

1 x Serweta chirurgiczna 40 x 45 (owinięcie zestawu)

6 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48 – dot. Pakietu Nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną o wym. 225cm x 320cm z otworami udowymi o \varnothing 12cm wypełnionymi folią chirurgiczną, dookoła otworów warstwa wysoko chłonna o wym. 70cm x 70cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49 – dot. Pakietu Nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z podkładami chłonnymi pięciowarstwowymi z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej pokryte włókniną o wym. 60cm x 90cm o chłonności 1177ml?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50 – dot. Pakietu Nr 20 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną z otworami udowymi oddalonymi od siebie o 30cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51 – dot. Pakietu Nr 20 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z podkładami chłonnymi pięciowarstwowymi z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej pokryte włókniną o wym. 60cm x 90cm o chłonności 1177ml?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 52 – dot. Pakietu Nr 20 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną wykonaną z włókniny typu SMS ze wzmocnieniem w polu krytycznym o odporności na przenikanie płynów 110cm H₂O?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 53 – dot. Pakietu Nr 20 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z podkładami chłonnymi pięciowarstwowymi z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej pokryte włókniną o wym. 60cm x 90cm o chłonności 1177ml?

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 54 – dot. Pakietu Nr 20 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo-foliowy

5 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

1 x Chwytnik plastikowy 23cm

2 x Pojemnik okrągły poj. 120ml, przezroczysty, z podziałką?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 55 – dot. Pakietu Nr 20 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z tupferami z gazy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 56 – dot. Pakietu Nr 20 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zapakowanego w rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołożonym pojemnikiem 3-komorowym?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 57 – dot. Pakietu Nr 22 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze materiału podstawowego 35g/m²?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 58 – dot. Pakietu Nr 22 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów zapinanych w okolicy karku na standardowy rzep, z możliwością indywidualnego dopasowania?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 59 – dot. Pakietu Nr 22 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów ze wzmocnieniem nieprzemakalnym o gramaturze 40g/m²?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60 – dot. Pakietu Nr 22 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu chirurgicznego z włókniny o gramaturze 35g/m²?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61 – dot. Pakietu Nr 23 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

1 x Pojemnik okrągły poj. 500ml, niebieski, z podziałką

1 x Pojemnik okrągły poj. 250ml, niebieski, z podziałką

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 75cm 2-warstwowa, gramatura 60g/m² (owinięcie zestawu)?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62 – dot. Pakietu Nr 23 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

1 x Miska owalna, 2500 ml, plastikowa, niebieska z podziałką

1 x Kubek-dzbanek poj. 500 ml, przezroczysty, z podziałką

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2 warstwowa, gramatura 60g/m² (owinięcie zestawu)?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63 – dot. Pakietu Nr 23 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

1 x Pojemnik okrągły poj. 250 ml, przezroczysty, z podziałką

1 x Kubek-dzbanek poj. 500 ml, przezroczysty, z podziałką

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 75cm 2 warstwowa, gramatura 60g/m² (owinięcie zestawu)?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64 – dot. Pakietu Nr 37 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu chirurgicznego z bluzą z wycięciem V zakończone obszyciem w kolorze ubrania?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65 – dot. Pakietu Nr 37 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu chirurgicznego w kolorze niebieskim i zielonym?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66 – dot. Pakietu Nr 26 poz. 2

Czy zamawiający dopuści niejałowe gąbki pokryte dwuwęglanem sodu?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 67 – dot. zapisów SWZ

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1.1. zwłoki w wykonaniu dostawy częściowej w terminie określonym w § 3 ust. 2 w wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonej partii dostawy licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii dostawy.

1.2. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 9 ust. 2 karę w wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonej partii dostawy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 3 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii dostawy.

1.3 za każde stwierdzone naruszenie postanowień § 3 ust. 12 – 15 umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, przedmiotu umowy co do których stwierdzono naruszenia określonego w § 3 ust 12-15

1.4 zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust. 16 w wysokości 0,5% wartości netto umowy, dla danego pakietu, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania obowiązku o którym mowa w § 3 ust. 16, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.

1.7 naruszenia obowiązku § 3 ust. 8 oraz § 6 ust. 2 w wysokości 125,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.

1.8. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o której mowa w § 11 ust. 19) w

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

wysokości 0,01% należnej kwoty brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% nieuregulowanego w zapłacie części wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy. (...)

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 68 – dot. zapisów SWZ

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 9 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 69 – dot. zapisów SWZ

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp.: Zgodnie z § 6 ust. 1 projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 70 – dot. Pakietu Nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści:

Zestaw do angiografii z dwoma otworami i dwoma fartuchami

1.serwetę główną / chustę angiograficzną o wym. 225x340cm wykonana z tkaniny typu SMS z dwoma okrągłymi otworami o śr. 13 cm podklejone delikatną folią przylepną wchodząca w światło otworu (sam otwór 9cm). Otwory umieszczone ok.65cm od górnego brzegu chusty. Wzmocnienie w strefie krytycznej o wym. 81x152cm. Przezroczysty panel z dwóch stron o wym. 69 x 340 cm. Gramatura materiału podstawowego: 47 g/m² , Gramatura wzmocnienia: 99 g/m²;

2.fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny SMS, zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. - rozmiar XL, L;

3.ręczniki papierowe 56x37cm;

4.powłoka ochronna 75X100 cm typu czepek ściągany elastyczną gumką, o grubości 30mm;

5.powłoka ochronna 100x90 cm typu torba ściągany elastyczną gumką o grubości 45mm;

6.tupfery, Ø5cm, włóknina ;

7.kompresy 10 x 10 cm, 4 warstwowe, włóknina 30g/m²

Pozostałe komponenty zgodne ze SWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71 – dot. Pakietu Nr 20 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści: Zestaw do angiografii z czterema otworami i dwoma fartuchami

1.Serweta zabiegowa w rozmiarze 240x370cm wykonana z trójwarstwowej włókniny typu SMS/SMP o gr. 45g/m² z przezroczystymi foliowymi wstawkami z obu stron w rozmiarze 70/75 x 220/233 cm umożliwiającymi jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. Obłożenie posiada 4 otwory otoczone taśmą lepną, stanowiące dojście do pachwin i tętnic promieniowych: 2 otwory na tt. udowe o średnicy 14 cm otoczone folią chirurgiczną w świetle otworu o średnicy samego otworu 7,5 cm oraz 2 otwory na tt. promieniową w kształcie elipsy w rozmiarze 6 x 8 cm. Dookoła otworów warstwa wysokochłonna wykonana z włókniny SMP o gramaturze 105 g/m² w kształcie litery T w rozmiarze 240x90/100x145 cm. Otwory położone w jednej linii, odległość otworów promieniowych od udowych 35 cm, odległość otworów promieniowych od krawędzi bocznej serwety 60 cm

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

2.fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS, zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, troki łączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielny aplikację z zachowaniem sterylności. - rozmiar XL, L

3.ręczniki papierowe 56x37cm

4.powłoka ochronna 75X100 CM typu czepek ściągany elastyczną gumką, o grubości 30mm

5.powłoka ochronna 100x90 cm typu torba ściągany elastyczną gumką o grubości 45mm

6.tupfer Ø5CM, włóknina

7.kompresy 10x10CM, 4 warstwowy, włóknina 30g/m2

Pozostałe komponenty zgodne ze SWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72 – dot. Pakietu Nr 20 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści: Zestaw do angiografii do wszczepienia rozrusznika

1.chusta angiograficzna o wym. 240x335cm z dwoma prostokątnymi otworami o wym. 20x20cm wypełnionymi w całości folią chirurgiczną. Otwory oddalone od siebie o 11-13cm, umieszczone 115cm od górnego brzegu chusty. Przezroczysty panel z 2 stron o wym. 70x335cm. gramatura gr 74g/m2

2.fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS, zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, troki łączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielny aplikację z zachowaniem sterylności. - rozmiar XL, L

3.ręczniki papierowe 56x37cm

4.powłoka ochronna 75X100 CM typu czepek ściągany elastyczną gumką, o grubości 30mm

5.tupfer Ø5CM, włóknina

6.Kompresy 10x10CM, 4 warstwowe, włóknina 30g/m2

Pozostałe komponenty zgodne ze SWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73 – dot. Pakietu Nr 20 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści: Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego

1.Tupfery Ø4CM, włóknina

2.Miska niebieska, 27x13,5x5CM

3.zestaw zapakowany w worek typu folia -papier. Skład zestawu w j. polskim na etykiecie głównej z 2 x etykiety samoprzylepne z nadrukiem w języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną.

Pozostałe komponenty zgodne ze SWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 74 – dot. Pakietu Nr 20 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści: Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego

1.Tupfery Ø4CM, włóknina

2.Miska zielona 200x148x40 mm z kładką

3.zestaw zapakowany w worek typu folia -papier. Skład zestawu w j. polskim na etykiecie głównej z 2 x etykiety samoprzylepne z nadrukiem w języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną.

Pozostałe komponenty zgodne ze SIWZ ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 75 – dot. zapisów SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 12.05.2023 r.? Biorąc pod uwagę fakt, iż 01-05-2023 oraz 03-05-2023 r. są dniami ustawowo wolnymi od pracy (święta), wiele firm nie pracuje we wtorek (2.05.2023 r.) i w czwartek oraz piątek (4-5.05.2023 r.), co ogranicza liczbę dni na przygotowanie i wysyłkę oferty przetargowej.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 76 – dot. Pakietu Nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

	Serweta z laminatu o gramaturze 42 g/m ²	50x35	1
	Rękawice lateksowe bezpudrowe	M	2
START	Kompresy włókninowe 30 g/m ² , 4W	7,5x7,5cm	6
	Cannula Plast	8x5,8cm	2
	Plastofix	2x15cm	4
	Rękawice lateksowe bezpudrowe	M	2
END	Rękawice winylowe bezpudrowe	L	1
	Kompresy włókninowe 30 g/m ² , 4W	7,5x7,5cm	4
	Fixopore S 5x7,2cm	5x7,2cm	2

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 77 – dot. Pakietu Nr 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta o gramaturze 42 g/m ²	75x45cm	1
serweta o gramaturze 56 m/2 50x60cm z otworem 10cm i przylepcami na rogach	50x60cm;Ø10cm	1
strzykawka 3ml	3ml	1
strzykawka 5ml Luer Lock	5ml	1
igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1
igła 0,5x25mm	0,5x25mm	1
kompres z włókniny 30 gram, 4W	7,5x7,5cm	10
Opatrunek Fixopore S	5x7,2cm	1
penseta plastikowa	13 cm	1

Opakowanie typu blister z wgłębieniem na środek dezynfekcyjny.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78 - Pakietu Nr 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z przylepcem	1	56 m/2	260x240
serweta z przylepcem	1	56 m/2	240x150
pokrowiec na nogę	1	56 m/2	120x37
kieszon na płyny z kształtką	1	PE - 1K	40x30
taśma medyczna	6	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 79 – dot. Pakietu Nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do angiografii zawierający:

1- serweta główna o wym. 220 x 320cm +- 15 cm uzupełniona wzdłuż dłuższych boków foliowanymi, przezroczystymi wstawkami o wym. min. 60 x 320cm służącymi do zabezpieczenia pulpity sterowniczych. Serweta z włókniny dwuwarstwowej podfoliowanej 56 g/m² i odporności na przenikanie płynów min. 200 cm H₂O z 2 otworami z wejściem na tętnice udowe o \varnothing 9 cm+- 1cm , otoczone taśmą lepną , odległość między otworami ok. 17 cm, dookoła otworów warstwa wysokochłonna o wym. min. 75 x 100 cm. Długość serwety liczona od otworów na tętnice udowe w kierunku głowy musi wynosić min. 60-65 cm, natomiast od otworów w kierunku stóp musi wynosić min. 225-230 cm. W zestawie 2 fartuchy chirurgiczne pełnobarierowe z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², z elastycznymi mankietami z dzianiny 8 cm. Rzep przy szyi umożliwiający regulację min. 12 cm. Szwy wykonane ultradźwiękowo. Tylne części fartucha zachodzące na siebie, konstrukcja fartucha zapewnia zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, wiązany na troki wgrzane ultradźwiękowo, umieszczone w specjalnym kartoniku . Rozmiar L -125 , XL - 140 cm, 2 ręczniki celulozowe min. 50 x 40 cm, sterylny pokrowiec na ekran ochronny ściągany elastyczną gumką (połowa obwodu gumki 17 cm w stanie spoczynku , 71 cm po rozciągnięciu) x 91 cm - wysokość, pokrowiec na aparaturę RTG ściągany elastyczną gumką (połowa obwodu gumki 33 cm w stanie spoczynku, 112 cm po rozciągnięciu) o wysokości 56 cm, wykonane z folii PE o grubości min. 0,05 mm, miska poj. 500 ml plastikowa, miska poj.250 ml plastikowa, 3 podkłady chłonne trójwarstwowe z wkładem chłonnym w postaci rozdrobnionej celulozy pokryte włókniną o wymiarach 60 x 90 cm, chłonność min. 2 l, 1 korcang plastikowy 14 cm, 6 tupferów gazowych kula 50x50 cm, 40 kompresów 7,5 x 7,5 cm włókninowych 40 g/m². Zestaw owinięty serwetą na stół narzędziowy min. 140x 90 cm wykonany z nieprzemakalnego laminatu o gram. min. 43 g/m².

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 80 – dot. Pakietu Nr 20 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do angiografii z 4 otworami zawierający:

1- serweta główna o wym. 240 x 370cm +-15 cm uzupełniona wzdłuż dłuższych boków foliowanymi, przezroczystymi wstawkami o wym. min. 60 x 370 cm służącymi do zabezpieczenia pulpity sterowniczych. Serweta z włókniny dwuwarstwowej podfoliowanej o gram 56 g/m² i odporności na przenikanie płynów min. 200 cm H₂O z 2 otworami z wejściem na tętnice udowe o \varnothing 12 cm+- 1cm, otoczone taśmą lepną , odległość między otworami ok. 17 cm, dookoła otworów warstwa wysokochłonna o wym. 155 x 120 cm.

Długość serwety liczona od otworów na tętnice udowe w kierunku głowy musi wynosić min. 60-65 cm, natomiast od otworów w kierunku stóp musi wynosić min. 225-230 cm i dwa otwory do wejścia w okolicach tt. promieniowych o średnicy 7x12, otwory te powinny być otoczone taśmą lepną, dookoła otworów warstwa wysokochłonna. W zestawie 2 fartuchy chirurgiczne pełnobarierowe z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², z elastycznymi mankietami z dzianiny 8 cm. Rzep przy szyi umożliwiający regulację min. 12 cm. Szwy wykonane ultradźwiękowo. Tylne części fartucha zachodzące na siebie, konstrukcja fartucha zapewnia zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, wiązany na troki wgrzane ultradźwiękowo, umieszczone w specjalnym kartoniku. Rozmiar XL - 140 cm, 2 ręczniki celulozowe min. 50 x 40 cm, 1 sterylny pokrowiec na ekran ochronny ściągany elastyczną gumką 91x76 cm, 1 pokrowiec na aparaturę RTG ściągany elastyczną 80x40 cm, wykonane z folii PE o grubości min. 0,05 mm, 1 miska poj. 500 ml plastikowa z skalą, 1 miska poj.250 ml plastikowa ze skalą, 3 podkłady chłonne trójwarstwowe z wkładem chłonnym w

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

postaci rozdrobnionej celulozy pokryte włókniną o wymiarach 60 x 90 cm, , 1 korcang plastikowy 14 cm, 6 tupferów gazowych kula 50x50 cm, 40 kompresów 7,5 x 7,5 cm z włókniny 40 g . Zestaw owinięty serwetą na stolik narzędziowy min. 140x 90 cm wykonany z nieprzemakalnego laminatu o gram. min. 43 g/m2.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 81 – dot. Pakietu Nr 20 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do angiografii do wszczepienia rozrusznika zawierający:

1- serweta główna o wymiarach min 180 x 300cm z samoprzylepnymi dwoma otworami o średnicy 10 cm wypełnionymi folią chirurgiczną, dookoła otworów warstwa wysokochłonna. Serweta wykonana z laminatu PP/PE o gramaturze min. 56 g/m2 i odporności na przenikanie płynów min. 250 cm H2O. W zestawie 2 fartuchy chirurgiczny pełnobarierowy z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2, z elastycznymi mankietami z dzianiny 8 cm. Rzep przy szyi umożliwiający regulację min. 12 cm. Szwy wykonane ultradźwiękowo. Tylnie części fartucha zachodzące na siebie, konstrukcja fartucha zapewnia zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, wiązany na troki wgrzane ultradźwiękowo, umieszczone w specjalnym kartoniku . Rozmiar L - 125 cm, 4 ręczniki celulozowe o wymiarach ok. 50 x 40 cm, 1 sterylny pokrowiec na ekran ochronny ściągany elastyczną gumką (połowa obwodu gumki 17 cm w stanie spoczynku, 71 cm po rozciągnięciu) x 91 cm - wysokość, miska poj. 500 ml plastikowa, miska poj.250 ml plastikowa, 3 podkłady chłonne trójwarstwowe z wkładem chłonnym w postaci rozdrobnionej celulozy pokryte włókniną o wymiarach 60 x 90 cm, chłonność min. 2 l, 1 korcang plastikowy 14 cm, 6 tupferów gazowych kula 50x50 cm, 40 kompresów 7,5 x 7,5 cm włókninowych 40 g/m2. Zestaw owinięty serwetą na stolik narzędziowy min. 140x 90 cm wykonany z nieprzemakalnego laminatu o gram. min. 43 g/m2.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 82 – dot. Pakietu Nr 20 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Pojemnik plastikowy, okrągły	125 ml	1
Tupfer włókninowy kula, 30g	20x20cm	5
Kleszczyki okienkowe typu KORCANG	19cm (+/- 0,3)	1

Opakowanie typu blister z wgłębieniem na płyny.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83 – dot. Pakietu Nr 20 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw z pojemnikiem 125 ml i zapakowany w torebkę papierowo-foliową?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84 – dot. Pakietu Nr 20 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

kleszcze plastikowe typu pean	13	1
Tupfer kula z włókniny 30g/m2	20x20cm	6

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 85 – dot. Pakietu Nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów okulistycznych w składzie:

1 serweta z laminatu dwuwarstwowego o wymiarach min 150x120 cm, obłożenie na pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gram 56 g/m² o wymiarach 150x 150 cm z folią klejącą do nacięcia i otworem o śr 8 cm centralnie położonym z workiem odciekowym, obłożenie w formie worka na stolik Mayo 145x80 cm, 2 fartuchy standard L z ręcznikami, 2 kubki 60 ml, 2 strzykawki 5 ml luerlock, strzykawka 3ml luerlock, strzykawka 20 ml luerlock, 2 osłony na podłokietniki 40x 60 cm, opatrunek na oko 5x6 cm, osłona plastikowa na oko, 10x spongostan, kocher/ pean zaciskowy 14 cm , 5 kompresów włókninowych 7,5x 7,5 cm

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 86 – dot. Pakietu Nr 21 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z kompresami gazowymi 17N, 12W zamiast włókninowymi?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87 – dot. Pakietu Nr 21 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z 2 ręcznikami?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88 – dot. Pakietu Nr 21 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z 5 kompresami włókninowymi w rozmiarze 5x5 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 89 – dot. Pakietu Nr 21 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do iniekcji doszkliskowych w składzie: 1x serweta z laminatu dwuwarstwowego o wymiarach 90x75, 1x obłożenie na pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gram 43 g/m² 90x75 z folią klejącą naciętą poziomo z otworem o śr 5 cm i z workiem odciekowym, 1x opatrunek na oko 5x6, 1x strzykawka 10ml, 1x strzykawka 5ml, 5x kompresów włókninowych 7,5x7,5 cm, 1x cyrkiel (miarka), 2x patyczek watowy, 1x kocher plastikowy 14 cm do mycia pola operacyjnego?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 90 – dot. Pakietu Nr 7

Czy w Pakiecie 7 – opatrunki foliowe cz.1 – w pozycji pomiędzy 4-5 (kolumna z l.p. bez numeru) - dopuszcza opatrunek do portów z folii poliuretanowej, przezroczysty, umożliwiający stałą obserwację miejsca wkłucia, z klejem naniesionym równomiernie, bez dodatku chlorheksydyny?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 91 – dot. Pakietu Nr 1 poz. 1-3

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, umożliwi to złożenie atrakcyjnej oferty cenowej.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 92 – dot. Pakietu Nr 2 poz. 17-21

Czy zamawiający wydzieli poz.17-21 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



**Województwo
Śląskie**

pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 93 – dot. Pakietu Nr 2 poz. 1-9

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-9 do osobnego pakietu na kompresy jałowe, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 94 – dot. Pakietu Nr 2

Czy zamawiający dopuści opakowanie bez etykiety typu LOT, samoprzylepnej?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 95 – dot. Pakietu Nr 26 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do toalety jamy ustnej zawierającego w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 96 – dot. Pakietu Nr 26 poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie, czy każde pojedyncze opakowanie zestawu ma pełnić jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalać na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zestaw opisany jak wyżej.

Pytanie nr 97 – dot. Pakietu Nr 26 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktu niesterylnego lub mikrobiologicznie czystego, spełniającego pozostałe wymogi SWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 98 – dot. Pakietu Nr 22 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego chirurgicznego standardowego z rękawkami do rąk z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m². Rękawy proste zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze w postaci metki. Rodzaj fartucha określony na etykiecie opakowania. Odporność na przenikanie cieczy zgodna z normą EN IO 811 ≥ 20 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/na mokro zgodna z normą EN ISO 13938-1 ≥ 40 kPa, odporność na rozciąganie na sucho/na mokro zgodna z normą EN 29073-3 ≥ 20 N, odporność na przenikanie drobnoustrojów 2,9IB, pylenie zgodne z normą EN ISO 9073-10 $\leq 4,0$ log₁₀, czystość mikrobiologiczna zgodna z normą EN ISO 11737-1. Fartuch oznaczony w centymetrach: M-115cm, L-123cm, XL – 135cm, XXL – 148cm. Fartuch z 2 rękawkami do rąk w rozmiarze 37,5x37,5. Opakowanie sterylne papier – folia. Pakowane po 50sztuk w kartonie zbiorczym.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Odp.: Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań Zamawiającego.

Pytanie nr 99 – dot. Pakietu Nr 22 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego chirurgicznego wzmocnionego z rękawkami do rąk z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m² z dodatkowym wzmocnieniem, o łącznej gramaturze 66g/m² w części przedniej i na rękawach. Rękawy proste zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze w postaci metki. Rodzaj fartucha określony na etykietce opakowania. Odporność na przenikanie cieczy zgodna z normą EN ISO 811 ≥ 100 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/na mokro zgodna z normą EN ISO 13938-1 ≥ 40 kPa, odporność na rozciąganie na sucho/na mokro zgodna z normą EN 29073-3 ≥ 20 N, odporność na przenikanie drobnoustrojów 6,0IB, pylenie zgodne z normą EN ISO 9073-10 $\leq 4,0$ log₁₀, czystość mikrobiologiczna zgodna z normą EN ISO 11737-1 ≤ 300 . Fartuch oznaczony w centymetrach: M-115cm, L-123cm, XL – 135cm, XXL – 148cm. Fartuch z 2 rękawkami do rąk w rozmiarze 37,5x37,5. Opakowanie sterylne papier – folia. Pakowane po 50sztuk w kartonie zbiorczym.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 100 – dot. Pakietu Nr 22 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu chirurgicznego z wykończeniem przy szyi typu V, dostępne w min. 2 kolorach. Pozostałość zgodnie z SWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 101 – dot. Pakietu Nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów z gazy 17nitkowej? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 102 – dot. Pakietu Nr 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku dodatkowo wzmocnionego włókniną, posiadającego okienko pokryte folią poliuretanową, pozwalające na kontrolę wzrokową miejsca wklucia bez potrzeby zmiany opatrunku? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 103 – dot. Pakietu Nr 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10x15cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 104 – dot. Pakietu Nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dializy o następującym składzie i parametrach:

Podłączenie:

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, bezpudrowych, rozmiar M
- 1 x serweta włókninowa nieprzyklepna 37,5 x 45 cm
- 4 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm, 8-warstwowe, 17-nitkowe
- 2 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 6 x 7 cm (zapakowany)
- 4 x (2 x 2 szt.) opatrunek w postaci przylepca 1,25 x 14,8 cm

Rozłączenie:

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

- 1 x rękawiczka diagnostyczna nitylowa dla pacjenta, rozmiar M
- 4 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm, 8-warstwowe, 17-nitkowe
- 2 x samoprzylepny opatrunek chłonny 5 x 7,2 cm (zapakowany)

Opakowanie miękkie (papier-folia) typu blister „2 w 1” (Podłączenie + Odłączenie). Komponenty potrzebne przy „Odłączeniu” są dodatkowo zapakowane.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 105 – dot. Pakietu Nr 11 poz. 5, 6

Zzy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku nowej generacji (poprzednia wersja opatrunku nie jest już dostępna na rynku szpitalnym), zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, jednakże posiadającego w swoim składzie tylko substancję SAP, która dzięki swoim właściwościom fizyczno-chemicznym zastępuje środek antybakteryjny, gdyż wiąże i zamyka wysięk oraz bytujące w nim patogeny w swojej strukturze obniżając ich miano, jednocześnie nie wykazując strikte właściwości bójących. W konsekwencji działanie opatrunku, nie zmienia się i pozwala na opanowanie infekcji bez ryzyka wywołania oporności bakteryjnej.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 106 – dot. Pakietu Nr 11 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania żelu amorficznego w strzykawce 15g?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 107 – dot. Pakietu Nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do kraniotomii, w którym:

- serweta główna ma wbudowane okno z folią chirurgiczną o wymiarach 19 x 30cm (zamiast 20x30cm)
- zestaw posiada organizatory przewodów typu Velcro (rzep) nie zintegrowane z serwetą główną tylko jako osobny komponent
- taśmy samoprzylepne są w rozmiarze 10 x 50cm (zamiast 9x49cm)

Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 108 – dot. Pakietu Nr 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii, w którym:

- serweta do artroskopii ma rozmiar 245 x 320cm, składa się z jednego kawałka laminatu (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55g/m², wyposażona jest w zbiornik na płyn z jednym zaworem umożliwiającym podłączenie do ssaka oraz posiada dwa otwory elastomeryczne do przeprowadzenia kończyny o wymiarach 5 x 7cm.
- pokrowiec na stół Mayo posiada nieprzemakalność min. 191 cm H₂O (zamiast 150cmH₂O)

Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 109 – dot. Pakietu Nr 17 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu urologicznego, w którym:

- serweta główna ma rozmiar 185 x 200/280cm (zamiast 150x160cm) oraz posiada w części brzusznej otwór o wymiarach 7 x 10cm (zamiast o średnicy 6cm),
- zestaw posiada dodatkowo taśmę samoprzylepną 10x50cm umożliwiającą stabilizację zbiornika przez przyklejenie go do fartucha operatora.
- zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55g/m².

Pozostałe parametry i skład bez zmian.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 110 – dot. Pakietu Nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, posiadającego w swoim składzie serwetę 150x240cm (+/-10cm) z wycięciem „U” w rozmiarze 6,5 x 65 cm (zamiast 6,5x60cm), serwetę w rozmiarze 200 x 240 cm (+/-10cm) z klejem na krótszym boku (zamiast z klejem na dłuższym boku) oraz serwetę na stolik narzędziowy posiadającą wzmocnienie w rozmiarze min. 75 x 190 cm (zamiast 60x80cm)? Zestaw wykonany z włókniny min. dwuwarstwowej o gramaturze min. 55g/m², odporności na penetrację wody min. 150 cm H₂O oraz absorpcji warstwy wzmocnionej min. 350% w strefie krytycznej. Pozostałe parametry i skład bez zmian

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 111 – dot. Pakietu Nr 18 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, posiadającego w swoim składzie serwetę nieprzylepną polietylenową w rozmiarze 150x200cm (zamiast 100x175cm), oraz serwetę główną wykonaną z włókniny min. dwuwarstwowej o odporności na penetrację wody min. 150 cm H₂O oraz absorpcji warstwy zewnętrznej min. 350%. Pozostałe parametry i skład bez zmian

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 112 – dot. Pakietu Nr 18 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji dłoni/ stopy posiadającego w swoim składzie serwetę główną 150 x 200 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm oraz serwetę na stolik narzędziowy w rozmiarze 150 x 160 cm z dodatkowym elementem chłonnym o wym. 75x160cm, stanowiącą owinięcie zestawu? Zestaw wykonany z włókniny min. dwuwarstwowej o gramaturze min. 55g/m², odporności na penetrację wody min. 150 cm H₂O oraz absorpcji warstwy zewnętrznej min. 285%.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 113 – dot. Pakietu Nr 18 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu posiadającego w swoim składzie serwetę główną do operacji kończyny z samouszczelniającym otworem (5x7cm) w rozmiarze 320x225cm (z padem 75x130cm) oraz serwetę na stolik narzędziowy w rozmiarze 150 x 190 cm (zamiast 140x190cm) i serwetę nieprzylepną w rozmiarze 150x190cm (zamiast 150x175cm)? Zestaw wykonany z włókniny min. dwuwarstwowej, odporności na penetrację wody min. 150 cm H₂O oraz absorpcji warstwy zewnętrznej min. 258%. Pozostałe parametry i skład bez zmian

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 114 – dot. Pakietu Nr 18 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii odbytnicy, w którym serweta główna jest w rozmiarze 250/260 x 290cm (zamiast 300x250cm) i posiada wzmocnienie w rozmiarze min. 75 x 190 cm i 90x60cm oraz serweta na stolik narzędziowy jest w rozmiarze 150x190cm (zamiast 140x190cm)? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 115 – dot. Pakietu Nr 18 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, posiadającego serwetę operacyjną w rozmiarze 200x300cm (pad 75x75cm) i otwór decentralny 15x15cm oraz serwetę na stół narzędziowy nieprzylepną 150x190cm jako owinięcie zestawu? Zestawu wykonanego z

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

włókniny min. dwuwarstwowej o gramaturze min. 55g/m², odporności na penetrację wody min. 150 cm H₂O oraz absorpcji warstwy zewnętrznej min. 350% w strefie krytycznej.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 116 – dot. Pakietu Nr 18 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, posiadającego serwetę operacyjną w rozmiarze 200x300cm (pad 75x75cm) z otworem decentralnym 15x15cm oraz serwetę na stół narzędziowy nieprzylepną 150x190cm jako owinięcie zestawu? Zestawu wykonanego z włókniny min. dwuwarstwowej o gramaturze min. 55g/m², odporności na penetrację wody min. 150 cm H₂O oraz absorpcji warstwy zewnętrznej min. 350% w strefie krytycznej; posiadającego w swoim składzie fartuchy pełnobarierowe z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m². Pozostałe parametry bez zmian

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 117 – dot. Pakietu Nr 18 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii biodra, w którym: serweta na stolik instrumentariuszki jest w rozmiarze 190 x 150cm i posiada wzmocnienie w rozmiarze min. 75 x 190 cm; serweta na stolik Mayo posiada wzmocnienie min. 60 x 145 cm; serweta główna ma rozmiar 335x280/225cm z otworem samouszczelniającym 21x18cm i posiada wzmocnienie min. 60 x 135 cm; serweta pomocnicza ma rozmiar 150 x 200 cm (w miejsce serwety 150 x 150 cm)? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 118 – dot. Pakietu Nr 18 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu posiadającego w swoim składzie opatrunek pooperacyjny włókninowy 20x8cm (zamiast kompresu z włókniny 10x10cm) oraz pojemnik na igły i skalpele 15/15 miejsc magnetyczny? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 119 – dot. Pakietu Nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wklucia centralnego o składzie i parametrach:

- 6 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm
- 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm
- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm
- 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 x 75 cm
- 1 x serweta włókninowa, dwuczęściowa z regulowaną wielkością przylepnego otworu 2 x (45x37,5 cm)
- 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)
- 1 x ostrze skalpela 6,5 cm (zapakowane)
- 1 x igłotrzymacz 14 cm
- 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 x 15 cm (zapakowany)

Opakowanie tacka typu blister z jednym wgłębieniem, która może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 120 – dot. Pakietu Nr 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia lędźwiowego o składzie i parametrach:

- 1 x serweta włókninowa 75 x 90 cm
- 1 x serweta włókninowa 75 x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną
- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm
- 1 x strzykawka typu Luer Lock 5 ml (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2 (zapakowana)
- 1 x igła 0,7 x 30 mm, 22G x 1 1/4 (zapakowana)
- 6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x opatrunek Cosmopor E 7,2 x 5 cm

Opakowanie tacka typu blister z trzema wgłębieniami, która może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 121 – dot. Pakietu Nr 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, o następującym składzie i parametrach:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona (opakowanie zestawu) 190 x 150cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145cm, gramatura całkowita 90g/m²
- 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30cm
- 3 x taśma przylepna 10 x 50cm
- 1 x serweta dwuwarstwowa wzmocniona (U przylepne 10 x 95 cm) 245 x 280cm
- 1 x serweta dwuwarstwowa przylepna 300 x 170cm
- 1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 90 x 75cm
- 1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 100 x 150cm
- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150cm

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55g/m², odporności na przenikanie płynów min. 150cmH₂O .

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 122 – dot. Pakietu Nr 19 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, posiadającego:

- serwetę samoprzylepną w rozmiarze 150 x 240cm zamiast 180x170cm
- taśmę samoprzylepną w rozmiarze 10x50cm zamiast 9x50cm
- 2 ręczniki celulozowe min. 30x30cm
- zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55g/m² i odporności na przenikanie płynów min. 150cmH₂O.

Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 123 – dot. Pakietu Nr 19 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, o następującym składzie i parametrach:

- 2 x kompres włókninowy 7,5 x 7,5 cm
- 1 x kleszczyki do usuwania klipsów skórnych.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 124 – dot. Pakietu Nr 19 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, o następującym składzie i parametrach:

- 3 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm
- 1 x pęseta anatomiczna typu Adson, metalowa 12 cm
- 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre 11,5 cm
- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 125 – dot. Pakietu Nr 22 poz. 4(3)

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletów chirurgicznych posiadających przy szyi wykończenie typu V? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 126 – dot. Pakietu Nr 25 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nożyczek opatrunkowych w klasie I sterylnej?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 127 – dot. Pakietu Nr 25 poz. 8

Ze względu na wycofanie ze sprzedaży pęsety anatomicznej typu Jansen czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pęsety prostej typu DeBakey w rozmiarze 15,5cm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 128 – dot. Pakietu Nr 25 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu chirurgicznego posiadającego w swoim składzie kleszczyki anatomiczne Halstead Mosquito zakrzywione 12,5 cm, stalowe jednorazowe (zamiast kleszczyków typu pean zakrzywione, 12,5cm), kompresy gazowe 17-nitkowe (zamiast 13-nitkowych) oraz serwetę na stolik narzędziowy w rozmiarze min.75 x 75 cm (zamiast serwety w rozmiarze 75x145cm)? Dodatkowo zestaw może posiadać imadło chirurgiczne Mayo Hegar 14 cm, stalowe jednorazowe? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 129 – dot. Pakietu Nr 22 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze 35g/m². Fartuch zapinany standardowo na „rzep” na szyi, w miejsce taśmy wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnej części fartuch. Klasa palności 1 potwierdzona specyfikacją danych produktowych producenta. W opakowaniu 2 ręczniki 30 x 40 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 130 – dot. Pakietu Nr 22 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze 35g/m², posiadających dodatkowe wzmocnienia w części przedniej i na ¾ rękawów o gramaturze 40 g/m². Fartuch zapinany standardowo na „rzep” na szyi, w miejsce taśmy wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnej części fartuch. Klasa palności 1 potwierdzona specyfikacją danych produktowych producenta. W opakowaniu 2 ręczniki 30 x 40 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 131 – dot. Pakietu Nr 22 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie kompletów posiadających przy szyi wykończenie typu V.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 132 – dot. Pakietu Nr 22 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie kompletów o gramaturze 35 g/m², dostępnych w dwóch kolorach: niebieskim i zielonym.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Podpisał:

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie