



**”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”
SPÓŁKA Z O.O.**

62-300 Września, ul. Słowackiego 2



Września 02.01.2020r.

Znak sprawy: SA-381- 25/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę wyrobów medycznych i nie medycznych.

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
|----|---|----------------------|
| 1 | Pakiet nr 48 poz. 1a: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny filtr oddechowy o objętości oddechowej 150ml – 1500ml ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ. | Dopuszcza |
| 2 | Pakiet nr 48 poz. 1b: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, objętość oddechowa 150-1500ml, masa 24g, przestrzeń martwa 77ml, wydzielony wymiennik ciepła i wilgoci „piankowy (gąbkowy)”, port kapno z koreczkiem ? | Dopuszcza |
| 3 | PAKIET 32, pozycja 1c: Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 0,7L? Pojemniki o nieznacznie większej pojemności nie mają wpływu na swoją funkcjonalność oraz jakość przeprowadzanych procedur medycznych. Większa pojemność jest zaletą, gdyż pozwala na umieszczenie większej ilości odpadów medycznych. Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Nadto dopuszczenie pojemnika o pojemności 0,7L pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty, na czym powinno zależeć Zamawiającemu. <u>W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.</u> | Dopuszcza nie wymaga |
| 4 | PAKIET 32, pozycja 1d: Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 1,0L średnicy pojemnika: 102 mm podstawa rozszerzający się ku górze, gdzie górna średnica wynosi 140 mm? Pojemniki na odpady medyczne o nieznacznie większych wymiarach nie mają wpływu na swoją funkcjonalność oraz jakość przeprowadzanych procedur medycznych. Szczególnie, że proponowany asortyment jest „większy” od oczekiwanego, więc nie istnieje zagrożenie, że przewidywany odpad medyczny się nie zmieści. Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Nadto dopuszczenie powyżej opisanego pojemnika pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty, na czym powinno zależeć Zamawiającemu. <u>W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.</u> | Dopuszcza nie wymaga |
| 5 | PAKIET 32, pozycja 1e: Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 2,0L, wysokości 230 mm, oraz średnicy pojemnika: 105 mm podstawa rozszerzający się ku górze, gdzie górna średnica wynosi 140 mm? Pojemniki na odpady medyczne o nieznacznie większych wymiarach nie mają wpływu na swoją funkcjonalność oraz jakość przeprowadzanych procedur medycznych. Szczególnie, że proponowany asortyment jest „większy” od oczekiwanego, więc nie istnieje zagrożenie, że przewidywany odpad medyczny się nie zmieści. Pragniemy nadmienić, że zgodnie | Dopuszcza nie wymaga |

| | | |
|----|---|--|
| | art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Nadto dopuszczenie powyżej opisanego pojemnika pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty, na czym powinno zależeć Zamawiającemu. <u>W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.</u> | |
| 6 | PAKIET 32, pozycja 1c, 1d, 1e, 1f, 1g W trosce o bezpieczeństwo personelu medycznego i pomocniczego, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wymaga pojemników na odpady medyczne ze ściankami o grubości powyżej 0,9 mm i odpornością na przebicie igłą medyczną z siłą powyżej 20N, potwierdzonymi badaniami niezależnego instytutu? Pytanie podyktowane jest faktem, iż ostatnio na rynku pojawiły się małe pojemniki (o pojemnościach 0,7L – 2,0L) na ostre odpady medyczne, o ściankach zbyt cienkich, by spełniać wymogi bezpieczeństwa użytkowników, absolutnie nie zapewniających sztywności ani odporności na jakiegokolwiek uszkodzenia. Należy dodać, że Zgodnie z dyspozycją § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.10.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975), odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników j. u. <u>sztywnych (...) mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie.</u> Jednakże nawet w przypadku przywołania w SIWZ powyższego rozporządzenia, cienkie pojemniki są oferowane w postępowaniach przetargowych, znacząco obniżając wartości pakietów. Dlatego koniecznym staje się wprowadzenie do SIWZ wymogu, wskazanego w pierwszym zdaniu niniejszego pytania. | Zamawiający dopuszcza pojemniki wykonane z materiału, który nie ulega przekłuciu przez ostry sprzęt umieszczony w pojemniku. |
| 7 | PAKIET 32, pozycja 1c, 1d, 1e, 1f, 1g Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady medyczne ze ściankami o grubości 0,8 mm lub cieńsze? | Zamawiający dopuszcza pojemniki wykonane z materiału, który nie ulega przekłuciu przez ostry sprzęt umieszczony w pojemniku. |
| 8 | Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do <u>żadnej</u> grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą? | Tak |
| 9 | Pytania dot. pakietu nr 46 Ze względu na zbyt szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (konkretna nazwa parametry jednego wykonawcy), powołując się na art. ust 1 Ustawy PZP oraz art 29 ust 2 Ustawy PZP, zwracamy się z uprzejmym pytaniem czy w celu stworzenia warunków konkurencyjności cenowej – Zamawiający dopuści produkt o takim samym przeznaczeniu jednak o zmienionej gramaturze 4G (2X2G) ? | Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że produkt o gramaturze 4 G (2x2 G) pakowany jest w osobnych saszetkach, czyli 2 x 2G z możliwością osobnego (w różnym czasie) podania. |
| 10 | Pytania dot. pakietu nr 46 W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o informację czym Zamawiający kierował się przy podjęciu takiej decyzji? | Odpowiedz udzielona w pyt. 9 |
| 11 | dotyczy pakietu nr 54, poz. 1 Czy Zamawiający w Pakiecie 54 w pozycji 1 dopuści elektrodę do monitorowania EKG, dla dorosłych, o wymiarach 50 x 45mm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? | Zamawiający dopuszcza |
| 12 | Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności oferty wydzieli z pakietu pozycję nr 16 i 18? Z poważaniem, Tomasz Sewerynek | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 13 | <u>Pakiet 56, pozycja 2</u> Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu, aby przedmiotowa myjka miała cechy myjki nasączonej środkiem bakterjobójczym? Ograniczenie wymogu do środka myjącego powoduje dwukrotne obniżenie ceny przedmiotu zamówienia. W związku z tym prosimy o dopuszczenie myjki prostokątnej nasączonej środkiem myjącym o neutralnym pH 5,5 o wymiarach: 20 x 12 cm. | Zgodnie z SIWZ |
| 14 | <u>Pakiet 56, pozycja 2</u> Optymalną gramaturą myjki do jej prawidłowego użytkowania i komfortu, zarówno pacjenta jak i osoby wykonującej zabieg mycia jest gramatura 100g/m2. Myjka taka jest też bardziej wytrzymała. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga myjki wykonanej z włókniny 100g/m2 ? | Dopuszcza nie wymaga |
| 15 | <u>Pakiet 56, pozycja 3</u> Czy Zamawiający wymaga myjki suchej zawierającej środek myjący o neutralnym | Zamawiający wymaga myjki bez środka myjącego |

| | | |
|----|---|----------------|
| | pH 5,5, który aktywuje się przy użyciu wody czy też myjki bez środka myjącego? | |
| 16 | <u>Pakiet 56, pozycja 3</u> Czy Zamawiający dopuści myjkę w formie rękawicy? | Tak, dopuszcza |
| 17 | <u>Dotyczy SIWZ</u> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej? | Tak |
| 18 | <u>Dotyczy SIWZ</u> Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty jako połączenie dokumentów w jeden plik PDF podpisany podpisem elektronicznym? | Tak |

Prezes Zarządu
„Szpitala Powiatowego
we Wrześni” Sp.z o.o.
Zbigniew Hupała