

Kraków, 20.12.2023 r.

DZ.271.106.1218.2023

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 34 84

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: postępowania DZ.271.106.2023 – Dostawa stymulatorów serca, kardiowerterów, elektrod i wyrobów do ablacji

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

Pytanie 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1, 2:

1. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości zamówienia, którego zwłoka dotyczy;**
2. W razie sprzedaży wadliwego wyrobu medycznego, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych licząc od daty złożenia reklamacji. W razie niezrealizowania przez Wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówienia, w ramach którego sprzedano wadliwy wyrób medyczny, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości zamówienia, w ramach którego sprzedano wadliwy wyrób medyczny.**

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 15 poz. 7 zestawu do usuwania elektrod z dostępu przez żyłę udową. Dostępna długość 94 cm, średnica pętli 13 mm lub 20mm. W zestawie koszulka wprowadzająca 16Fr i koszulka udowa 12 Fr.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 15

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z pakietu nr 15 poz. 10 tj. pętli chwytającej wraz z koszulką wprowadzającą.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 15 poz. 10 zestawu do usuwania elektrod z dostępu przez żyłę udową. Dostępna długość 94 cm, średnica pętli 13 mm lub 20mm. W zestawie koszulka wprowadzająca 16Fr i koszulka udowa 12 Fr.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w

pakiecie nr 15 poz. 4 mechanicznego zestawu do usuwania elektrod składający się z min. dwóch koszulek preparujących tkanki w którym wewnętrzna koszulka wyposażona jest w tarkę i uchwyt z ręcznym napędem. Średnica koszulek wewnętrznych w zakresie 9-11F. Długość zestawu 13,6 cm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.