

Lubań, 18 listopada 2022 r.

### Wszyscy Wykonawcy

### PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 3 do treści Szacowania wartości zamówienia do procedury przetargowej na zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych do zabiegów usuwania zaćmy oraz chirurgii dróg łzowych dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.

#### Pytanie nr 1

Pytanie 1 dot. Pakietu nr 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania poniższego asortymentu:

Wzmocniona soczewka jednoogniskowa o poszerzonej głębi ostrości:

- jednoczęściowa, asferyczna;
- przednia powierzchnia asferyczna z wewnętrzną strefą optyczną generującą aberracje sferyczne dodatnie (zapewniająca do 2.25D rozszerzonej głębi ostrości przy przysunięciu 1.0D);
- akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu);
- zawartość wody: 26% w stanie równowagi
- filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm;
- współczynnik refrakcji: 1.46;
- współczynnik Abbego: 56;
- całkowita średnica: 12.5 mm;
- średnica optyczna: 6 mm;
- zakres mocy:  
od +10.0 do +30.0D (co 0.5D)
- kształt części optycznej: obustronnie wypukła;
- ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron;
- dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH);
- angulacja 0°;
- stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa);
- metoda implantacji: preloaded - injector z jednoręcznym tłokiem posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z dyszą 1.65mm dla nacięcia do 2.2mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**PREZES ZARZĄDU**

**KRZYSZTOF KONOPKA**