



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odowiedź na Zapytanie 4

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 684 / 1283 /24

Data: 03.04.2024r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Dostawę odczynników do badań równowagi kwasowo-zasadowej i hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz innych testów diagnostycznych na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.” Znak Sprawy: 1115 / 2024

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 4: Czy w Poz. 1 Zamawiający dopuści test o czułości 10 ng/ml lub 40 ng/ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 2

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 4:

Czy w Poz. 2 Zamawiający dopuści test do wykrywania antygenu Giardia lamblia o parametrach: Czułość 95,1% swoistość 97,7 %?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 3

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 4:

Czy w poz 4 Zamawiający dopuści test półilościowy o zakresie wyniku: poniżej 15ug/g, pomiędzy 15 - ug/g, powyżej 60ug/g, o czułości 100% i swoistości 94,6 %?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga oznaczeń na dwóch poziomach 50 ug/g i 200 ug/g.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem