



ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ

Znak sprawy: SOZ.383.15.2021
Data: 23.04.2021

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na dostawę urządzeń medycznych i wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.

- I. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zmianami), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania do SWZ:

Pytanie 1

Proszę o informację, czy Zamawiający odstąpi od wymogu szkolenia personelu w zakresie obsługi lampy bakteriobójczej oraz wyrazi zgodę na jej dostawę pocztą kurierską, co nie zmienia w żaden sposób odpowiedzialności Wykonawcy za jakość i prawidłowe działanie lamp. Lampa byłaby zmontowana, gotowa do pracy, wymagałaby jedynie z mocowania statywu lampy z podstawą, jest to czynność bardzo prosta i nie wymaga to od montażysty żadnych specjalnych kwalifikacji, a cała operacja nie zajmuje więcej niż 3 – 5 minut. Obsługa lampy jest również bardzo prosta.

Opcja dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej znacznie obniży wartość oferty.

Zapytanie dotyczy zadania nr 2

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu szkolenia personelu w zakresie obsługi lampy bakteriobójczej oraz wyrazi zgodę na jej dostawę pocztą kurierską.

Pytanie 2

Zadanie Nr 2 - Lampa bakteriologiczna przenośna - 1 szt.
dotyczy poz 4.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego do opisanego:

Przeptywowa lampa bakteriobójcza o poborze mocy 100 W

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy bakteriologicznej o poborze mocy 100 W.

dotyczy poz 5.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego do opisanego: element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy bakteriologicznej z elementem emitującym promieniowanie UV-C: 2x55W.

dotyczy poz 7.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego do opisanego o wydajności wentylatora 60m³/h

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie lampy bakteriologicznej o wydajności wentylatora 60m³/h.

dotyczy poz 13.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego do opisanego wykonanego z wewnętrznym odbłyśnikiem wykonany z blachy kwasoodpornej w kolorze zewnętrznym białym lub czarnym do wyboru. Przykład jak na zdjęciu

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie lampy bakteriologicznej wykonanego z wewnętrznym odbłyśnikiem wykonany z blachy kwasoodpornej w kolorze zewnętrznym białym lub czarnym do wyboru.



Pytanie 3 – dotyczy zadania nr 2

Prosimy o dopuszczenie lampy:

- (Lp.4) energooszczędnej, o poborze mocy 150W

- (Lp.7) o wydajności wentylatora 165m³/h

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy bakteriologicznej - (Lp.4) energooszczędnej, o poborze mocy 150W - (Lp.7) o wydajności wentylatora 165m³/h.

Pytanie 4 – dotyczy zadania nr 2

Prosimy o dopuszczenie lampy, której obudowa wykonana jest ze stali malowanej proszkowo, a odbłyśnik wewnątrz komory ze stali kwasoodpornej – dot. (Lp.13)

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie lampy bakteriologicznej której obudowa wykonana jest ze stali malowanej proszkowo, a odbłyśnik wewnątrz komory ze stali kwasoodpornej – dot. (Lp.13).

Pytanie 5 – Dotyczy zadania nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego od odstąpienie od wymogu uruchomienia urządzenia a także przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego oraz o zezwolenie do dostarczenie przedmiotu umowy za pośrednictwem kuriera. Dodatkowo informujemy, że oferowane przez nas lampy nie wymagają specjalistycznej wiedzy potrzebnej do montażu oraz ich obsługi, a wraz z dostawą zostanie dostarczona szczegółowa instrukcja.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu uruchomienia urządzenia a także przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego oraz o zezwolenie do dostarczenie przedmiotu umowy za pośrednictwem kuriera.

Pytanie 6 – Dotyczy zapisów umowy w zakresie realizacji zadania nr 2

Z uwagi na to, że lampy przepływowo UV-C nie są wyrobami medycznymi, prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia wraz z przedmiotem umowy dokumentu określonego w § 1 pkt. 2 lit. e projektu umowy, tj. dokumentu potwierdzającego, że przedmiot umowy jest wyrobem medycznym.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia wraz z przedmiotem umowy dokumentu określonego w § 1 pkt. 2 lit. e projektu umowy, tj. dokumentu potwierdzającego, że przedmiot umowy jest wyrobem medycznym.

Pytanie 7 – Dotyczy zadania nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego od odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów w czasie trwania gwarancji, w przypadku gdy producent nie wymaga ich wykonywania.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów w czasie trwania gwarancji, w przypadku gdy producent nie wymaga ich wykonywania.

- II. **Jednocześnie Zamawiający działając w trybie art. 286 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku. poz. 2019 ze zmianami) modyfikuje zapisy SWZ w ten sposób, iż Rozdział X Przedmiotowe środki dowodowe pkt. 2, otrzymuje brzmienie: „dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt i urządzenia medyczne spełnia wymagania zasadnicze dla tego typu wyrobów i są oznaczone znakiem CE – Deklaracje zgodności” – dotyczy zadania I, III-VII.**
- III. **Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku gdzie Zamawiający dopuścił w niniejszych odpowiedziach na pytania zastosowanie rozwiązań odmiennych niż te wskazane w dokumentach zamówienia, to Wykonawca składając ofertę winien zaznaczyć w formularzu parametrów technicznych i użytkowych, które z pozycji są zgodne są z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami na pytania Wykonawców z dnia**

- IV. Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na powyższe pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Załączniki:

Zmodyfikowany wzór umowy – zadanie nr I i II – załącznik nr 3 A do SWZ;

Zmodyfikowany formularz parametrów technicznych i użytkowych – załącznik nr 2 do SWZ.

Dyrektor
Irena Petryna
/podpis na oryginale/