

Węgrów, dnia 25.04.2024 r.

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
ul. Kościuszki 15,07-100 Węgrów

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup na zakup ambulansu typu C wraz z dodatkowym wyposażeniem dla ZRM w ramach programu inwestycyjnego dotyczącego wsparcia infrastruktury ratownictwa medycznego w zakresie zakupu ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem ze środków Subfunduszu Modernizacji Podmiotów Leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego, Znak: ZP/AS/6/24 (BZP z dnia 23.04.2024 r. 2024/BZP 00297775/01)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, że wpłynęły następujące zapytania od Wykonawcy:

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych

Wideolaryngoskop

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wideolaryngoskop bez stacji ładowującej i zasilacza, w którym ładowanie odbywa się przy pomocy dołączonej ładowarki przez port USB? W komplecie: monitor, rękojeść, ładowarka z kablem, walizka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wideolaryngoskop bez stacji ładowującej i zasilacza, w którym ładowanie odbywa się przy pomocy dołączonej ładowarki przez port USB. W komplecie: monitor, rękojeść, ładowarka z kablem, walizka.

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wideolaryngoskop z monitorem o wymiarach ok. 87x20x62 mm (dł.xszer.xwys.) i rozdzielczości 640x480 (RGB)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wideolaryngoskop z monitorem o wymiarach ok. 87x20x62 mm (dł.xszer.xwys.) i rozdzielczości 640x480 (RGB)

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wideolaryngoskop, który nie jest wodoodporny i można go czyścić i dezynfekować przy pomocy takich środków jak Cidezime/Enzol (ASP), 70% alkohol izopropylowy, Cidex, Cidex Plus, Cidex OPA?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wideolaryngoskop, który nie jest wodoodporny i można go czyścić i dezynfekować przy pomocy takich środków jak Cidezime/Enzol (ASP), 70% alkohol izopropylowy, Cidex, Cidex Plus, Cidex OPA

Prosimy o doprecyzowanie czy wraz z wideolaryngoskopem Zamawiający wymaga dostawy kompatybilnych łyżek jednorazowego użytku? Jeśli tak prosimy o podanie wymaganych rozmiarów (dostępne rozm. od 1 do 4) oraz ich ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dostawy kompatybilnych łyżek jednorazowego użytku

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3 do SWZ – Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych.

Podpisał:

Dyrektor SPZOZ w Węgrowie

Lek. med., Artur Skóra