



Nr sprawy: 40/PNE/SW/2020

Sosnowiec, ...19.06.2020r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa narzędzi mikrochirurgicznych; zestawu narzędzi mikrochirurgicznych używanych do zabiegów na powiekach”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz.U. z 2019r., poz. 1843), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

ZESTAW 1

Pytanie 1

Dot. Część nr 1, poz.1 Prosimy o sprecyzowanie typu / nazwy własnej wymaganego narzędzia.


Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wymaga.

Pytanie 2

Dot. Część nr 1, poz.2 Czy Zamawiający akceptuje do dostawy rozwórkę jak na poniższym rysunku

LEIFERMAN-TEMMANT
EYE SPECULUM
adjustable, fenestrated
for temporal placement
15 mm open blades
overall length 80 mm



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie 3

Dot. Część nr 1, poz.3 Czy Zamawiający zaakceptuje do dostawy imadło jak na poniższym rysunku

BARRAQUER-TROUTMAN
NEEDLE HOLDER
10 mm extra delicate jaws
0.8 x 0.6 mm tip
handle diameter 6 mm
overall length 100 mm
straight, without lock



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie 3a

Dot. Część nr 1, poz.3 Czy Zamawiający zaakceptuje do dostawy imadło jak na poniższym rysunku

CASTROVEJO
NEEDLE HOLDER
10.5 mm delicate jaws
1.5 x 0.8 mm tip
overall length 140 mm
straight, without lock



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego.



Pytanie 4

Dot. Część nr 1, poz.4 Czy Zamawiający zaakceptuje do dostawy pęsetę jak na poniższym rysunku

AUFFARTH
MICS DOUBLE CROSS ACTION
CAPSULORHEXIS FORCEPS
Interlocking mic cross action
12 mm curved shafts, angled 130°
with overlap system
prevents inadvertent inc capture
for 1.6 mm incisions
overall length 100 mm



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

ZESTAW 2

Pytanie 1

Czy w części 1 poz. 1 Zamawiający dopuści chopper z ostrzem pod kątem 45 stopni do ramienia, zagięte pod kątem 90 stopni, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 2

Czy w części 1 poz. 3 Zamawiający dopuści imadło o długości całkowitej 100mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 3

Czy w części nr 1 poz. 4 Zamawiający dopuści pęsetę ze szczękami o długości 11mm, długość całkowita 106mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego.

ZESTAW 3

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w zakresie dopuszczalności cesji.

Pytanie 2

Uprzejmie prosimy o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ



Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie we wzorze umowy adresu mailowego osób wyznaczonych do kontaktów, odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Zamawiającego, gdyż znacznie usprawni to kontakt między Wykonawcą a Zamawiającym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 5

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru Umowy dostawy (Załącznik nr 2) następujących zapisów:
„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykazał co najmniej jedną dostawę innych wyrobów medycznych okulistycznych tj: soczewki wewnątrzgałkowe, materiały wiskoelastyczne, pierścienie dotorebkowe, o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż podanej w specyfikacji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7

Dotyczy § 8 pkt. 1, lit. a) Wzoru Umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto danej części zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8

Dotyczy § 8 pkt. 1, lit. b) Wzoru Umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do wysokości w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9

Dotyczy § 8 pkt. 2 Wzoru Umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie 10

Dotyczy § 9 pkt. 6 Wzoru Umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do wysokości 1 % wartości zamówienia wskazanego w § 5 ust. 3 tiret trzecie Umowy za każdy przypadek naruszenia, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający w Części nr 1 poz. 1 dopuści ramię zagięte pod kątem 60 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 12

Czy Zamawiający w Części nr 1 poz. 3 dopuści Imadło mikrochirurgiczne typu Barraquer, szczęki ok. 17mm, proste, długość ok. 111mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego

Pytanie 13

Czy Zamawiający w Części nr 1 poz. 4 dopuści szczęki o długości 13mm, długość całkowita ok 80mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego.

P.O. DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu

Ewa Fica

sp. formalno prawne
16.06.20

ADWOKAT

Sylwia Gil-Gut

