



Braniewo, dnia 15.12.2022

Znak sprawy: PCM/ZP 15/I/2022

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 P. z. p.) na dostawę odczynników do laboratorium analitycznego, zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do odczytu OB oraz odczynników do pracowni immunologii transfuzjologicznej w podziale na zadania

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

ZAPYTANIE I

- 1. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ; Parametry graniczne, pkt. 2 oraz SWZ, IV Opis przedmiotu zamówienia, 2. Wymaganie dotyczące przedmiotu zamówienia, 2.6 Dotyczy zadania 9: Warunki: 2.6.2**

Pytanie: Oznaczenia antygenów metodą manualną wykonywane jest dwukrotnie za pomocą dwóch różnych zestawów odczynników diagnostycznych z monoklonalnymi przeciwciałami anty-A i anty-B; w drugim zestawie przeciwciała powinny pochodzić z innych klonów lub innej serii tego samego klonu niż w zestawie pierwszym. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mikrokart żelowych wypełnionych odczynnikami innej serii tego samego klonu?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.

- 2. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ; Parametry graniczne, pkt. 10 oraz SWZ, IV Opis przedmiotu zamówienia, 2. Wymaganie dotyczące przedmiotu zamówienia, 2.6 Dotyczy zadania 9: Warunki: 2.6.10**

Pytanie: Uprzejmie prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści mikrokarty żelowe, odczynniki i materiały pomocnicze z minimum 6 miesięcznym terminem ważności, pod warunkiem, że są pakowane maksymalnie po 50 sztuk, oraz krwinki wzorcowe wraz z kontrolą codzienną minimum 4 tygodnie.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.

- 3. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ; Formularz cenowy**

Pytanie: Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że wyszczególnione w tabeli badania, uwzględniają ilości na codzienną kontrolę jakości w całym okresie umowy. Jeżeli nie, to prosimy o podanie schematu wykonywania codziennej kontroli jakości.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.

- 4. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ; Parametry graniczne, pkt. 10 oraz SWZ, IV Opis przedmiotu zamówienia, 2. Wymaganie dotyczące przedmiotu zamówienia, 2.6 Dotyczy zadania 9: Warunki: 2.6.13**

Pytanie: Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga walidowania wirówki do mikrokart 1 raz w roku przez czas trwania umowy przetargowej na koszt dostawcy

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.

ZAPYTANIE II

1. Czy zamawiający w zadaniu nr 7, pozycja 3, odczynnik Cleaner dopuści opakowanie 1000ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.

ZAPYTANIE III

1. dot. Zadanie nr 8 poz. 9

Zważywszy na fakt, że probówko-strzykawki do OB. i pipety są pakowane oddzielnie i w różnych ilościach (probówko-strzykawki po 50 szt., pipety po 100 szt.), zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o umożliwienie wyceny probówko-strzykawek i pipet oddzielnie, w jednym wierszu lub o modyfikację formularza asortymentowo-cenowego i wydzielenie pipet do OB. do oddzielnej pozycji. Dzięki temu nie będzie wątpliwości co do oferowanej ceny jednostkowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.

2. dot. Zadanie nr 8 Warunki wymagane pkt 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg posiadania etykiet dotyczy probówko-strzykawek w poz. 1-9.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.

3. dot. Zadanie nr 8 poz. 15, Umowa dzierżawy § 6 ust. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na rozliczenia płatności za dzierżawę w okresie kwartalnym. Wystawienie faktury za dzierżawę kwartalnie, zmniejszy comiesięczne obciążenie pracą zaangażowane w tym procesie działy zarówno u Wykonawcy jak i Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.

4. dot. Oświadczenia – zał. nr 4, Umowa § 5 ust. 1

Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 974) klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. Poz. 14 w zadaniu nr 8 wytwórca nie zaklasyfikował jako wyrób medyczny i zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych nie wystawiana jest deklaracja zgodności dla tego produktu ani inny dokument dopuszczający do obrotu. Powyższe nie dyskwalifikuje jednak w/w wyrobu z używania w placówkach leczniczych.

Dlatego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie złożenia stosownego oświadczenia dot. pozycji 14 w zadaniu nr 8, iż produkt ten nie został zaklasyfikowany jako wyrób medyczny w myśl Ustawy o wyrobach medycznych. Dodatkowo prosimy o modyfikację zapisów oświadczenia - zał. Nr 4 oraz zapisów Umowy § 5 ust. 1 poprzez dopisanie „dotyczy wyrobów medycznych”.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.

5. dot. Oświadczenie – zał. nr 4 pkt 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dla poz. 11 i 12 z Zadania nr 8 w pkt. 1 spełnienia wymagań dyrektywy 93/42/EEC oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, gdyż (igły) jako wyroby klasy IIa mają być zgodne z Dyrektywą 93/42/EEC.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.

6. dot. wzoru umowy § 4

Prosimy o modyfikację zapisów § 4 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

ZAPYTANIE IV

Zwracamy się z prośbą o korektę zapisów tabeli I Oferowane warunki .1 Cena Formularza oferty: zamiast Wartość netto bez podatku VAT oraz Wartość dostawy rocznej z podatkiem VAT powinno być Wartość netto bez podatku VAT dostawy dwuletniej oraz Wartość dostawy dwuletniej z podatkiem VAT.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na korektę i zamieszcza wraz z niniejszymi odpowiedziami na zapytania skorygowany formularz ofertowy

ZAPYTANIE V

1. Dotyczy Zadanie 3: Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 (test ciężowy), 7 (HCV) , 9 (ŚRODKI UZALEŻNIAJĄCE), 10 (SYFILIS) testy w opakowaniach zbiorczych 25 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w tabeli?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.

ZAPYTANIE VI

1. Dot. zał. nr 2, pkt 1: Czy Zamawiający dopuści odczynnik do czasu protrombinowego w opakowaniach 10x10ml? Wykonawca przeliczy podaną przez Zamawiającego szacunkową ilość opakowań odpowiednio do zaoferowanej wielkości opakowania.
Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.
2. Dot. zał. nr 2, pkt 1: Czy Zamawiający dopuści odczynnik do czasu protrombinowego w opakowaniach 10x5ml? Wykonawca przeliczy podaną przez Zamawiającego szacunkową ilość opakowań odpowiednio do zaoferowanej wielkości opakowania.
Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.
3. Dot. zał. nr 2, pkt 2: Czy Zamawiający dopuści odczynnik do APTT ciekły, w opakowaniach 12x4ml? Wykonawca przeliczy podaną przez Zamawiającego szacunkową ilość opakowań odpowiednio do zaoferowanej wielkości opakowania.
Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.
4. Dot. zał. nr 2, pkt 2: Czy Zamawiający dopuści odczynnik do APTT ciekły, w opakowaniach 12x2ml? Wykonawca przeliczy podaną przez Zamawiającego szacunkową ilość opakowań odpowiednio do zaoferowanej wielkości opakowania.
Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.
5. Dot. zał. nr 2, pkt 3: Czy Zamawiający dopuści chlorek wapnia w opakowaniach 12x16ml? Wykonawca przeliczy podaną przez Zamawiającego szacunkową ilość opakowań odpowiednio do zaoferowanej wielkości opakowania.
Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.
6. Dot. zał. nr 2, pkt 3: Czy Zamawiający dopuści chlorek wapnia w opakowaniach 12x4ml? Wykonawca przeliczy podaną przez Zamawiającego szacunkową ilość opakowań odpowiednio do zaoferowanej wielkości opakowania.
Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.
7. Dot. zał. nr 2, pkt 6: Czy Zamawiający dopuści próbówki pomiarowe w opakowaniach 1x500 szt.? Wykonawca przeliczy podaną przez Zamawiającego szacunkową ilość opakowań odpowiednio do zaoferowanej wielkości opakowania.
Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy.

Wszyscy oferenci zainteresowani przetargiem są zobowiązani do zapoznawania się z odpowiedziami na zapytania oraz ewentualnymi modyfikacjami specyfikacji bądź sprostowaniami jej zapisów, gdyż doprecyzowują one przedmiot zamówienia i siwz. Są warunkiem złożenia poprawnej oferty. Jednocześnie zamawiający przypomina, że termin składania ofert pozostaje bez zmiany tj. 19.12.2022 r. godz. 10:00.

Niniejsze odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/703682> w dniu 15.12.2022 r.