

**TP 53/23 - Dostawa odczynników do oznaczenia białek specyficznych wraz z dzierżawą aparatu**

Załącznik nr 2B do SWZ

**WARUNKI GRANICZNE**

<b>Lp.</b>	<b>APARAT</b>	<b>Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK/NIE</b>
1.	Automatyczny analizator do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometrii	
2.	Kuwety jednorazowego użytku	
3.	Chłodzenie odczynników (+ 2 + 10 st C) - możliwość przechowywania odczynników i kontroli na pokładzie analizatora	
4.	Możliwość pracy z 3 różnymi seriami tego samego odczynnika w 1 biegu aparatu	
5.	Wielopunktowa kalibracja (co najmniej 4 punktowa)	
6.	Szerokie menu, możliwość oznaczania ultraczułego CRP, podklas immunoglobuliny G, ferrytyny, cystatyny C, homocysteiny, CDT, wolnych łańcuchów kappa i lambda, ceruloplazminy. Aplikacje pochodzące od producenta analizatora	
7.	Identyfikacja próbek, odczynników, standardów, kontroli przy pomocy kodu kreskowego	
8.	Dwukierunkowa komunikacja i podłączenie do LIS (Infomedica) na koszt oferenta	
9.	Program dekontaminacji	

10.	Automatyczne powtarzanie w przypadku wyniku błędnego lub wykraczającego poza zakres liniowości	
11.	Program kontroli jakości	
12.	Zapewnienie bezpłatnej międzynarodowej kontroli jakości oferowanych parametrów	
13.	Zarządzanie odczynnikami: informacja o ilości odczynnika pozostającego do dyspozycji użytkownika	
14.	Na okres umowy oferent wstawi lodówkę ,witrynę do przechowywania odczynników	
15.	Chłodzenie kontroli (+ 2 + 8 st C) - możliwość przechowywania kontroli na pokładzie analizatora	
16.	Możliwość oznaczania w różnych płynach ustrojowych: surowicy, osoczu, PMR, moczu	