

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania *Dostawa implantów dla Chirurgii urazowo-ortopedycznej*

Znak sprawy: ZP/24/ZCO/2024

Działając zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 19 staplery skórne wykonane z niepowlekaney chirurgicznej stali nierdzewnej, zszywki o wys. 4,4mm szer.7,3mm gr.0,6mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 2

Dotyczy zawarcia umowy: Wnosimy o wyrażenie zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą lub w formie elektronicznej. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy nastąpi w trybie korespondencyjnym.

Zestaw pytań nr 2

Pytanie nr 1

Dot. Pakiet nr 16 – Substytut kości

Czy Zamawiający dopuści syntetyczny substytut kości, składający się z 75% hydroksyapatytu i 25% fosforanu trójwapniowego (β -TCP), biokompatybilny, osteokondukcyjny, porowatość 80-90%, rozmiar porów: 300–500 μ m, ulegający stopniowej całkowitej resorpcji w czasie od 6 do 24 miesięcy, granulki 3-4mm, pojemność 10g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dookreśli w §2 ust. 12 lit b i §4 ust. 2, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje wzór umowy §4 ust. 2 i nadaje mu brzmienie: „Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego co do jakości dostarczonego Towaru w terminie 48 godzin przypadających w dni robocze od daty doręczenia pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie uważa się za uznanie reklamacji.” Treść §2 ust. 12 lit b Zamawiający pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający doda zapis w §5 ust. 1 pkt 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §5 Ust. 1 pkt 2 z 1% na 0,5%?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych (KIO 980/18 i KIO 983/18), bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zestaw pytań nr 3

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu 14

W związku z zapisem dot. zawarcia umowy RODO, koniecznej do użytkowania systemu planowania przedoperacyjnego – Prosimy o zaakceptowanie wzoru umowy RODO chroniącej dane pacjenta obowiązującej u Wykonawcy, czyli podmiotu przetwarzającego dane pacjenta. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy zgodnej z poniższym wzorem, to prosimy o odstąpienie od wymogu udostępnienia systemu do planowania przedoperacyjnego. Wzór umowy RODO zostanie dołączony do pytań – ZAŁĄCZNIK NR 1 do pytań.

Odpowiedź: W przypadku gdy Zamawiający wymaga zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stosuje własne wzory.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu 14

Prosimy o potwierdzenie, że implanty oraz instrumentarium konieczne do przeprowadzenia zabiegu dla Pakietu 14 będą dostarczane w formule LOANER SET czyli tzw. „Lotnej”, tj. po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego, zgodnie z zapisem pod Pakietem 14 w Załączniku nr 1 do SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu 15

Prosimy o potwierdzenie, że implanty oraz instrumentarium konieczne do przeprowadzenia zabiegu dla Pakietu 15 będą dostarczane w formule LOANER SET czyli tzw. „Lotnej”, tj. po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego, zgodnie z zapisem pod Pakietem 15 w Załączniku nr 1 do SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 4

Dot. § 2C ust. 1 wzoru umowy

Prosimy o informację, czy doszło do omyłki pisarskiej – we wzorze umowy Zamawiający wskazał udostępnienie programu do planowania przedoperacyjnego dla Pakietu 15, a w Załączniku nr 1 do SWZ takie wymaganie dotyczy Pakietu 14.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż doszło do omyłki pisarskiej i modyfikuje § 2C ust. 1 wzoru umowy na następujący: „Wykonawca użycza zamawiającemu sprzęt (urządzenia, instrumentarium) kompatybilny z asortymentem ujętym w przedmiocie niniejszej umowy określony w Załączniku nr 1 oraz nr 2 do umowy zwanym dalej przedmiotem użyczenia.

Treść ustępu dla Pakietu nr 14:

Wykonawca użycza zamawiającemu sprzęt (urządzenia, instrumentarium) kompatybilny z asortymentem ujętym w przedmiocie niniejszej umowy określonym w Załączniku nr 1 oraz gwarantuje udostępnienie programu do planowania przedoperacyjnego, który pozwala na precyzyjne zaplanowanie procedury implantacji.”

Pytanie nr 5

Dot. §2 ust. 3, § 2D ust. 1 oraz § 4 wzoru umowy

Czy Zamawiający odstąpi od składania zamówień, doręczania reklamacji i potwierdzania zgłoszeń poprzez faks? W dobie elektronizacji Wykonawca odchodzi od komunikacji za pośrednictwem faksu. Komunikacja drogą mailową pozwala na natychmiastową wymianę informacji, co jest kluczowe w terminowej realizacji zamówień i zobowiązań umownych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 6

Dot. §2 ust. 10 wzoru umowy

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający mając na uwadze zapisy Ustawy o wyrobach medycznych, tj. „Dopuszcza się aby wyroby przeznaczone do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim...” wyrazi zgodę na zaofiarowane produktów w opakowaniach w języku angielskim? Opakowania oferowanych wyrobów – mimo innego języka są łatwo rozumiane poprzez oznaczenia fabryczne oraz opisy wskazane są za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 7

Dot. §2 ust. 12 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie braków ilościowych/wymianę wadliwego przedmiotu umowy w terminie do 3 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 8

Dot. §2 ust. 14 wzoru umowy

Czy Zamawiający w zamian za protokół zdawczo-odbiorczy dopuści możliwość przedłożenia dokumentu WZ zawierającego numery katalogowe, numery seryjne oraz nazwę produktu jako potwierdzenie wykonania dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 9

Dot. § 2C ust. 1 wzoru umowy – Pakiet 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ostateczny kształt i zakres depozytu został ustalony po zawarciu umowy z docelowym użytkownikiem?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 10

Dot. § 3 wzoru umowy

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przesyłanie faktur elektronicznych w formacie PDF na adres e-mail? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie adresu email, na który faktury mają być wysyłane.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Faktury należy wystawić na adres: szpital@zco-dg.pl

Pytanie nr 11

Dot. § 4 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozpatrzenie reklamacji w terminie do 72 godzin od doręczenia reklamacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zestaw pytań nr 4

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr 3

Czy w pakiecie nr 3 Zamawiający dopuści możliwość sprzedaży bezpośredniej asortymentu zamiast deponowania oferowanego asortymentu? Faktura będzie wystawiona razem z doręczonym produktem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu nr 16

Czy Zamawiający w Pakiecie 16 dopuści również syntetyczny, osteokondukcyjny substytut kości

- opakowanie 10 ml
- na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu
- w postaci granulek 2-3mm średnicy
- wielkość makroporów 300-600 µm
- wielkość mikroporów <10 µm
- porowatość 60-70%
- do mieszania z krwią i szpikiem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu nr 20

Czy Zamawiający w Pakiecie 20 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów i narzędzi do rekonstrukcji ACL po wcześniejszym ustaleniu terminu zabiegu, tworząc depozyt tylko dla zestawu implantów do szycia łąstek metodą All-inside ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

Uwaga: Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić Formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 1a do SWZ) zgodnie z udzielonymi odpowiedziami i adekwatnie do oferowanych produktów.

Zatwierdził
Kierownik Zamawiającego