



WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

ul. ks. R. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz, tel. 052 323 04 13, fax. 052 323 04 50
NIP 554-22-12-161 REGON 001044962 KRS 0000002035
www.wspr.bydgoszcz.pl e-mail sekretariat@wspr.bydgoszcz.pl

DOZP.240.7.2020

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2020 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na: „Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”
Numer ogłoszenia: 2020/S 119-288622; data zamieszczenia: 2020-06-22 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela wyjaśnień i modyfikuje treść SIWZ w niżej wskazanym zakresie:

Pytanie nr 1

Część nr 1 poz. 2, 24, 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części nr 1 pozycje nr: 2, 24, 25 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Część nr 1 poz. 2, 24, 25

Czy Zamawiający wymaga produktów pozbawionych szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 3

Część nr 2 poz. 2-4, 16-21, 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części nr 2 pozycje nr: 2-4, 16-21, 36 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Część nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę z rezerwuarem tlenowym i drenem o długości 2 m w uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Część nr 2 poz. 4



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę z rezerwuarem tlenowym i drenem o długości 2m w uniwersalnym rozmiarze pediatrycznym, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Część nr 2 poz. 16-21

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne rurki Guedela w rozmiarze 0-5, wykonane z medycznego polichlorku winylu (PVC), z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Część nr 2 poz. 2-4, 16-21, 36

Czy Zamawiający wymaga produktów pozbawionych szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 8

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 22 z pakietu 1 i utworzenie z niej odrębnego zadania. Wdzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Część nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu z ftalanami?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

Część nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu z komora w całości elastyczna?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

Część nr 1 poz. 1, 16-21, 23, 27-42

Czy Zamawiającemu chodzi o igłę pisząc o „części metalowej przebiegu kaniuli”?

Odpowiedź: W załączniku nr 2 w opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji wymienionych w pytaniu Zamawiający nie użył sformułowania „część metalowa przebiegu kaniuli”.

Pytanie nr 12

Część nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli do zyl obwodowych przeznaczonej dla dzieci i noworodków wykonanej z PUR?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Część nr 1 poz. 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie w formularzu cenowo asortymentowym strzykawek pakowanych po 80 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Część nr 1 poz. 35-42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP z automatycznym mechanizmem zabezpieczającym igły?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

Część nr 1 poz. 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,1x32?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16

Część nr 1 poz. 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,3x32?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17

Część nr 1 poz. 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,7x45?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18

Część nr 1 poz. 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 2,1x45?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

Część 2, Pozycja 10, 11,12 Rękawice jednorazowe nitrylowe

Czy Zamawiający w celu zwiększenia możliwości udziału w części 2 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10, 11, 12 z części 2 postępowania dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku? Obecna sytuacja na rynku nie zapewnia ciągłości dostaw rękawic ani konkurencyjnej ceny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wyodrębnia część nr 3 z pozycji nr 10, 11, 12, 13 nazywając ją: „rękawice jednorazowe nitrylowe”. Jednocześnie modyfikuje załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do SIWZ w tym zakresie, które stanowią załączniki do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 20

Część 2, Pozycja 37 Rękawice nitrylowe do szczątków

Czy Zamawiający w celu zwiększenia możliwości udziału w części 2 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 37 z części 2 postępowania dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku? Obecna sytuacja na rynku nie zapewnia ciągłości dostaw rękawic ani konkurencyjnej ceny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wyodrębnia część nr 4 nazywając ją: „rękawice ochronne do szczątków (sekcyjne)”. Jednocześnie modyfikuje załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do SIWZ w tym zakresie, które stanowią załączniki do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 21

Część 2 poz. 10 – 13

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic pakowanych a'200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla jednorazowych rękawic nitrylowych.

Odpowiedź: Jak w odpowiedzi na pytanie nr 19.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Pytanie nr 22

WZÓR UMOWY

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:

Siła Wyższa

1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23

Część 2, pozycja 2 – Czy zamawiający wymaga filtr elektrostyczno-mechaniczny o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostyczna (elektrostyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowca: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 24

Część 2, pozycja 2 – Czy zamawiający wymaga filtr elektrostyczno-mechaniczny o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostyczna (elektrostyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przestrzeń martwa: 35ml
- Waga: 22g



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 25

Część 2, pozycja 6 – Czy zamawiający dopuści kaczkę męską j.u. w rozmiarze 16x 43 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26

Część 2, pozycja 7 – Czy zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych w rozmiarze 2.5-5.5?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27

Część 2, pozycja 8 – Czy zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych w rozmiarze 6.0-10.0?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 28

Część 2, pozycja 16-21- Czy zamawiający dopuści rurki guedela wykonane z nietyksycznego PE?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29

Część 2, pozycja 22-32 – Czy zamawiający dopuści rurki z wyraźnym oznaczeniem na korpusie i opakowaniu rurki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30

Część 2, pozycja 36 – Czy zamawiający wymaga wymiennika ciepła i wilgoci o następujących parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie nr 31

Część 2, pozycja 38 – Czy zamawiający dopuści maskę bez zaworu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Pytanie nr 32

Część 2, pozycja 42 – Czy zamawiający wymaga pojemnika czerwonego wykonanego z nieprzeźroczystej folii PE wywiniętej wokół sztywnego kołnierza, wyposażony w nacięcie służące do zabezpieczenia pojemnika po jego napełnieniu z nadrukowaną skalą co 100ml?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 33

Część 2, pozycja 44 – Czy zamawiający dopuści worek na zwłoki o wymiarach 220x 90cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 34

Część 2, pozycja 44 – Czy zamawiający dopuści płachtę na zwłoki o wymiarach 220x 180cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35

Część 2, poz. 39-40,42-43,45

Czy zamawiający wydzieli poz. 39-40,42-43,45 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36

Część 2, poz. 42

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, usznik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku, wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 37

Część 2, poz. 45

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 2 poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji nr 1. Jako wieloletniemu i Autoryzowanemu Dystrybutorowi firmy Masimo będziemy mogli zaoferować Państwu produkt w korzystnej cenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39

Część 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze 6CH?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 40

Część 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze 4CH o powierzchni satynowej (zmrożonej)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Pytanie nr 41

Część 1, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy w opakowaniu a'100 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42

Część 1, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści pęsetę o długości 13cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43

Część 1, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 210cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44

Część 1, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z kontrastującym, białym tłokiem o skali rozszerzonej do 2,2ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45

Część 1, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z kontrastującym, białym tłokiem o skali rozszerzonej do 5,5ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46

Część 1, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z kontrastującym, białym tłokiem o skali rozszerzonej do 11ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47

Część 1, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z kontrastującym, białym tłokiem o skali rozszerzonej do 22ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48

Część 1, pozycje 29-31

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'100 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49

Część 1, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'50 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Pytanie nr 50

Część 1, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp infuzyjnych posiadającą pojedynczą skalę pomiarową oraz jednostronne podcięcie tłoczyska?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 51

Część 1, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą pomiarową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52

Część 1, pozycje 35-42

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z wysokiej jakości F.E.P.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 53

Część 1, pozycja 38

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,1x32mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 54

Część 1, pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,3x45mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 55

Część 1, pozycja 41

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,8x45mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 56

Część 1, pozycja 42

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 2,1x45mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 57

Część 1, pozycja 43-45

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki z kolorową (kolorystyczne oznaczenie rozmiaru łącznika), nieprzezroczystą końcówką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58

Część 1, pozycja 43-45

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki z kolorową (kolorystyczne oznaczenie rozmiaru łącznika), półprzezroczystą końcówką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59

Część 2, pozycja 3-4



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Czy Zamawiający dopuści maskę z rezerwuarem tlenowym posiadającą silikonowe zastawki na łączniku oraz otworach wentylacyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60

Część 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści przewodnicę do rur intubacyjnych do rurek o rozmiarze 2-4 (6Fr)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61

Część 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści przewodnicę do rur intubacyjnych do rurek o rozmiarze 4,5-6,5 (10Fr) i od 7-10 (14Fr)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62

Część 2, pozycje 10-13

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic w opakowaniu a'200 z odpowiednim przeliczeniem zaofierowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63

Część 2, pozycje 16-21

Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane z wysokiej jakości polietylenu pozbawionego PCV i ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64

Część 2, pozycje 22-25

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez mankietu wykonane z elastycznego PVC zapewniającego dużą elastyczność rurki, z informacją o rozmiarze rurki w trzech miejscach: na łączniku oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65

Część 2, pozycje 26-30

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankiem uszczelniającym wykonaną z elastycznego PVC z informacją o rozmiarze rurki w czterech miejscach: na łączniku, baloniku kontrolnym oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66

Część 2, pozycje 31-32

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z oznaczeniem rozmiaru na skrzydełkach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 67

Część 2, pozycja 40

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2l?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 68



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Część 2, pozycja 41

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 60l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69

Część 2, pozycja 44

Czy Zamawiający dopuści czarna folię do zwłok o wymiarach 220x120cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 70

Czy zamawiający dopuszcza dopisanie do umowy § mówiącego o możliwości wypowiedzenia umowy przez Dostawcę lub Zamawiającego bez podania przyczyny z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do 07.07.2020 r. do godz. 12:00.

Sporządził/a: *Anna Mrozik-Gliszczyńska*



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

