



Oleśnica

**POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI**

Syców

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica  
tel. 71 77 67 427, fax. 71 77 67 307, e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl



Oleśnica 3 styczeń 2024 r.

**Znak sprawy: PZS/TP/23/2023**

**Dotyczy postępowania pn:**

**„Zakup, dostawa, montaż sterylizatora parowego oraz stacji uzdatniania wody dla Powiatowego Zespołu Szpitali- Szpital w Sycowie”**

**WYJAŚNIENIA DO SWZ**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące SWZ. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2021r Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania sterylizator o niskiej chropowatości komory  $Ra=0,8 \mu m$ , co jedynie nieznacznie przewyższa żądany parametr?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, proponowana wartość parametru jest gorsza od wymaganej,

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania sterylizator – grubość ścian komory 5 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, większa grubość ścian komory ma wpływ na wydłużenie czasu nagrzewania.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuszcza komorę o wymiarach 680 x 680 x 1000 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuszcza, aby sterylizator miał moc maksymalną 42kW? Jest to nieznaczna różnica w stosunku do przewidzianej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5:**

Wnosimy o dopuszczenie wysokiej jakości, trwałej drukarki termicznej.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ, trwałość wydruku drukarki igłowej jest większa.

**Pytanie 6:**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania sterylizator w którym proces odmulania/ czyszczenia wytwornicy pary odbywa się w sposób ręczny podczas realizowanych przeglądów serwisowych? Z naszego doświadczenia wynika że taki sposób oczyszczania jest całkowicie wystarczający.

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ, wymagany sposób automatyczny odmulania. Wykonywanie odmulania tylko podczas przeglądów jest zbyt rzadkie i wpływa na jakość pary.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby sterylizator miał uszczelkę dociskaną parą?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ, uszczelka dociskana powietrzem ma większą trwałość.

Pytanie 8:

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń.

Uzasadnienie: prosimy o podanie rozmiarów otworów drzwiowych: ich szerokości i wysokości oraz informacji czy droga transportowa jest płaska - czy nie występują przeszkody architektoniczne typu schody, windy (prosimy o podanie ew. wymiarów windy i jej nośności).

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

Odpowiedź:

Nie występują przeszkody architektoniczne typu schody, windy,

Od platformy wyładunkowej są po drodze są 3 pary drzwi o wymiarach;

- 1.-200 cm wysokości i 137 cm szerokości
2. 195 cm wysokości i 130 cm szerokości
3. 195 cm wysokości i 106 cm szerokości

Pytanie 9:

Czy w miejscu posadowienia sterylizatora i stacji uzdatniania wody dostępne są niezbędnie media, czy nie ma potrzeby wykonania dodatkowych prac budowlanych bądź przebudowy istniejących połączeń?

Uzasadnienie: Informacja ta jest niezbędna do kalkulacji przetargowej.

Odpowiedź:

Pomieszczenie posiada niezbędnie media, ale jest potrzeba wykonania dodatkowych prac budowlanych bądź przebudowy istniejących połączeń, w związku z tym Zamawiający wprowadza wzię lokalną i wyznacza na dzień 05.01.2024r. na godzinę 10:00 w Sycowie przy ul. Oleśnickiej 25 – dział techniczny ( tel. 502 010 883). Spotkanie odbędzie się z kierownikiem działu technicznego Szpitala w Sycowie, z której przeprowadzony będzie protokół wraz z listą obecności przybyłych Wykonawców.

Pytanie 10:

Pytanie dot. załącznika nr 1 do SWZ formularza oferty zadanie 1 sterylizator parowy:

Prosimy o modyfikację tabeli w zadaniu 1 sterylizator parowy poprzez dodanie drugiej rubryki ze stawką VAT, tak, aby wykazać 2 stawki VAT: 8% i 23%.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę formularza na rozbiecie stawek VAT, wprowadzając zał. nr.1 formularz ofertowy po zmianie.

Pytanie 11:

Pytanie dot. załącznika nr 3 do SWZ: WZÓR UMOWY § 1 PRZEDMIOT UMOWY punkt 2, zadanie 1 sterylizator parowy:

2. Wykonawca oświadcza, że urządzenie, o którym mowa w ust. 1 jest:

- a) fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2023,

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

2. Wykonawca oświadcza, że urządzenie, o którym mowa w ust. 1 jest:

- a) fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2024,

Uzasadnienie: Zamawiający oczekuje dostawy nowego urządzenia, więc w przypadku sterylizatora parowego powinien być wskazany rok produkcji 2024r.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę we wzorze umowy, zał. nr. 3 wzór umowy po zmianie.

Pytanie 12:

Pytanie dot. załącznika nr 3 do SWZ: WZÓR UMOWY § 3 WARTOŚĆ UMOWY I REGULOWANIE NALEŻNOŚCI punkt 4 ustęp b) dotyczy sterylizatora parowego:

Kwota wymieniona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 umowy, w szczególności:

- a) wartość urządzenia i jego dostarczenia do Szpitala ul. Oleśnicka 25, 56-500 Syców,
- b) koszty montażu i uruchomienia,
- c) koszt przeszkolenia personelu,
- d) wszelkie koszty transportu (krajowego i zagranicznego), załadunku i rozładunku,
- e) ubezpieczenia, cła i innych opłat (np. opłaty lotniskowe).

Prosimy o potwierdzenie, że rejestracja urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego

Jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę w zał. nr. 3 wzór umowy po zmianie, w § 3 WARTOŚĆ UMOWY I REGULOWANIE NALEŻNOŚCI punkcie 4 dodając ustęp:

- f) rejestracja urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego jest po stronie Zamawiającego, wymagane jest wsparcie techniczne Wykonawcy przy odbiorze, dotyczy sterylizatora parowego zad.nr.1 załącznik nr.5.1 do SWZ

Pytanie 13:

Pytanie dot. załącznika nr 3 do SWZ: WZÓR UMOWY § 4 GWARANCJA I REKOJMIA punkt: 8, 9

8. W przypadku konieczności wymiany urządzenia w okresie gwarancji, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego urządzenia.

9. W razie nieusunięcia wad, usterek lub awarii w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad, usterek lub awarii, zlecić naprawę lub wymianę urządzenia, w tym jego elementu innemu podmiotowi (autoryzowanemu serwisowi producenta) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Prosimy Zamawiającego o: usunięcie punktu 8 w całości oraz zmianę zapisu w punkcie 9 na:

W razie nieusunięcia wad, usterek lub awarii w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad, usterek lub awarii, zlecić naprawę w tym jego elementu innemu podmiotowi (autoryzowanemu serwisowi producenta) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Uzasadnienie: sterylizator parowy to urządzenie produkowane na zamówienie. Wykonawca nie posiada urządzenia zastępczego na stanie, każdy model urządzenia jest w wersji dedykowanej i konfiguracji pod konkretne potrzeby Zamawiającego.

Ponadto urządzenie to podlega rejestracji i ścisłej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego.

Ekspluatowanie urządzenia bez odpowiedniego wniosku oraz rejestracji i decyzji wydanej przez inspektora UDT jest prawnie zabronione.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi podstaw do rezygnacji z tego uprawnienia w okresie gwarancji.

Pytanie 14:

Pytanie dot. załącznika nr 3 do SWZ: WZÓR UMOWY § 5 KARY UMOWNE punkt 1 ustęp b) sterylizator parowy:

b) w okresie gwarancyjnym w przypadku zwłoki w naprawie przedmiotu umowy, jego wymianie, wykonywaniu przeglądów okresowych lub realizacji innych obowiązków gwarancyjnych i serwisowych - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za poszczególne urządzenie, którego zwłoka dotyczy, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. a) umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów na:

b) w okresie gwarancyjnym w przypadku zwłoki w naprawie przedmiotu umowy, wykonywaniu przeglądów okresowych lub realizacji innych obowiązków gwarancyjnych i serwisowych - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za poszczególne urządzenie, którego zwłoka dotyczy, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit.

a) umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Uzasadnienie: sterylizator parowy to urządzenie produkowane na zamówienie. Wykonawca nie posiada urządzenia zastępczego na stanie, każdy model urządzenia jest w wersji dedykowanej pod konkretne potrzeby Zamawiającego.

Odpowiedź:

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców.  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15:

Pytanie dot. załącznika nr 3 do SWZ: WZÓR UMOWY § 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY punkt 1:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji umowy, nieuzasadnionego opóźnienia rozpoczęcia wykonywania usługi oraz przerwy z winy Wykonawcy w wykonywaniu usługi w okresie dłuższym, niż 7 dni kalendarzowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy występują w całości w tym czasie dni wolne od pracy.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów na:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji umowy, nieuzasadnionego opóźnienia rozpoczęcia wykonywania usługi oraz przerwy z winy Wykonawcy w wykonywaniu usługi w okresie dłuższym, niż 14 dni kalendarzowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy występują w całości w tym czasie dni wolne od pracy.

Uzasadnienie: opóźnienie w terminie dłuższym niż 14 dni powinno skutkować prawem odstąpienia od umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany zapisu w zał. nr 3 do SWZ: WZÓR UMOWY PO ZMIANIE § 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY punkt 1.

Pytanie 16:

**Dotyczy Zadania nr 1 - Załącznik nr 5.1 do SWZ**

1. Czy mając na uwadze fakt, iż postępowanie jest prowadzone na przełomie roku, Zamawiający zgodzi się na urządzenie wyprodukowane pod koniec 2023 roku ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

2. Dot. pkt. 1 - Czy Zamawiający nie popełnił błędu wymagając komory z przewężeniem komory? Obecnie produkowane sterylizatory w Europie nie posiadają przewężeń komory w związku z faktem, iż rygorystyczne normy, odnośnie projektowania i działania sterylizatora, określają sposób awaryjnego otwarcia drzwi z pełnym zabezpieczeniem personelu obsługującego, nie ma konieczności stosowania przewężenia komory. Ponadto przewężenie komory jest wynikiem przestarzałej technologii wytwarzania urządzeń.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

3. Dot. pkt. 2 - Czy Zamawiający uzna za zasadne, aby w celu dochowania wymaganych parametrów czystości pary zasilającej, urządzenie posiadało układ zasilania parą wykonany w całości ze stali nierdzewnej i połączony ze sobą za pomocą klamer typu Tri Clamp ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

4. Pkt. 3 - Prosimy o dopuszczenie komory o grubości wynikającej z założeń konstrukcyjnych wynoszącej zaledwie 5 mm ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

5. Dot. pkt. 4 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 1250 kg co jest standardem na rynku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

6. Dot. pkt. 5 - Czy Zamawiający nie popełnił błędu określając płaszcz pierścieniowy jako umożliwiający szybkie nagrzewanie, zamiast postawienia wymogu o konieczności stosowania płaszcza pełnego?

Obecnie w celu szybkiego nagrzewania oraz w celu zapobiegania powstawaniu zimnych miejsc w komorze, stosuje się płaszcze grzewcze tzw. pełne, w których para bezpośrednio ma kontakt z całą powierzchnią komory a nie nagrzewa punktowo pierścienie płaszcza?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

7. Dot. pkt. 8 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych wynoszących 996x1954x1336 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

8. Dot. pkt. 9 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy wytwornicy wynoszącej 39 kW? Proponowany parametr zaledwie o 3 kW odbiega od wymaganego.

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuszcza.

9. Dot. pkt. 11 - Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz o przekątnej 5.7" umożliwiający łatwą obsługę urządzenia ?

Odpowiedź:

NIE. Zgodnie z SWZ.

10. Dot. pkt. 12 - Prosimy o dopuszczenie manometrów nad komorą sterylizatora, umieszczenie manometrów nie jest kluczowym elementem dla pracy czy obsługi urządzenia a jedynie wskazuje na producenta SMS Sp. z o.o.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

11. Dot. pkt. 16 - Czy Zamawiający uzna za zasadne, aby w celu zapobiegania nie sterylności wsadu, urządzenie było wyposażone w system oceny ilości gazów niekondensowanych tzw. detektor powietrza?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

12. Dot. pkt. 21 - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze jakościowo polegające na stosowaniu drukarki termicznej prostszej i tańszej w obsłudze, ponieważ wymagającej wyłącznie wymiany papieru bez konieczności częstego wymieniania taśmy z atramentem?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

13. Dot. pkt. 41 - Czy Zamawiający uzna za zasadne aby zamiast awaryjnej i podlegającej kosztownej wymianie pampie próżniowej sterylizator był wyposażony w układ próżniowy zapewniający cichą pracę oraz nisko kosztową obsługę w trakcie eksploatacji urządzenia? Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17:

Pytanie dot. załącznik nr 5,2 do SWZ pkt. 4:

Pkt. 4: czy nie jest omyłką pisarską:

System zaopatrzony w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania wraz z automatyką 48V.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

System zaopatrzony w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania wraz z automatyką 24V.

Uzasadnienie: prawidłowe parametry pompy podnoszącej ciśnienie zasilania wraz z automatyką to 24V.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmianę zapisu w załącznik nr 5,2 PO ZMIANIE do SWZ pkt. 4 na:

System zaopatrzony w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania wraz z automatyką 24V.

Pytanie 18:

**Dotyczy: Załącznik nr 5.1 do SWZ**

Pytanie 1 - dot. poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylizator bez przewężenia światła komory na wejściu i wyjściu, co ułatwia załadunek i wyładunek oraz poprawia utrzymanie czystości komory?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 2 - dot. poz. 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym komora wykonana jest ze stali nierdzewnej min. 316 wg AISI elektro polerowanej o chropowatości  $Ra < 1.25 \mu m$ ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3 - dot. poz.3

Czy Zamawiający dopuści lekką i energooszczędną konstrukcję komory o grubości ścian równej 6 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 - dot. poz.4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o masie nie większej niż 900 kg +/-5% ?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 - dot.poz.8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (s x w x g) 1170x2010x1300 mm +/- 5% ?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 - dot. poz.9

Czy Zamawiający dopuści sterylizator wyposażony we własną wytwornicę pary o mocy przyłączeniowej 45kW - co zapewni optymalne czasy cykli pracy - ze względu na konieczność dostarczenia dużej ilości pary w krótkim czasie, niezbędnej dla dużej objętości komory sterylizatora 6 Stu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7 - dot. poz. 12

Czy Zamawiający dopuści umieszczenie wyświetlacza wraz z manometrami na panelu czołowym od strony załadowniczej nad komorą sterylizatora ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8 - dot. poz. 18

Czy Zamawiający dopuści sterylizator o liczbie 9 stałych programów, w tym test Bowie-Dick i test szczelności oraz 90 dowolnie programowalnych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

Pytanie 9 - dot. poz. 21

Czy Zamawiający dopuści wbudowaną drukarkę termiczną parametrów sterylizacji?

Odpowiedź:  
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10 - dot. poz. 27

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wodowskazem wewnątrz sterylizatora bez uwidocznienia go na panelu czołowym, gdzie poziom wody w wytwornicy pary jest kontrolowany niezależnie od przewodności wody zasilającej?

Odpowiedź:  
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11 - dot. poz. 33

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 4 pojedynczymi niezależnymi czujnikami, podającymi parametry ciśnienia w: płaszczu, komorze, wytwornicy pary i ciśnienia sprężonego powietrza, a także czujnik temperatury w komorze sterylizatora?

Odpowiedź:  
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12 - dot. poz. 38

Czy Zamawiający dopuści napęd drzwi elektryczny?

Odpowiedź:  
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13 - dot. Warunki gwarancji i serwisu - poz. 6

Czy Zamawiający dopuści posiadanie przez wykonawcę autoryzowanego serwisu na terenie całej Polski w tym najbliższy oddział na terenie województwa mazowieckiego?

Odpowiedź:  
Zgodnie z SWZ.

## ZMIANY

Zamawiający dokonuje zmiany w terminie składania ofert a tym samym w terminie otwarcia ofert z 05.01.2024 godz. 9:00 na 10.01.2024 godz. 9:00 ( termin składania ofert), termin otwarcia ofert nastąpi 10.01.2024r. o godz. 9:05

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiany z SWZ punkt 34 dot. wizji lokalnej.

Zmiany w SWZ termin składania, otwarcia i związania ofertą punkt 11, 15, 16.

Dodany zał. nr.7 Protokół wizji lokalnej.

Zmiana zał. nr. 1 formularz ofertowy po zmianie.

Zmiana zał. nr 3 wzór umowy po zmianie.

Zmiana zał. nr.5.2 stacja uzdatniania wody-zestawienie parametrów -po zmianie.

*Zatwierdziła:*

*Dyrektor*

*Powiatowego Zespołu Szpitali*

*Agnieszka Cholewińska*

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899