



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



ZP.261.35.1.2021

Lębork, 11.10.2021 r.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/509555>

Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP-PN/UE/31/21

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku - narzędzi endoskopowych.**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Dotyczy części nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne:

-o średnicy szczęk 1,8 mm o długości wyłącznie 160 cm, łyżeczki owalne, gładkie z okienkiem (wyłącznie bez igły), bez funkcji biopsji stycznych;

-o średnicy szczęk 2,3 mm o długości 160 cm oraz 230 cm, łyżeczki owalne z okienkiem, z ząbkami na obwodzie (z igłą i bez), z funkcją biopsji stycznych;

-o średnicy szczęk 3,0 mm o długości wyłącznie 230 cm, łyżeczki owalne gładkie, pogłębione (wyłącznie bez igły), bez funkcji biopsji stycznych;

wszystkie szczypce posiadają system cięgieł umożliwiający ich otwarcie zawsze, przy każdym zagięciu, osłonka szczypiec wykonana z polietylenu, pokryta substancją ograniczającą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, szczypce w różnych kolorach, zależnie od długości roboczej szczypiec?

ODP. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

2. Dotyczy części nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pętle o długości roboczej 230 cm, osłonka 2,4 mm, średnica pętli wyłącznie 10 mm, 15, mm, 25 mm oraz 32 mm, kształt wyłącznie owalny, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji i bez?

ODP. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

3. Dotyczy części nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igły o długości wyłącznie 230 cm, kateter w kształcie okrągłym? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ODP. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

4. Dotyczy części nr 4 poz.4

Czy Zamawiający dopuści ustnik w rozmiarze 16 mm x 19 mm lub 27 mm x 22 mm (do wyboru Zamawiającego), w wersji wyłącznie bez rantu, z gumką mocującą?

ODP. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

5. Dotyczy części nr 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żyłaków, który może zawierać latex, współpracujący z minimalnym kanałem roboczym 9,3 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ODP. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

6. Dotyczy części nr 4 poz.6

Czy Zamawiający dopuści siatkę do zbierania polipów o średnicy narzędzia 2,4 mm, o rozmiarze 25x42 mm lub 35x51,5 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ODP. Tak Zamawiający dopuszcza siatkę do zbierania polipów o średnicy narzędzia 2,4 mm, o rozmiarze 25x42 mm lub 35x51,5 mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

7. Dotyczy części nr 4 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści pułapkę pięciokomorową?

ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza pułapkę pięciokomorową.

8. Dotyczy części nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem, obie łyżeczki

ruchome, otwarcie szczypiec możliwe przy każdym zagięciu endoskopu, ostra krawędź tnąca, pełne zamknięcie krawędzi tnących, wykonane z wysokiej jakości materiałów w tym certyfikowanej medycznej stali nierdzewnej; do wyboru przez Zamawiającego:

- Szczypce średnica 1,8 mm, długość robocza 230 cm, łyżeczki owalne z okienkiem bez igły
- Szczypce średnica 2,3 mm, długość robocza 230 cm, łyżeczki owalne z okienkiem bez igły lub z igłą
- Szczypce średnica 3,0 mm, długość robocza 230 cm, łyżeczki owalne z okienkiem bez igły?

ODP. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

9. Dotyczy części nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu, skalowana ergonomiczna rączka, średnica osłonki 2,3 mm, długość 230 cm, dostępne rozmiary pętli: 6,10, 15, 20, 25 mm do wyboru przez Zamawiającego.

ODP. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

10. Dotyczy części nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe igły do ostrzykiwania, w teflonowej osłonce odpornej na załamania; wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji, średnica ostrza igły 23-25 G, długość ostrza 4-6 mm, długość całkowita 230cm; dodatkowa osłonka umieszczona w części proksymalnej igły zabezpieczająca przed uszkodzeniem kanału roboczego endoskopu?

ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza jednorazowe igły do ostrzykiwania, w teflonowej osłonce odpornej na załamania; wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji, średnica ostrza igły 23-25 G, długość ostrza 4-6 mm, długość całkowita 230cm; dodatkowa osłonka umieszczona w części proksymalnej igły zabezpieczająca przed uszkodzeniem kanału roboczego endoskopu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

11. Dotyczy części nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści ustnik jednorazowego użytku o wymiarach 22x30mm, anatomiczna strefa zgryzu?

ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza ustnik jednorazowego użytku o wymiarach 22x30mm, anatomiczna strefa zgryzu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

12. Dotyczy części nr 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żyłaków o następujących parametrach: Z opaskami do podwiązki żyłaków przełyku

Multi Band Ligator do endoskopowego podwiązki żyłaków przełyku składa się z:

- Cylinder lufy z ultra przezroczystego poliwęglanu z wysokiej jakości elastycznymi taśmami podwiązującymi
- Rączka z bębniem nawijającym zapewniającym płynny ruch dla dokładnego rozłożenia opaski
- Dostępne w dwóch wersjach: zwolnienie opasek z mechanizmem kliknięcia lub bez
- Cewnik
- Igła do nawadniania

zestaw: 1 bęben, 6 opasek

do endoskopu Ø 9,5 ~ 13,0 mm

ODP. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

13. Dotyczy Części nr 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści siatkę do zbierania polipów rozpostartą na pętli, jednorazowego użytku, rotacyjną, średnica 2,4 mm, długość 230 cm, rozmiar pętli 25 mm?

ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza siatkę do zbierania polipów rozpostartą na pętli, jednorazowego użytku, rotacyjną, średnica 2,4 mm, długość 230 cm, rozmiar pętli 25 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

14. Dotyczy Części nr 4 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści pięciokomorowa pułapkę na polipy?

ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza pięciokomorowa pułapkę na polipy.

15. Dotyczy Części nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści ustnik do endoskopii z otworem o wymiarach 21 x 26,5 mm?

ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza ustnik do endoskopii z otworem o wymiarach 21 x 26,5 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

16. Dotyczy Części nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 4 z Części nr 4 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

ODP. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

17. Dotyczy Części nr 5 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w części 5 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, koszy do chwytania ciał obcych ośmiodrutowych (średnica koszulki 5.5FR) i czterodrutowych (średnica koszulki 6.9Fr). Pozostałe parametry zgodnie z swz.

ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza koszy do chwytania ciał obcych ośmiodrutowych (średnica koszulki 5.5FR) i czterodrutowych (średnica koszulki 6.9Fr). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

18. Dotyczy Części nr 5 poz. 5

Czy w części 5 w pozycji 5 Zamawiający oczekuje koszy i litotryptora w jeden pozycji czy tylko koszy do litotrypsji awaryjnej (w tym przypadku prosimy o wykreślenie z opisu zdania: „Aluminiowa rękojeść do litotrypsji awaryjnej”).

ODP. Zamawiający oczekuje koszy i litotryptora w jeden pozycji.

19. Dotyczy Części nr 5 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie w części 5 w pozycji 7, w miejsce pierwotnych parametrów, cewników typu rampa, średnica cewnika 8-6Fr, dł. cewnika 200 cm, do przewodnic 0,035, dł. przewodnika 450-480cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza cewnik typu rampa, średnica cewnika 8-6Fr, dł. cewnika 200 cm, do przewodnic 0,035, dł. przewodnika 450-480cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

20. Dotyczy Części nr 5 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie w części 5 w pozycji 10, w miejsce pierwotnych parametrów, przewodnic do dróg żółciowych z powłoką hydrofilną na dł. 5.8-5.0 cm, dł. 450-480cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza przewodnice do dróg żółciowych z powłoką hydrofilną na dł. 5.8-5.0 cm, dł. 450-480cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

21. Dotyczy Zadania nr 3 poz.1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie balonów lateksowych, napełnianych do średnic 12-15-18 mm.

ODP. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

22. Dotyczy Zadania nr 3 poz.5

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie stentów w zestawach o średnicy 9Fr i długości 230 cm.

ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentów w zestawach o średnicy 9Fr i długości 230 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

23. Dotyczy Zadania nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie stentów z jedną pętlą na końcu dogłowym stentu.

ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentów z jedną pętlą na końcu dogłowym stentu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

24. Dotyczy Zadania nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie cewników o średnicy 2,3 mm zwężanych do 1,8 mm.

ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników o średnicy 2,3 mm zwężanych do 1,8 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

25. Dotyczy Części nr 4 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku; długość robocza 160 i 230cm, średnica szczęk 1,8mm; 2,3mm, 3,0mm, łyżeczki owalne z podwójnymi otworami w szczękach, konstrukcja mechanizmu szczęk zapewnia możliwość wykonywania biopsji stycznych, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec zawsze, przy każdym zagięciu; sztywny odcinek dystalny, zapewnia możliwość łatwiejszego pokonywania zagiętych odcinków kanału biopsyjnego endoskopu. Każde jednostkowe opakowanie szczypiec kodowane kolorystycznie w zależności od obszaru zastosowania. Dodatkowo na całej długości szczypce pokryte są substancją ograniczającą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego. Szczypce wyposażone są w system min 3 markerów określających położenie narzędzia wewnątrz endoskopu i sygnalizujących zbliżający

się moment wyjścia szczypiec z kanału roboczego. Dwie wersje do wyboru : z igłą i bez igły, współpracujące z kanałem roboczym od 2,0mm do 3,2mm.

ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

26. Dotyczy Części nr 4 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli do polipektomii jednorazowych, wykonanych z drutu plecionego o śr. 0,4mm, średnica pętli 10,15,20,25,30,35mm, dł. robocza 230cm, śr. kathetera 2,4mm, z pamięcią kształtu. Dostępne kształty owal, hexagonal, crescent. Wewnętrzna strona osłonki pokryta tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym swobodne wysuwanie pętli.

ODP. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

27. Dotyczy Części nr 4 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igieł o długości 230cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza igły o długości 230cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

28. Dotyczy Części nr 4 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ustnika 60 Fr z rantem i z gumką mocującą.

ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza ustnik 60 Fr z rantem i z gumką mocującą. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

29. Dotyczy Części nr 4 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ustnika 22x25mm z rantem i z gumką mocującą.

ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza ustnik 22x25mm z rantem i z gumką mocującą. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

30. Dotyczy Części nr 4 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu opakowania żyłaków do kanału roboczego 2,8 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ODP. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

31. Dotyczy Części nr 4 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie siatki do zbierania polipów o wymiarach 7x3,5cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ODP. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

32. Dotyczy Części nr 4 poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pułapek na polipy 5-komorowych.

ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza pułapki na polipy 5-komorowe.

33. Dotyczy Części nr 2 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaokrąglenia oferowanej liczby narzędzi służących do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułkowionych polipów, do pełnych opakowań handlowych producenta (5 sztuk).

Pozostałe parametry zgodne z SWZ

ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza zaokrąglenie oferowanej liczby narzędzi służących do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułkowionych polipów, do pełnych opakowań handlowych producenta (5 sztuk). Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

34. Dotyczy Części nr 2 poz. 15

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczypcy biopsyjnych o powiększonej objętości o pojemności łyżeczek 9,5mm³ pokrytych ochronną osłonką bezpieczną dla kanałów biopsyjnych endoskopów? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szczypcy biopsyjnych o powiększonej objętości o pojemności łyżeczek 9,5mm³ pokrytych ochronną osłonką bezpieczną dla kanałów biopsyjnych endoskopów. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

35. Dotyczy Części nr 6 poz. 7

Ze względu na fakt, iż szczotki endoskopowe do czyszczenia duodenoskopu pakowane są w niepodzielnych opakowaniach po 3 sztuki proszę o informację czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 3 sztuk szczotek (1 opakowanie), czy 6 sztuk (2 opakowania)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

**ODP. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 6 sztuk.
Pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

Pytania do wzoru umowy.

1. Dotyczy § 1 ust. 3 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie okresu ważności dostarczonego asortymentu do 50% okresu ważności określonego przez producenta, bądź do 6 mcy dla wyrobów wielorazowych oraz 12 mcy dla wyrobów jednorazowego użytku.

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Dotyczy § 3 ust. 3 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: W przypadku wad jakościowych Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru w terminie do pięciu dni roboczych od uznania zasadności reklamacji, a w przypadku niekompletności – usunięcia braków w terminie do pięciu dni roboczych od otrzymania zawiadomienia.

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Dotyczy § 7 ust. 1 projektu umowy: Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej odpowiednio z 1% na 0,5% oraz z 5% na 2,5%.

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4. Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 2) projektu umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: za odmowę dostarczenia zamówionego towaru w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanego jednostkowego zamówienia, przy czym Zamawiający po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu wykonawcy do realizacji umowy zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy i ewentualną różnicą cen obciąży Wykonawcę;

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku

modyfikacji SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

W wyniku dokonanych zmian Zamawiający nie dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.