



SZPITAL ŚW. ŁUKASZA
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:
000000001137

Bolesławiec, 25 października 2022 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
e-mail: platforma zakupowa

Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na „Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku (medycznych i niemiedycznych) oraz drobnego sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. Znak sprawy 40/PN/2022.

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

1) Dotyczy Zadania nr 55, poz. 5

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że obecnie używa czujników producenta Masimo oraz ECONET.

2) Dotyczy Zadania nr 55, poz. 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika SPO2 jednorazowy dla noworodków <3kg oraz dorosłych >40kg bezklejowy ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** zaproponowanie czujnika SPO2 jednorazowy dla noworodków <3kg oraz dorosłych >40 kg bezklejowy, z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w poz. 1 w Formularzu cenowym- Załączniku nr 2.55 bez zmian.

3) Dotyczy Zadania nr 55, poz. 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika SPO2 jednorazowy dla noworodków <3kg oraz dorosłych >40kg bezklejowy ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** czujnika SPO2 jednorazowy dla noworodków <3kg oraz dorosłych >40kg bezklejowy.

4) Dotyczy Zadania nr 55, poz. 3

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika SPO2 jednorazowy dla noworodków <3kg oraz dorosłych >40kg bezklejowy ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** zaproponowanie czujnika SPO2 jednorazowy dla noworodków <3kg oraz dorosłych >40kg bezolejowy z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w poz. 3 w Formularzu cenowym- Załączniku nr 2.55 bez zmian.

5) Dotyczy Zadania nr 55, poz. 4

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika SPO2 jednorazowy dla noworodków <3kg oraz dorosłych >40kg bezklejowy ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** czujnika SPO2 jednorazowy dla noworodków <3kg oraz dorosłych >40kg bezolejowy.

6) Dotyczy Zadania nr 55, poz. 5

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika SPO2 jednorazowy dla noworodków <3kg oraz dorosłych >40kg bezklejowy ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** czujnika SPO2 jednorazowy dla noworodków <3kg oraz dorosłych >40kg bezolejowy.

7) Dotyczy Zadania nr 55, poz. 6

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika SPO2 jednorazowy dla noworodków <3kg oraz dorosłych >40kg bezklejowy ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** zaproponowanie czujnika SPO2 jednorazowy dla noworodków <3kg oraz dorosłych >40kg bezolejowy z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w poz. 6 w Formularzu cenowym- Załączniku nr 2.55 bez zmian.

8) Dotyczy Zadania nr 55, poz. 7

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika SPO2 jednorazowy dla noworodków <3kg oraz dorosłych >40kg bezklejowy ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** czujnika SPO2 jednorazowy dla noworodków <3kg oraz dorosłych >40kg bezolejowy.

9) Dotyczy Zadania nr 55, poz. 8

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika SPO2 jednorazowy dla noworodków <3kg oraz dorosłych >40kg bezklejowy ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** czujnika SPO2 jednorazowy dla noworodków <3kg oraz dorosłych >40kg bezolejowy.

10) Dotyczy Zadania nr 55, poz. 6

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że obecnie używa czujników producenta Masimo oraz ECONET.