

UNIWERSYTET ŚLĄSKI  
ul. Bankowa 12,  
40- 007 KATOWICE  
NIP 634-019-71-34;  
REGON 000001347

Katowice, dnia 13.06.2024 r.

Strona | 1

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
NR DZP.382.3.2.2024

---

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dziedziny nauki nr DZP.382.3.2.2024,  
pn. „Dostawa detektora ogniskowanej matrycy wraz z dodatkowymi elementami – 1 szt.”

---

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 20.06.2024.

ODPOWIEDŹ:

Patrz informacja o zmianie pod odpowiedzią na pytanie nr 7.

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 12 miesięcy gwarancji na Przedmiot Zamówienia?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający, działając na podstawie ust. 2 Instrukcji dotyczącej przeprowadzenia postępowania, zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu w sposób następujący:

- rozdz. IV ust. 2 Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie:

„2. Wymagany minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania Protokołu Odbioru.

*Wykonawca może wydłużyć oferowany okres gwarancji w stosunku do wymaganego minimalnego okresu gwarancji wskazanego powyżej. Oferta przewidująca wydłużenie okresu gwarancji otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z postanowieniami rozdz. VII niniejszego ogłoszenia”.*



- rozdz. VII ust. 1 pkt 2) lit. c) Ogłoszenia o zamówieniu tj.: zasady przyznawania punktów w kryterium „okres gwarancji” (G) otrzymuje brzmienie:

„c) Punkty za kryterium „okres gwarancji” zostaną przyznane w następujący sposób:

- ocena dla tego kryterium będzie obliczana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w formularzu oferty – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
- okres gwarancji należy określić w pełnych miesiącach, wartość należy podać liczbowo i słownie. W przypadku rozbieżności w zakresie okresu gwarancji podanego liczbowo i słownie, Zamawiający za obowiązujący uzna okres gwarancji podany słownie;
- punkty w tym kryterium „okres gwarancji” będą przyznawane za wydłużenie okresu gwarancji, zgodnie z zasadą:
  - 12 miesięcy - 0 pkt
  - 24 miesiące - 10 pkt
  - 36 miesięcy lub więcej – 20 pkt
- bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania Protokołu Odbioru;
- minimalny wymagany okres gwarancji zgodnie z postanowieniami ogłoszenia wynosi: 12 miesięcy, jeżeli Wykonawca zaoferuje minimalny wymagany okres gwarancji – otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert;
- w przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji w wymiarze innym niż 12/24/36 miesięcy, Zamawiający do celów punktacji ofert zaokrągli wskazany okres w dół odpowiednio do 12, 24, 36 miesięcy i odpowiednio przyzna punkty, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zgodnie z ofertą;
- w przypadku wskazania okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy, Zamawiający przyzna Wykonawcy maksymalną ilość punktów, tj. 20 pkt.;
- jeżeli zaoferowany w ofercie okres gwarancji będzie krótszy od minimalnego okresu gwarancji zgodnie z postanowieniami rozdz. IV ust. 2 lub gdy Wykonawcy nie złożą oświadczenia o oferowanym okresie gwarancji, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia;

Zamawiający w ramach tego kryterium przyzna łącznie maksymalnie: 20 pkt”.

### PYTANIE 3:

Umowa nr DZP.382.3.2.2024 (wzór umowy) § 6 ust. 6:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu na następujący:

„Czas reakcji na zgłoszenie wady rozumiane jako przystąpienie do usunięcia wady poprzez stawiennictwo upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (gwaranta) lub przeprowadzenie diagnostyki zdalnej np. zdalne podłączenie się do zainstalowanego Urządzenia lub diagnostyka na podstawie raportów generowanych przez Urządzenie i podjęcie kroków mających na celu usunięcie

wady nie może przekroczyć 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wady w formie pisemnej, elektronicznej lub w formie faksu.”

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanego zapisu. Wobec powyższego, działając na podstawie ust. 2 Instrukcji dotyczącej przeprowadzenia postępowania, §6 ust. 6 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

Strona | 3

„6. Czas reakcji na zgłoszenie wady rozumiane jako przystąpienie do usunięcia wady poprzez stawiennictwo upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (gwaranta) lub przeprowadzenie diagnostyki zdalnej np. zdalne podłączenie się do zainstalowanego Urządzenia lub diagnostyka na podstawie raportów generowanych przez Urządzenie i podjęcie kroków mających na celu usunięcie wady nie może przekroczyć 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wady w formie pisemnej, elektronicznej lub w formie faksu.”

**PYTANIE 4:**

Umowa nr DZP.382.3.2.2024 (wzór umowy) § 6 ust. 7:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu na następujący:

„Naprawa gwarancyjna lub nieodpłatna wymiana Przedmiotu Sprzedaży na wolny od wad, zostanie wykonana w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 21 dni, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę, a jeżeli z obiektywnych przyczyn technicznych lub logistycznych (np. oczekiwanie na dostawę) będzie to niemożliwe, Zamawiający może wyznaczyć inny termin.”

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanego zapisu. Wobec powyższego, działając na podstawie ust. 2 Instrukcji dotyczącej przeprowadzenia postępowania, §6 ust. 7 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„7. Naprawa gwarancyjna lub nieodpłatna wymiana Przedmiotu Sprzedaży na wolny od wad, zostanie wykonana w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 21 dni, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę, a jeżeli z obiektywnych przyczyn technicznych lub logistycznych (np. oczekiwanie na dostawę) będzie to niemożliwe, Zamawiający może wyznaczyć inny termin.”



PYTANIE 5:

Umowa nr DZP.382.3.2.2024 (wzór umowy) § 7 ust. 6, pkt. 1):

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu na następujący:

„żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w drodze naprawy lub wymiany (ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje Wykonawca) Przedmiotu Sprzedaży na wolne od wad w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 7, oraz przystąpienia do naprawy lub wymiany w terminie zgodnym z § 6 ust. 6;”

Strona | 4

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanego zapisu. Wobec powyższego, działając na podstawie ust. 2 Instrukcji dotyczącej przeprowadzenia postępowania, §7 ust. 6 pkt 1) wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„1) żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w drodze naprawy lub wymiany (ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje Wykonawca) Przedmiotu Sprzedaży na wolne od wad w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 7, oraz przystąpienia do naprawy lub wymiany w terminie zgodnym z § 6 ust. 6;”

PYTANIE 6:

Umowa nr DZP.382.3.2.2024 (wzór umowy) § 8 ust. 2, pkt. 2):

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu na następujący:

„za każdy dzień zwłoki w usunięciu ujawnionych wad Przedmiotu Sprzedaży w okresie gwarancji lub rękojmi, w drodze ich naprawy lub wymiany - w wysokości 0,05% wartości Umowy, o której mowa w § 5 ust. 1”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanego zapisu. Wobec powyższego, działając na podstawie ust. 2 Instrukcji dotyczącej przeprowadzenia postępowania §8 ust. 2 pkt 2) wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu ujawnionych wad Przedmiotu Sprzedaży w okresie gwarancji lub rękojmi, w drodze ich naprawy lub wymiany - w wysokości 0,05% wartości Umowy, o której mowa w § 5 ust. 1,”



PYTANIE 7:

Umowa nr DZP.382.3.2.2024 (wzór umowy) § 8 ust. 3:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu na następujący:

Strona | 5

„Łączny limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z tytułów przewidzianych w ust. 2 w punktach 1) oraz 2), wynosi 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.”

*Uzasadnienie: Otrzymane wytyczne z korporacji (...) (..... jest częścią korporacji) zakazują nam uczestnictwa w przetargach, w których wartość kar umownych przekracza 5%.*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanego zapisu. Wobec powyższego, działając na podstawie ust. 2 Instrukcji dotyczącej przeprowadzenia postępowania:

- §8 ust. 2 pkt 3) wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„3) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 5% wartości Umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

- §8 ust. 3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„3. Łączny limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy ze wszystkich tytułów przewidzianych w ust. 2, wynosi 5% wartości Umowy określonej w § 5 ust. 1 Umowy”.

- §8 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy, z przyczyn za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 5% wartości Umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 9 ust. 2 lub 3”.

## ZMIANA TERMINU SKŁADANI I OTWARCIA OFERT

Ponadto, działając na podstawie ust. 2 Instrukcji dotyczącej przeprowadzenia postępowania, Zamawiający zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu w sposób następujący:

Strona | 6

1) Rozdz. X ust. 1 Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2024 r. do godziny 11:00. Oferty złożone po terminie będą podlegać odrzuceniu”.

2) Rozdz. XI ust. 1 pkt 1) Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 20.06.2024 r. o godz. 11:15”.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Przewodniczący komisji przetargowej:

Z-ca przewodniczącego komisji przetargowej: