

DKW.2233.15.2024.BM

Radom, dn. 20 marca 2024 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Nazwa zadania: „Dostawa lampy szczelinowej z podwójnym stolikiem/ defibrylatora AED wraz z szafka wiszącą/ aparatu EKG wraz z wózkiem mocującym”

Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu ogłasza rozpoczęcie procedury mającej na celu wyłonienie Wykonawcy poniższego przedmiotu zamówienia na podanych niżej warunkach.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Areszt Śledczy w Radomiu

ul. Wolanowska 120,

26-600 Radom

Godziny urzędowania: **7.30-15.30**

Adres strony internetowej: www.sw.gov.pl

Adres poczty elektronicznej: as_radom@sw.gov.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia, kod CPV, wymagania stawiane Wykonawcy:

Część I: - Lampa szczelinowa z podwójnym stolikiem oraz przystawka cyfrową.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Aresztu Śledczego w Radomiu lampa szczelinowa z podwójnym stolikiem oraz przystawka cyfrową o podanych poniżej parametrach:

Cechy urządzenia: lampa szczelinowa	
1	Możliwość powiększenia badania obrazu – minimum w pięciu powiększeniach, z wysoką rozdzielczością obrazu
2	Samodzielna podstawa
3	Regulacja wysokości lampy na kolumnie, regulowany podbródek,
4	Wygodny przesów po stole za pomocą joysticka,

5	Płynna regulacja natężenia światła,
6	Posiada aktualny Paszport Techniczny
7	Oświetlenie LED
8	Filtr absorbujący ciepło, filtr redukujący natężenie światła, filtr bezczerwienny (zielony),
9	Posiadający tonometr aplanacyjny do pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego,
10	Kompatybilna z tonometrami aplanacyjnymi,
11	System optyczny umożliwiający jasne obrazowanie przy powiększeniu 50 x,
12	Możliwość rozbudowy o przystawkę fotograficzną
13	Regulacja szczeliny,
14	Ekran ochronny

Dane dotyczące stolika	
1	Stabilny, pozwalający na umieszczenie dwóch urządzeń okulistycznych
2	Elektrycznie regulowana wysokość stolika
3	Stolik wyposażony w gniazda 230 V, umożliwiające podłączenie sprzętu
4	Podstawa wyposażona w 4 kółka jezdne z hamulcem

- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (data produkcji nie starsza niż 2022 r.), kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. Dodatkowo powinien mieć trwale naniesione oznaczenie nazwy, modelu, producenta i roku produkcji.
- Wykonawca zapewni możliwość wykonywania badań technicznych i serwisu oferowanej lampy szczelinowej przez min. 10 lat od momentu sprzedaży.
- Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko zamawiane urządzenie do siedziby Zamawiającego.
- Kod CPV: 33122000-1 sprzęt oftalmologiczny

Część II : - Defibrylator AED wraz z szafka wisząca i tablicą informacyjną

6. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Aresztu Śledczego w Radomiu defibrylatora AED wraz z szafką wiszącą i tablicą informacyjną o podanych poniżej parametrach:

Charakterystyka	
1	Aparat nowy, nieużywany (rok nie starszy niż 2022)
2	Okres gwarancji 8 lat
3	Wykonawca zapewnia możliwość wykonywania badań technicznych i serwisu oferowanego defibrylatora AED na terenie Polski
4	W przypadku przekazania do serwisu poza teren jednostki, wskazane użyczenie aparatu zastępczego na okres przeglądu.
5	Automatyczne dopasowanie głośności komunikatów do otaczających dźwięków
6	Wyraźne polecenia głosowe w języku polskim
7	Wyświetlacz pokazujący poziom naładowania baterii i stan elektrod
8	Gotowy do użycia bez konieczności wyjmowania z torby
9	Zasilane długowieczną baterią 12 V DC, 4,2 Ah LiMno2 – bateria min. 5 lat
10	Aparat lekki, intuicyjny w obsłudze
11	Po jednorazowym użyciu nie zachodzi konieczność serwisowania

7. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (data produkcji nie starsza niż 2022 r.), kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych

i prawnych. Dodatkowo powinien mieć trwale naniesione oznaczenie nazwy, modelu, producenta i roku produkcji.

8. Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko zamawiane urządzenie do siedziby Zamawiającego.
9. Kod CPV: 33182100-0 – defibrylatory

Część III : - Aparat EKG z wózkiem mocującym

10. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Aresztu Śledczego w Radomiu aparatu EKG wraz z wózkiem mocującym o podanych poniżej parametrach:

Cechy urządzenia:	
1	Aparat nowy, nieużywany, z bieżącej produkcji (rok nie starszy niż 2022)
2	Aparat 12- odprowadzeniowy
3	Okres gwarancji min. 2 lata
4	Wykonawca zapewni możliwość wykonywania badań technicznych i serwisu na terenie Polski
5	Aparat lekki, intuicyjny w obsłudze
6	Prędkość 10,25,50mm/s
7	Tętno od 18 do 256 uderzeń na minutę
8	Długość kabla EKG min. 160 cm – 165 cm
9	Odprowadzenia I, II,III, a VR a VL, aVF, V1-6, plus V7-V9 oraz VR3-VR9
10	Szerokość pasma: 0,05 do 40 Hz

11	Częstotliwość próbkowania: 250 Hz,
12	Wydruk na papierze 100 mm
13	Praca w trybie auto i ręcznym
14	Kontrola kontaktu elektrod z ciałem pacjenta
15	Zasilnie sieciowe i akumulatorowe

11. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (data produkcji nie starsza niż 2022 r.), kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. Dodatkowo powinien mieć trwale naniesione oznaczenie nazwy, modelu, producenta i roku produkcji.
12. Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko zamawiane urządzenie do siedziby Zamawiającego.
13. Kod CPV: 33123200 – 0 – urządzenia do elektrokardiografii.

III. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

1. Termin dostawy:
 - do 8 tygodni od podpisania umowy – lampa szczelinowa z podwójnym stolikiem,
 - do 2 tygodni od podpisania umowy – defibrylator,
 - do 2 tygodni od podpisania umowy – aparat EKG ,
2. Dostawa: Areszt Śledczy w Radomiu, ul. Wolanowska 120, 26-600 Radom.

IV. Warunki płatności (termin, forma):

1. Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi w przeciągu 30 dni od momentu otrzymania przez AŚ Radom prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury po wykonaniu umowy, potwierdzonej protokołem odbioru.

V. Zasady składania ofert:

1. W ofercie należy podać ceny brutto za przedmiot zamówienia.
2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie odnośnie RODO według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia, oświadczenie sankcyjne oraz formularz oferty.
3. Oferta powinna spełniać następujące kryteria:
 - 1) złożenie oferty poprzez stronę internetową **platformazakupowa.pl**, na której dostępny jest formularz ofertowy w wersji elektronicznej,
 - 2) każdy Wykonawca w prowadzonym postępowaniu może złożyć wyłącznie jedną ofertę,
 - 3) cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym: podatek od towarów i usług, oraz podatek akcyzowy, cło, transport, opakowanie, oraz inne składniki mające wpływ na wysokość ceny.
4. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
5. Wnioski, zapytania, prośby dotyczące przedmiotu zamówienia można składać poprzez stronę **platformazakupowa.pl**.

VI. Kryteria oceny ofert, sposób wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. Kryterium wyboru oferty jest cena (cena – 100%).

2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego.
3. Oferty można składać na stronie **platformazakupowa.pl**.
4. Oferty można składać **do dnia 10 kwietnia 2024 r. godz. 12:00**.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać, uzupełnić, bądź zmienić swoją ofertę.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia określonego w punkcie 4.
7. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, bądź ich uzupełnienia.
8. Wykonawca przedmiotu zamówienia zostanie wyłoniony spośród nadesłanych w terminie ofert zgodnych z postanowieniami niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

VII. Inne postanowienia:

1. **Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w następujących przypadkach:**
 - 1) gdy oferta jest niezgodna z niniejszym zaproszeniem do złożenia oferty,
 - 2) gdy oferta została złożona po terminie określonym w punkcie VI.4.
 - 3) gdy oferta jest niezgodna z przepisami prawa.
2. **Zamawiający może unieważnić postępowanie gdy:**
 - 1) nie wpłynęły żadne oferty, bądź żadne oferty nie podlegające odrzuceniu,
 - 2) najniższa złożona oferta przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację danego zamówienia,
 - 3) z innych ważnych przyczyn istotnych dla Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w momencie uzyskania niesatysfakcjonującej ceny za przedmiot zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerywania niniejszej procedury w każdym momencie bez podania przyczyny.
5. Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.

VIII. W sprawach nie unormowanych niniejszym zaproszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

DYREKTOR
Aresztu Śledczego w Radomiu
ppłk Robert Piwko