

Konin, 27.09.2023r.

WSZ-EP-40/1108/2023

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa implantów laryngologicznych wraz z cyfrowymi procesorami dźwięku” (nr sprawy: WSZ-EP-40/2023).**

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość programowania procesora dźwięku w sposób przewodowy lub bezprzewodowy (procesor dźwięku łączony przewodem z interfejsem lub procesor dźwięku komunikujący się bezprzewodowo z interfejsem).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza możliwość programowania procesora dźwięku w sposób przewodowy lub bezprzewodowy (procesor dźwięku łączony przewodem z interfejsem lub procesor dźwięku komunikujący się bezprzewodowo z interfejsem). W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 3 do SWZ –Zestawienie wymaganych parametrów technicznych.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 3 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

Sporządziła: A. Zbroszczyk  
DZP tel. (63) 240-41-33