



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 02.03.2023 r.

DZP – 6/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu i implantów ortopedycznych

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania, którego treść wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 40

Czy Zamawiający dopuści zamknięty układ ssący z niskim podciśnieniem do bezpośredniej autotransfuzji pooperacyjnej, jałowy, z wewnętrzną filtracją o składzie: dreny Redon z trokarami 14CH (2 szt.); biokompatybilny silikonowy mieszek, wyskalowany (jako źródło podciśnienia), o pojemności 400 ml z zastawką przeciw-zwrotną i z filtrem, zintegrowany z drenem do pacjenta z kłamrą zaciskową (z portem samouszczelniającym oraz ze zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona); worek na krew, o dużej pojemności 1000 ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu, z filtrem, hemokompatybilny; dren łączący o długości 150 cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta (np. za pomocą standardowej linii do przetoczeń) bez konieczności rozłączania silikonowego mieszka i worka do autotransfuzji (co czyni zestaw w pełni zamkniętym). Sterylny, jednorazowego użytku, bez lateksu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie endoprotezy połowicznej biodra Austin – Moore'a z standartowym trzpieniem wykonanym z wysokogatunkowej stali implantacyjnej z głową o średnicy od 38 mm do 56 mm (rozmiar co 1 mm)

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 38

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 38 – Narzędzia różne:

Lp. 5 Kleszczyki o długości 200 mm, funkcjonalnie identyczne.

Lp. 6 Imadło o długości 180 mm, funkcjonalnie identyczne.

Lp. 9 Imadło o długości 135 mm, funkcjonalnie identyczne.

Lp. 10 Kleszcze o długości 170 mm, funkcjonalnie identyczne.

Lp. 11 Kleszcze o długości 170 mm, funkcjonalnie identyczne.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Lp. 12 Prosimy o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu z powodu ograniczonej ilości wytwórców.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w zakresie poz. 5, 6, 9, 10, 11 oraz wykreśla w Pakiecie nr 38 poz. 12. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik Nr 1A do SWZ w zakresie Pakietu nr 38.

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 38

Prosimy także o wydłużenie terminu dostawy o zmianę parametrów dostawy na następujące:

- Termin dostawy do 8 tygodni od chwili złożenia zamówienia – 40 punktów

- Termin dostawy do 9 tygodni od chwili złożenia zamówienia – 20 punktów

Termin dostawy do 10 tygodni od chwili złożenia zamówienia – 0 punktów

Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny, a także ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19, jak również problemy z brakiem stali chirurgicznej na światowych rynkach, z powodu wojny w Ukrainie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 5 poz. 8-9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty częściowej co umożliwi otrzymanie korzystniejszej oferty oraz nie ograniczy konkurencji? Pakiet Nr. 5 składałby się z pozycji 8-9. Pozostałe pozycje do osobnego pakietu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 38 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 38 pozycji nr 1 kleszczyki naczyniowe Crile Rankin, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 38 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 38 pozycji nr 4 kleszczyki naczyniowe Rochester Ochsner, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 38 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 38 pozycji nr 5 kleszczyki do otrzewnej Mikulicz o długości 20 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 38 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 38 pozycji nr 8 imadło Mayo Hegar o długości 18 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 – dot. Pakietu nr 38 poz. 11

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 38 pozycji nr 11 kleszcze do trzymania drutu o długości 17 cm, pozostała parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dot. Pakietu nr 38 poz. 12

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 38 pozycję nr 12 co umożliwi otrzymanie korzystniejszej oferty oraz nie ograniczy konkurencji ?

Odp.: Patrz odpowiedz na pytanie nr 3.

Pytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 19, 20, 21, 22, 23

Zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie i zmianę treści SWZ w następującym zakresie. Stryker, jako producent napędów, jest zainteresowany utrzymaniem używanych napędów w dobrym stanie w celu zapewnienia operowanym pacjentom maksymalnego bezpieczeństwa podczas przeprowadzanego zabiegu. Z postanowień SWZ i umowy wynika jednoznacznie, że użyczenie sprzętu nie obejmuje usługi serwisowania go, wobec czego poprawność jego działania pozostaje poza sferą kontroli użyczającego.

W przypadku napędów stanowiących przedmiot użyczenia zwykłym kosztem utrzymania rzeczy będzie prowadzenie jego okresowej konserwacji serwisowej, zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku nabycia takiego napędu wprost od producenta koszty konserwacji serwisowej w okresie gwarancji zawarte są w cenie urządzenia. W przypadku umowy użyczenia – przede wszystkim ze względu na rodzaj zawartej umowy – Użyczający nie może ponosić dodatkowych kosztów bezpłatnego użyczenia sprzętu. Biorącemu nie przysługuje względem użyczającego roszczenie o utrzymanie przedmiotu użyczenia w stanie zdatnym do umówionego użytku przez okres trwania umowy, co wynika przede wszystkim z nieodpłatności stosunku użyczenia. Biorący nie może zatem domagać się od użyczającego ponoszenia nakładów na przedmiot użyczenia. To na Zamawiającym w ramach niniejszego zamówienia publicznego ciążyć będzie obowiązek utrzymania używanych wyrobów (napędów) w należytej kondycji w celu zminimalizowania ryzyka realizacji świadczeń medycznych wykorzystując do tego celu wyrób medyczny uszkodzony bądź też taki, który nie był konserwowany zgodnie z zaleceniami jego producenta. Warto przy tym podkreślić, że cytowane wyżej przepisy nie uzależniają odpowiedzialności placówki medycznej od nabycia prawa własności urządzeń medycznych – obowiązek postępowania zgodnie z art. 63 ustawy o wyrobach medycznych ciąży na tym kto wyroby użytkuje, nie zaś na tym kto jest ich właścicielem bądź producentem.

Jednocześnie, odpowiedzialność Użyczającego (tj. Wykonawcy) za wadliwość wyrobu ogranicza się do sytuacji, w której przekazał on przedmiot użyczenia wadliwy, o teź wadzie wiedząc i zatajając ją przez Biorącym w użyczenie – art. 711 kc:

„Jeżeli rzecz użyczona ma wady, użyczający obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich. Przepisu powyższego nie stosuje się, gdy biorący mógł wadę z łatwością zauważyć.”

Wobec powyższego – biorąc pod uwagę fakt, że Stryker pragnie złożyć ofertę, która w sposób jak najpełniejszy wychodziłaby naprzeciw oczekiwaniom Zamawiającego, jednocześnie zabezpieczając interesy Zamawiającego związane z użytkowaniem wyrobów medycznych jako świadczeniodawca usług medycznych – proponujemy aby Zamawiający rozważył dodatkowy zakup usługi serwisowej używanych urządzeń.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

W ocenie Wykonawcy takie działanie zabezpieczy Zamawiającego przed ewentualnym zarzutem naruszenia ustawy o wyrobach medycznych, a Wykonawcy umożliwi czuwanie nad prawidłową konserwacją i serwisem używanego wyrobu. W ocenie Wykonawcy koszt takiej usług będzie nie wyższy niż 1.500,00 złotych netto + 8% VAT miesięcznie.

Zatem – Stryker wnosi o zmianę treści SWZ poprzez dodanie do SWZ:

„W czasie trwania umowy wykonawca zobligowany jest do świadczenia usług serwisowych wyrobów medycznych podlegających użyczeniu zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi każdego z używanych sprzętów. Serwis świadczony będzie wyłącznie przez podmiotu posiadające autoryzację producentów urządzeń”

W związku z dodaniem powyższego postanowienia niezbędne będzie również dostosowanie treści SWZ do niniejszej sytuacji, w tym zmiana formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1A do SWZ poprzez dodanie pozycji „serwis używanego urządzenia – koszt roczny”.

Odp.: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 13 – dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści bloki kostne w rozm.10x10x10mm, 10x10x25mm oraz 10x20x30mm. Bloki sterylne - pakowane pojedynczo.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 – dot. Pakietu nr 41

Syntetyczne materiały hamujące rozwój bakterii używane w rekonstrukcji ubytków kostnych): Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie opisu produktu – głównie punktu 3, w szczególności dookreślenie wielkości opakowań/objętości.

Odp.: Zamawiający wymaga: 3 opakowania 1 cm³, 3 opakowania 2,5 cm³, 2 opakowania 5 cm³, 2 opakowania 10 cm³. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik Nr 1A do SWZ w zakresie Pakietu nr 41.

Pytanie nr 15 – dot. Pakietu nr 24 poz. 2:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z formularza asortymentowo-cenowego (Załącznik Nr 1 A) poz. Nr 2 z Pakietu 24? Powyższa zmiana umożliwi Wykonawcy prawidłowe przygotowanie i złożenie oferty w myśl zasady zachowania konkurencyjności.

Odp.: Zamawiający wykreśla poz. 2 w Pakiecie nr 24. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik Nr 1A do SWZ w zakresie Pakietu nr 24.

Pytanie nr 16 – dot. Pakietu nr 25 poz. 2:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z formularza asortymentowo-cenowego (Załącznik Nr 1 A) poz. Nr 2 z Pakietu 25? Powyższa zmiana umożliwi Wykonawcy prawidłowe przygotowanie i złożenie oferty w myśl zasady zachowania konkurencyjności.

Odp.: Zamawiający wykreśla poz. 2 w Pakiecie nr 25. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik Nr 1A do SWZ w zakresie Pakietu nr 25.

Pytanie nr 17 – dot. Pakietu nr 26 poz. 8:

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z formularza asortymentowo-cenowego (Załącznik Nr 1 A) poz. Nr 8 z Pakietu 26? Powyższa zmiana umożliwi Wykonawcy prawidłowe przygotowanie i złożenie oferty w myśl zasady zachowania konkurencyjności.

Odp.: Zamawiający wykreśla poz. 8 w Pakiecie nr 26. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik Nr 1A do SWZ w zakresie Pakietu nr 26.

Pytanie nr 18 – dot. Pakietu nr 34 poz. 1, 3:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z formularza asortymentowo-cenowego (Załącznik Nr 1 A) poz. Nr 1 oraz poz. Nr 3 z Pakietu 34? Powyższa zmiana umożliwi Wykonawcy prawidłowe przygotowanie i złożenie oferty w myśl zasady zachowania konkurencyjności.

Odp.: Zamawiający wykreśla poz. 1 oraz 3 w Pakiecie nr 34. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik Nr 1A do SWZ w zakresie Pakietu nr 34.

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
dr n. med. Janusz Kuśmierz

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie