



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71  
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 03.11.2022 r.

DZP – 40/2022

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka pracowników w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu - zakup doposażenia**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

### **Pytanie nr 1 - dot. SWZ:**

Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (katalogi, prospekty, ulotki) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu materiałów firmowych dystrybutora? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

### **Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający przychyliła się do prośby Wykonawcy.

### **Pytanie nr 2 – dot. SWZ:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 56 dni licząc od daty podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie jest w stanie wydłużyć realizacji zamówienia do powyższego terminu, Wykonawca prosi o podanie szacunkowego maksymalnego terminu, o jaki przedłużony może zostać termin wykonywania umowy.

### **Odpowiedź:**

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ. Termin podyktowany jest rozliczeniem dotacji.

### **Pytanie nr 3 – dot. SWZ:**

Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności ofert wydzieli osobny pakiet z łózkami elektrycznymi? Pozwoli to na zagwarantowanie Zamawiającemu, większej ilości ofert, jednocześnie motywując potencjalnych Wykonawców do składania bardziej konkurencyjnych cenowo ofert.

### **Odpowiedź:**

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

### **Pytanie nr 4 – dot. Pakietu Nr 1**

Dot. pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga niedostępną z pilota ręcznego a z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta funkcja ta dostępna jest w przewodowym, centralnym panelu sterowania, umieszczonym na szczycie nóg lub chowany w półce na pościel?

### **Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

**Pytanie nr 5 – dot. Pakietu Nr 1**

Dot. pkt. 11 Czy Zamawiający łóżko o konstrukcji nośnej w postaci ramion wznoszących podpierających leże w 8 punktach?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 6 – dot. Pakietu Nr 1**

Dot. pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści łóżko z maksymalną wysokością leża od podłogi 735mm?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 7 – dot. Pakietu Nr 1**

Dot. pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację funkcji autokontur -jednoczesne uniesienie części plecowej 70° oraz segmentu uda 35°?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 8 – dot. Pakietu Nr 1**

Dot. pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację segmentu uda w zakresie 0° do 35°?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 9 – dot. Pakietu Nr 1**

Dot. pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją autoregresji oparcia pleców 100mm?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 10 – dot. Pakietu Nr 1**

Dot. pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści łóżko z systemem autoregresji totalnej 160mm?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 11 – dot. Pakietu Nr 1**

Dot. pkt. 24 i 25 Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi zabezpieczającymi  $\frac{3}{4}$  długości leża wykonanymi z 3 profili stalowych owalnych, składanymi wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku umieszczonego w górnej barierce, łatwe do dezynfekcji oraz z dodatkowymi barierkami w części nożnej powodującymi zabezpieczenie na całej długości leża?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 12 – dot. Pakietu Nr 1**

Dot. pkt. 29 i 35 Czy Zamawiający dopuści łóżko wytworzone w technologii i rozwiązaniach, które konstrukcyjnie mają na celu ograniczenie rozwoju bakterii i drobnoustrojów, poprzez maksymalne ograniczenie miejsc, w których mogłyby się rozwijać, zatem nie ma potrzeby stosowania dodatków jonów srebra jako dodatek do lakieru, tworzywa czy szczytów?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 13 – dot. Pakietu Nr 1**

Dot. pkt. 30 Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami z polipropylenu z systemem zatraskiwania?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

**Pytanie nr 14 – dot. Pakietu Nr 1**

Dot. pkt. 32 i 33 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w cztery pojedyncze koła o średnicy 125mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół ?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 15 – dot. Pakietu Nr 1**

Dot. pkt. 34 Czy Zamawiający dopuści łóżko z prześwietłem pod łóżkiem o wysokości 16cm i długości 1300mm, który w pełni umożliwia współpracę z podnośnikami pacjenta?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 16 – dot. Pakietu Nr 1**

Dot. pkt 36 Czy zamawiający dopuści łóżko bez poziomicy, która jest wyposażeniem zbędnym w łóżkach szpitalnych ?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 17 – dot. Pakietu Nr 1**

Dot. pkt 39 Czy Zamawiający dopuści materac o grubości 100mm ?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 18 – dot. Pakietu Nr 1**

Czy Zamawiający dopuści fabrycznie nowe łóżka, nowe, nieużywane wyprodukowane w 2021 roku?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 19 – dot. Pakietu Nr 3**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptują dostawę towaru w pakiecie 3 za pośrednictwem firmy kurierskiej bez rozmieszczenia, montażu, instalacji oraz szkolenia? Warto zauważyć, że lampy zabiegowe nie są urządzeniami skomplikowanymi w obsłudze i wykwalifikowany personel szpitala nie wymaga dodatkowych szkoleń w zakresie ich obsługi. Na podstawie dostarczonych instrukcji obsługi, wykwalifikowany personel medyczny jest w stanie samodzielnie zamontować, sprawdzić i użytkować urządzenia. Ponadto usługa montażu sprzętu i przeszkolenia pracowników znacznie zwiększy cenę jednostkową sprzętu.

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

**Pytanie nr 20 – dot. Pakietu Nr 3**

Proszę o uszczegółowienie zapisu w umowie „naprawy gwarancyjne” w zakresie pakietu 3. Takie określenie jest zbyt ogólne i może zawierać szeroki i nieprzewidywalny zakres zadań, co nie pozwala Wykonawcy na prawidłowe i korzystne dla obu stron skalkulowanie kosztów wykonania zadania. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy naprawy urządzeń obejmują uszkodzenia, które nie wystąpiły z winy użytkownika oraz prosimy o wyjaśnienie czy naprawy mają obejmować uszkodzenia mechaniczne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że naprawa urządzeń dotyczy uszkodzeń obejmujących i powstałych w okresie gwarancji za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych wynikających z nieprawidłowego użytkowania.

**Pytanie nr 21 – dot. Pakietu Nr 3**

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z przeglądów oraz serwisów w zakresie pakietu 3. Rezygnacja z tych wymagań wpłynie korzystnie na obniżenie wartości oferty, ze względu na brak konieczności delegowania pracownika do wykonania tych czynności.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

**Pytanie nr 22 – dot. Pakietu Nr 3**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w pakiecie 3 w poz. 6 kopułę wyposażoną w wymienny sterylizowany uchwyt w ilości 1 szt.

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 23 – dot. Pakietu Nr 3**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w pakiecie 3 w poz. 9 ilość źródeł światła w ilości 15?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 24 – dot. Pakietu Nr 3**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w pakiecie 3 w poz. 12 wgłębność oświetlenia L1+L2: 125 cm?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 25 – dot. Pakietu Nr 3**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w pakiecie 3 w poz. 15 regulację natężenia oświetlenia realizowaną poprzez zamontowany panel w kopule lampy?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 26 – dot. Pakietu Nr 3**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy zrezygnuję z parametru w pakiecie 3 poz. 16. Poziom natężenia światła jest wyświetlany przez diody LED sygnalizujące proporcjonalną wartość na kursorze.

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 27 – dot. Pakietu Nr 3**

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w pakiecie 3 poz. 17 pobór mocy- 24 W?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor  
Wojciech Michalik