



Wolsztyn, dnia 21.12. 2020 r.

## Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/286/2020

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na zadania pn: **sukcesywna 12 miesięczna dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla SPZOZ w Wolsztynie; Nr sprawy: PN/21/2020;**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - (tekst jedn.: Dz.U.2019.1843) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### ZESTAW V

#### PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

##### Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 12 pozycji 1,2,3,8 do osobnego pakietu i umożliwi tym samym złożenie konkurencyjnej oferty ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

##### Pytanie2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 poz. 4 układ do respiratora, jednorazowy, składający się z dwóch rur o długości 2x160cm, z łącznika Y zakończonego czerwonym kapturkiem, ze sztywnymi złączami od strony respiratora, wykonany z PE bez PVC oraz DEHP, mikrobiologicznie czysty, pakowany w folię ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

##### Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 poz. 4 układ do respiratora, jednorazowy, składający się z dwóch rur rozciągliwych o długości 2x150cm, z łącznika Y bez portów oraz łącznika kąтового z portem luer-lock, ze sztywnymi złączami od strony respiratora, wykonany z PP bez PVC oraz DEHP, mikrobiologicznie czysty, pakowany w folię ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

##### Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 poz.5 układ oddechowy anestezjologiczny, jednorazowy, składający się z 2 rur rozciągliwych o długości 200cm, z rurą do worka o regulowanej długości do 150cm, z workiem oddechowym o pojemności 2L z pętelką do zawieszenia worka, łącznik Y, łącznik kątowy z portem luer-lock, z czerwonym kapturkiem zabezpieczającym układ, wykonany z PP, bez PVC, bez lateksu oraz DEHP, mikrobiologicznie czysty, pakowany w folię?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

##### Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 12 poz. 5 układ oddechowy anestezjologiczny, jednorazowy, składający się z 2 rur o długości 160cm, z rurą do worka o długości 80cm, z workiem oddechowym o pojemności 2L z pętelką do zawieszenia, łącznik Y, łącznik kątowy zakończony czerwonym kapturkiem zabezpieczającym układ, wykonany z PE, bez PVC, bez lateksu i DEHP, mikrobiologicznie czysty, pakowany w folię?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**



#### Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 12 poz. 6 maseczek anestetycznych bez wytłoczenia rozmiaru maski na korpusie przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 12 poz. 7 linii próbkującej o długości 3m z zakończeniami męski luer lock-męski luer lock ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 12 poz. 7 linii próbkującej o długości 2,45m z zakończeniami męski luer lock-męski luer lock ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA 7 – WZÓR UMOWY

##### Pytanie 1 – dotyczy §12 ust. 24 pkt b)

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację w/w ustępu, tak aby otrzymał on brzmienie:

*„za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości **0,5% wartości niezrealizowanej dostawy** za każdy dzień zwłoki. Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy zwłoka w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni”.*

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Z wyrazami szacunku  
**Dyrektor SPZOZ w Wolsztynie**  
**Karol Mońko**

Sporządziła: KP

