*EZ.272.003.2022*

Wrocław, dnia 18.05.2022r.

EZ/349/22

**Dotyczy:** odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych: igły, strzykawki, wenflony (sygnatura sprawy: **EZ/044/403/22**)

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 135 i 137 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ:

1. **Pytanie 3**

Dotyczy Zadania 14
*„Jakiej funkcjonalności oczekuje Zamawiający określając długość drenu dokładnie —> 30cm? Czy Zamawiający z uwagi na zapis SWZ XXIII OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT - CENA 100%,dopuści dren w zakresie długości 20-30cm co umożliwi składanie ofert większej ilości wykonawców i przyczyni się do racjonalnego zarządzania środkami publicznymi?”*

**Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść SWZ, a mianowicie:**

1) Załącznik Nr 2 do SWZ “Formularz cenowy” Zadanie 14 poz.1

**Było:** „Igła Hubera 22G** (śr. zew. 0,7mm), 20G** (śr. zew. 0,9mm), 19G** (śr. zew. 1,0mm) długość igły odpowiednio 20;25;30mm, ze skrzydełkami i poliuretanową przedłużką o długości 30cm. Kolorowa końcówka odpowiada wielkości igły, sterylna, pakowana pojedynczo.”

**Jest: :** „Igła Hubera 22G** (śr. zew. 0,7mm), 20G** (śr. zew. 0,9mm), 19G** (śr. zew. 1,0mm) długość igły odpowiednio 20;25;30mm, ze skrzydełkami i poliuretanową przedłużką o długości **15-20 cm.** Kolorowa końcówka odpowiada wielkości igły, sterylna, pakowana pojedynczo.”

2. **Pytanie 4**

Dotyczy Zadania 14
*„Czy Zamawiający dopuści przedłużkę wykonaną z PCV?”*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższe kwestie w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz cenowy i ich nie zmienia.**

3. **Pytanie 5**

Dotyczy Zadania 14
*„Czy Zamawiający dopuści przedłużkę o długości 15 cm?”*

**Odpowiedź: Odpowiedź jak w pkt 1 na Pytanie 3.**

4. **Pytanie 12**

Dotyczy Zadania 6
*„Zadanie 6, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń Pencil Point dostępne w rozmiarach 25G/90; 26G/90; 27G/90; 25G/120; 27G/120?”*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz cenowy i jej nie zmienia.**

5. **Pytanie 18**

Dotyczy Zadania 33
*„Czy kierując się zasadą konkurencyjności Zamawiający dopuści w Pakiecie 33 Poz. 2 Igłę do wykonywania blokad obwodowych pod kontrolą USG i Stymulatora pokryta warstwą polimerową w całości z wyjątkiem czubka igły, z kablem do*

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

*stymulatora. Elementy echogeniczne tworzące strukturę składająca się ze znaczników X, co gwarantuje widoczność końcówki igły również pod dużym kątem wprowadzania. Struktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie ( 360 $^{o}$) wokół igły, w trzech segementach po 5mm,10mm i 20 mm na pierwszych 2 cm igły. Elastyczny dren do podawania leku zakończony złączem LuerLock. Rozmiary: 20G x 100mm, 20x150mm. Sterylna, pakowana pojedynczo?"*

6. **Pytanie 19**

Dotyczy Zadania 33

*„Czy kierując się zasadą konkurencyjności Zamawiający dopuści w Pakiecie 33 Poz. 4 Zestaw do znieczulenia kombinowanego (Epidural-Spinal) składający się z: igły Tuohy 18G x 88 mm z dodatkowym otworem dystalnym w geometrii końcówki Tuohy dla optymalnego ustawienie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego; igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką w kształcie ostrołuku 27 G; systemu blokowania igły do znieczulenia podpajęczynówkowego w żądanej pozycji; cewnika ślepo zakończonego z trzema bocznymi otworami, z oznaczeniem długości, rozmiar 20G x 100 cm; łącznika zaciskowego; filtra 0.2 µm z systemem mocowania do skóry pacjenta; strzykawki LOR 10 ml ?"*

7. **Pytanie 20**

Dotyczy Zadania 9

*„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł o długości 180 cm i 230 cm, średnica osłonki 2,4 mm"*

8. **Pytanie 21**

Dotyczy Zadania 9

*„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł o długości 180 cm i 230 cm, średnica osłonki 2,4 mm, długośc ostrza 6 mm, średnica ostrza 23G"*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższe kwestie w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz cenowy i ich nie zmienia - dotyczy Pytań od 18 do 21.**

9. **Pytanie 37**

Dotyczy Zadania 2

*„Pakiet 2, poz. 1-6 Proszę o dopuszczenie oświadczenia o kompatybilności wydanego przez producenta strzykawek ze wskazaniem na jakim ustawieniu pompy należy używać strzykawek."*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższą kwestię w Rozdz. VII pkt 1c) SWZ oraz w Zał. Nr 7 do SWZ Oświadczenie wykonawcy dotyczące kompatybilności i jej nie zmienia.**

10. **Pytanie 38**

Dotyczy Zadania 4

*„Pakiet 4, poz. 1-7 Proszę o dopuszczenie kaniul z koreczkiem domykanym ręcznie zapobiegającym przypadkowemu otwarciu"*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz cenowy i jej nie zmienia.**

11. **Pytanie 52**

Dotyczy Zadania 12

*„Pakiet 12, poz. 1-8 Proszę o dopuszczenie igieł silikonizowanych zamiast środka natłuszczającego"*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz cenowy i jej nie zmienia.**

12. **Pytanie 62**

Dotyczy Zadania 32

*„Pakiet 32, poz. 1 Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z PUR"*

13. **Pytanie 63**

Dotyczy Zadania 32

*„Pakiet 32, poz. 1 Proszę o dopuszczenie kaniul noworodkowych bez portu bocznego"*

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła: Ewa Kupis



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższe kwestie w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz cenowy i ich nie zmienia –dotyczy Pytania 62 i 63.**

14. **Pytanie 74**

Dotyczy Zadania 6

*Prosimy o dopuszczenie igieł do znieczuleń w zestawie z prowadnicą w rozmiarze: 27Gx90cm, 27Gx103cm, 25Gx90cm, 25Gx103cm pakowanych po 25 szt ?*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz cenowy i jej nie zmienia.**

15. **Pytanie 84**

Dotyczy Zadania 1

*„Zadanie 1, poz. 1-4 czy zamawiający dopuści stożek umieszczony centralnie?"*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

16. **Pytanie 85**

Dotyczy Zadania 2

*„Zadanie 2, poz. 2-3 Czy zamawiający wydzieli poz.2-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml? Czy zamawiający dopuści strzykawki wpisane do menu pomp ASCOR?"*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji. Ze względów formalnych i technicznych brak możliwości wydzielenia nowych części zamówienia. Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu skalę rozszerzoną 50/60 ml. Zamawiający nie wyraża zgody na strzykawki wpisane do menu pomp ASCOR. Zamawiający określił powyższą kwestię w Rozdz. VII pkt 1c) SWZ oraz w Zał. Nr 7 do SWZ Oświadczenie wykonawcy dotyczące kompatybilności i jej nie zmienia.**

17. **Pytanie 87**

Dotyczy Zadania 4 poz. 1-7

*„Prosimy o potwierdzenie, iż zapis swz cyt. „z portem i zintegrowanym koreczkiem luer-lock" odnosi się do elementu zabezpieczającego fabrycznie port boczny, a zapis swz cyt. „zakończona hydrofobową membraną hemostatyczną razem z koreczkiem luer-lock" odnosi się do elementu zabezpieczającego fabrycznie ujście kaniuli dożylnej."*

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż opis przedmiotu zamówienia wyspecyfikowany w „Formularzu cenowym" cyt. „z portem i zintegrowanym koreczkiem luer-lock" odnosi się do elementu zabezpieczającego fabrycznie port boczny, a zapis SWZ cyt. „zakończona hydrofobową membraną hemostatyczną razem z koreczkiem luer-lock" odnosi się do elementu zabezpieczającego fabrycznie ujście kaniuli dożylnej.**

18. **Pytanie 88**

Dotyczy Zadania 4 poz. 1-7

*„Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na kaniule dożylne z portem i zintegrowanym koreczkiem luer, oznaczonym kolorystycznie w celu łatwej identyfikacji rozmiaru oraz dodatkowo oznaczonym logo producenta, spełniające przy tym wszelkie pozostałe wymogi swz".*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

19. **Pytanie 89**

Dotyczy Zadania 4 poz. 1-7

*„Prosimy o doprecyzowanie, czy koreczki luer-lock, będące fabrycznym wyposażeniem, każdej kaniuli dożylnej, a będące dodatkowym zabezpieczeniem ujścia kaniuli, ze względu na wymogi ich aseptycznego użytkowania, powinny posiadać trzpień wewnętrzny położony poniżej własnej krawędzi ?"*

**Odpowiedź: Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz cenowy i jej nie zmienia. Zgodnie z Rozdz. III pkt 5 SWZ opisane w „Formularzu cenowym" parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum**

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła: Ewa Kupis



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

**techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanych wyrobów).**

20. **Pytanie 90**

Dotyczy Zadania 4 poz. 1-7

*„Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane kaniule dożylne, jako wyroby inwazyjne klasy IIA, sterylne, implantowane pacjentowi na dłuższy okres czasu, powinny posiadać jakiekolwiek oznaczenie na samym wyrobie (np. logo producenta , nazwa kaniuli, nr serii, nr katalogowy lub inne wskazane przez Zamawiającego dane), pozwalające na ich jednoznaczną identyfikację po wyjęciu z opakowania indywidualnego i użyciu klinicznym np. w przypadku wystąpienia incydentu medycznego i związanych z tym obowiązujących procedur prawnych ?"*

**Odpowiedź: Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz cenowy i jej nie zmienia. Zgodnie z Rozdz. III pkt 5 SWZ opisane w „Formularzu cenowym" parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanych wyrobów).**

21. **Pytanie 91**

Dotyczy Zadania 4 poz. 1-7

*„Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane kaniule dożylne, powinny charakteryzować się barwnym oznaczeniem skrzydełek oraz korka portu bocznego, zgodnym z międzynarodowym kodem rozmiarów i standardami ISO, ułatwiającym natychmiastową identyfikację rozmiaru ?"*

**Odpowiedź: Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz cenowy i jej nie zmienia. Zgodnie z Rozdz. III pkt 5 SWZ opisane w „Formularzu cenowym" parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanych wyrobów).**

22. **Pytanie 92**

Dotyczy Zadania 4 poz. 1-7

*„Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane kaniule dożylne w przedmiotowym zadaniu, to kaniule typu bezpiecznego, zabezpieczające personel przed zranieniami, a tym samym wypełniające, obowiązujące, w tym zakresie dyrektywy europejskie, spełniające, przy tym wszelkie wymogi swz."*

**Odpowiedź: Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz cenowy i jej nie zmienia. Nie są to kaniule typu bezpiecznego, wypełniające obowiązujące, w tym zakresie dyrektywy europejskie.**

23. **Pytanie 93**

Dotyczy Zadania 6 poz. 1

*„Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis swz cyt. „24-27**G dł. Od 50-120mm z prowadnicą" oznacza wymóg zaoferowania igieł o średnicach 24, 25, 26, 27G do dowolnego wyboru przez Zamawiającego, czy możliwość zaoferowania igieł w dowolnym rozmiarze z przedziału średnic od 24G do 27G w ilości minimum trzech średnic, spełniających przy tym wszelkie pozostałe wymogi swz ?"*

**Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia wyspecyfikowany w „Formularzu cenowym" cyt. „24-27**G dł. Od 50-120mm z prowadnicą**" oznacza wymóg zaoferowania igieł o średnicach 24G, 25G, 26G, 27G do dowolnego wyboru przez Zamawiającego, zgodnie z zapisem pod tabelą w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz cenowy określonym przez Zamawiającego tj.: **Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiaru przy składaniu każdorazowego zamówienia.**

24. **Pytanie 94**

Dotyczy Zadania 6 poz. 1

*„Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis swz cyt. „24-27**G dł. Od 50-120mm z prowadnicą" oznacza wymóg zaoferowania igieł w oferowanych minimum trzech długościach z podanego w swz przedziału „50-120mm" do dowolnego wyboru przez Zamawiającego, spełniających przy tym wszelkie pozostałe wymogi swz ?"*

**Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia wyspecyfikowany w „Formularzu cenowym" cyt. „24-27**G dł. Od 50-120mm z prowadnicą**" oznacza wymóg zaoferowania igieł z podanego w SWZ przedziału „50-120mm" do dowolnego wyboru przez Zamawiającego, zgodnie z zapisem pod tabelą w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz cenowy określonym przez**

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła: Ewa Kupis



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

**Zamawiającego tj.: **Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiaru przy składaniu każdorazowego zamówienia.**

**25. Pytanie 95**

Dotyczy Zadania 6 poz. 1

*„Prosimy o potwierdzenie, iż zapis swz cyt. „24-27**G dł. Od 50-120mm z prowadnicą", oznacza wymóg zaoferowania igieł, pakowanych wraz z prowadnicą w jednym wspólnym opakowaniu."*

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż opis przedmiotu zamówienia wyspecyfikowany w „Formularzu cenowym" cyt. „24-27**G dł. Od 50-120mm z prowadnicą**", oznacza wymóg zaoferowania igieł, pakowanych wraz z prowadnicą w jednym wspólnym opakowaniu.**

**26. Pytanie 96**

Dotyczy Zadania 6 poz. 1

*„Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na igłę PencilPoint w rozmiarze średnicy 22G, zamiast rozmiaru 24G w jednym rozmiarze długości (standardowa długość 90mm), spełniającą wszelkie pozostałe wymogi swz."*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz cenowy i jej nie zmienia.**

**27. Pytanie 97**

Dotyczy Zadania 19 poz. 1

*„Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis swz cyt. „18-22G**x 40 i 90**mm" oznacza wymóg zaoferowania igieł o średnicach 18, 19, 20, 21 i 22G do dowolnego wyboru przez Zamawiającego, czy możliwość zaoferowania igieł w dowolnym rozmiarze z przedziału średnic od 18G do 22G w ilości minimum czterech średnic, spełniających przy tym wszelkie pozostałe wymogi swz ?"*

**Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia wyspecyfikowany w „Formularzu cenowym" cyt. „18-22G**x 40 i 90**mm" oznacza wymóg zaoferowania igieł o średnicach 18G, 19G, 20G, 21G i 22G do dowolnego wyboru przez Zamawiającego, zgodnie z zapisem pod tabelą w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz cenowy określonym przez Zamawiającego tj.: **Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiaru przy składaniu każdorazowego zamówienia.**

**28. Pytanie 98**

Dotyczy Zadania 19 poz. 1

*„Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na igły o długościach +/- 2mm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi swz."*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**29. Pytanie 99**

Dotyczy Zadania 33 poz. 1

*„Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły do blokad obwodowych pod kontrolą USG i stymulatora z równoważnymi elementami echogenicznymi tworzącymi strukturę składającą się ze znaczników X, gwarantujących widoczność końcówki igły również pod dużym kątem wprowadzania. Struktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie ( 360 $^{o}$) wokół igły, w trzech segmentach po 5mm, 10mm i 20mm na pierwszych 2 cm igły, z pokrytą warstwą polimerową w całości z wyjątkiem czubka igły, z kablem do stymulatora oraz elastycznym dren do podawania leku zakończonym złączem Luer-Lock w rozmiarach: 22G x 50mm, 22G x 80mm, zapewniających prawidłowe wykonanie procedury, sterylne, pakowane pojedynczo - europejskiego lidera w produkcji tego typu igieł."*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

**30. Pytanie 100**

Dotyczy Zadania 33 poz. 2

*„Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły do blokad obwodowych pod kontrolą USG i stymulatora z równoważnymi elementami echogenicznymi tworzącymi strukturę składającą się ze znaczników X, gwarantujących widoczność końcówki igły również pod dużym kątem wprowadzania. Struktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie ( 360 $^{o}$) wokół igły, w trzech segmentach po 5mm, 10mm i 20mm na pierwszych 2 cm igły, z pokrytą warstwą polimerową w całości z wyjątkiem czubka igły, z kablem do stymulatora oraz elastycznym dren do podawania leku zakończonym złączem*

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła: Ewa Kupis



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

*Luer-Lock w rozmiarach: 20G x 100mm, 20G x 150mm, zapewniających prawidłowe wykonanie procedury, sterylne, pakowane pojedynczo - europejskiego lidera w produkcji tego typu igieł."*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił powyższą kwestię w Zał. Nr 2 do SWZ Formularz cenowy i jej nie zmienia.**

31. **Pytanie 101**

Dotyczy Zadania 33 poz. 4

*„Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do znieczulenia kombinowanego o następującym składzie: igły Tuohy 18G x 88 mm z dodatkowym otworem dystalnym w geometrii końcówki Tuohy dla optymalnego ustawienia igły do znieczulenia podpajęczynówkowego; igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką w kształcie ostrołuku (PencilPoint) w rozmiarze 27 G; system blokowania igły do znieczulenia podpajęczynówkowego w żądanej pozycji; cewnik ślepo zakończony z trzema bocznymi otworami, z oznaczeniem długości - rozmiar 20Gx100 cm; łącznik zaciskowy; filtr 0.2 µm, strzykawka LOR 10 ml - dodatkowo z systemem mocowania do skóry pacjenta - europejskiego lidera w produkcji tego typu igieł."*

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.**

Ponadto Zamawiający modyfikuje treść SWZ, a mianowicie:

1) Załącznik Nr 2 do SWZ "Formularz cenowy" Zadanie 29 poz.1

**Było:** „Igła MOTYLEK 21-23G** śr. od 0,6-08**, sterylna, pakowana pojedynczo."

**Jest:** „Igła MOTYLEK 21-23G** śr. od 0,6-**0,8****, sterylna, pakowana pojedynczo."

Jeśli Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia zawarty w „Formularzu cenowym" bądź „Ofercie Wykonawcy" ofertę należy złożyć z naniesioną poprawką. Niedopuszczalne jest, by opis oferowanego przedmiotu zamówienia był inny niż miałby być realizowany.

**Załącznik:**

1. **Formularz cenowy – Po modyfikacji II**

Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła: Ewa Kupis



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl